

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 22 stycznia 2019 roku

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

#### INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów – **znak sprawy 2/19**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

#### dotyczy zadania nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 dopuści urządzenie posiadające w kanale komorowym algorytm Auto Adjusting Sensitivity, eliminujący konieczność nastawiania czasu refrakcji komorowej ułatwiają programowanie urządzenia, co jest jednoznaczne z dostarczeniem urządzenia bardziej zaawansowanego, posiadające ponad 14 min pamięci wewnętrznej?

Auto Adjusting Sensitivity kontrolując funkcję czułości, spełnia również zadania okresów refrakcji, przy czym jest to proces dynamiczny (bardziej zaawansowany niż w urządzeniach z programowalnym czasem refrakcji).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlaczyk