Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 17.04.2020 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych – **znak sprawy 21/20**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1 poz. 9, 13

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zadania 1 pozycji 9 oraz 13?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie poz. 9 i 13 z tego zadania. Odpowiednich zmian polegających na wykreślenie powyższych pozycji z Formularza Cenowego prosimy dokonać we własnym zakresie .

dotyczy zadania nr 1 poz. 10

2. Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 10 i stworzenie osobnego zadania na cewniki balonowe. Posiadamy wysokiej jakości cewniki balonowe szwajcarskiego producenta o poniższych parametrach :

   - długość systemu wprowadzającego 85 cm i 135 cm
   - długość balonu : 40-220 mm
   - średnice balonów : 2-7 mm (co 1 mm)
   - kompatybilny z prowadnikiem 0,018''
   - wersja OTW
   - 2 markery bardzo dobrze widoczne w skopii
   - wykonany z nylonu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 1 poz. 11

3. Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 11 i stworzenie osobnego zadania i dopuszczenie cewników balonowych wysokiej jakości o następujących parametrach :

   - kompatybilny z prowadnikiem 0,035''
   - średnice balonu 5-10 mm
   - długość balonu 40-200 mm
   - system wprowadzający 85 cm i 135 cm do wyboru Zamawiającego
   - kompatybilny z koszulką 5/6 F

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

- ciśnienie RBP 14 bar
- wykonany z nylonu
- duża wytrzymałość

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 1 poz. 12

4. Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 12 i stworzenie osobnego zadania. Dzięki temu będziemy mogli zaproponować wyjątkowy, unikatowy produkt wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie. Zwracam się zatem do Zamawiającego o dopuszczenie stentów wysokiej jakości o unikatowych parametrach:

   - samorozprężalny nitynolowy wycinany laserowo z jednego kawałka
   - średnice 5-8 mm
   - długość 30-200 mm
   - długość systemu wprowadzającego 85 cm i 135 cm
   - kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' i koszulką 6 F dla każdego rozmiaru
   - system wprowadzania stentu z rękojeścią lub bez rękojeści – do wyboru Zamawiającego
   - płynna aplikacja stentu
   - dwie wersje stentu do wyboru Zamawiającego : pull oraz flex – unikatowe na rynku !!!!

   Stenty PULL gwarantują perfekcyjny balans pomiędzy rezystancją kompresyjną a deformacją podłużną w naczyniu. Są zatem dedykowane mało ruchliwym naczyniom z bardzo dużą lub dużą kalcyfikacją

   Stenty FLEX są dedykowane naczyniom o większej mobilności, średnio-skalcyfikowanych lub zmian kompleksowych, zapewniając doskonałą równowagę pomiędzy kompresją radialną stentu a deformacją związaną ze zginaniem naczynia podczas ruchów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 2 poz. 2, 4

5. Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 i 4 i stworzenie osobnego zadania na te produkty. Dzięki temu będziemy mogli zaproponować Szpitalowi ciekawe rozwiązanie zarówno w aspekcie medycznym jak i ekonomicznym. Posiadamy w ofercie stenty i balony wysokiej jakości, szwajcarskiego producenta z unikatowym podejściem do zabiegów endowaskularnych. Poniżej parametry proponowanych produktów:

   Pozycja 2

   - stent nitynolowy z pamięcią kształtu wycinany laserowo z jednego kawałka tuby
   - kompatybilny z prowadnikiem 0,035''
   - kompatybilny z introducerem 6 F
   - system wprowadzający 85 cm i 135 cm
   - dostępne średnice 5-10 mm
   - dostępne długości 30-100 mm
   - 2 markery bardzo dobrze widoczne w skopii
   - mechanizm uwalniania z rękojeścią lub bez rękojeści do wyboru Zamawiającego
   - dwie wersje stentu do wyboru Zamawiającego : pull oraz flex – unikatowe na rynku !!!!

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

Stenty PULL gwarantują perfekcyjny balans pomiędzy rezystancją kompresyjną a deformacją podłużną w naczyniu. Są zatem dedykowane mało ruchliwym naczyniom z bardzo dużą lub dużą kalcyfikacją
Stenty FLEX są dedykowane naczyniom o większej mobilności, średnio-skalcyfikowanych lub zmian kompleksowych, zapewniając doskonałą równowagę pomiędzy kompresją radialną stentu a deformacją związaną ze zginaniem naczynia podczas ruchów.

Pozycja 4

- balon wysokiej jakości, odporny na zadrapania i uszkodzenia wykonany z nylonu
- kompatybilny z prowadnikiem 0,035''
- kompatybilny z koszulką 5/6 F
- 2 markery bardzo dobrze widoczne w skopii
- dostępne średnice 5-10 mm
- dostępne długości 40-220 mm
- RBP 14 bar
- system wprowadzający 85 cm i 135 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 4 poz. 2

6. Czy zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, kopiując na koniec paragrafu w Zadanie 4, pkt. 2, podpunkt b), parametru o treści „Komplet kabli połączeniowych – o długości 2,75m" z Zadanie 4, pkt. 3 (Komplet kabli połączeniowych)?

Odpowiedź: Opis pozycji 2b w zadaniu nr 4 powinien brzmieć: „*Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie".*

dotyczy zadania nr 4 poz. 4

7. Czy zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach:
    a. Mikroprowadnik o długości całkowitej 200 lub 205cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 cm
    b. Średnica prowadnika 0,014 na całej długości 0,014"

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 7 poz. 3

8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 zadaniu 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadników hydrofilnych o dostępnych średnicach 0.018" i 0.035" (a)) końcówka prosta lub zakrzywiona 45o (e)) z miękkim, standardowym lub sztywnym szaftem (f)). Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

dotyczy zadania nr 8 poz. 1

9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 igły angiograficznej o kącie ścięcia 17 stopni. Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 8 poz. 2

10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 łącznika Y o średnicy 9F

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający pod pojęciem „wersja podwójna z dodatkowym ramieniem i zastawką ma na myśli łącznik Y dwuramienny (wg. rys. 1)?



Odpowiedź: TAK.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663