

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 05 sierpnia 2016 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu oraz materiałów do hemodializy

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 11

1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 11 cewnik w zestawie o długościach 27 cm i 23 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: TAK

dotyczy zadania nr 12 i 13

2. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie koncentratów do hemodializy w Zadaniu nr 12 w pojemnikach 5l, oraz o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zadaniu nr 13 koncentratów o różnej zawartości wapnia (od 1,25 do 1,75 mmol/l) oraz glukozy (od 0 do 1 g/l) spełniających pozostałe wymogi zawarte w siwz.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie koncentratów do hemodializy w Zadaniu nr 12 w pojemnikach 5l z **odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań** oraz wyraża zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 13 koncentratów o powyższej charakterystyce.

Treść powyższej informacji stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
[Podpis]
mgr Mariusz Pawlaczek