

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 11 czerwca 2015 roku

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

### WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: : *sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezyjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów*  
(sprawa nr 18/15)

W odpowiedzi na pytanie Wykonawców, informujemy, co następuje:

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 w pozycjach 1-3 dopuści, dotychczas stosowane przez Zamawiającego, zestawy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera w zestawach z igłą punkcyjną i łącznikiem Y z zastawką umożliwiającą założenie przewodnicy bez rozłączania igły i strzykawki, zamiast igły prostej ze strzykawką Raulersona?

**Odpowiedź:** NIE

#### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści, dotychczas stosowane przez Zamawiającego, zestawy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera:

w pozycji 1 z cewnikiem 1- światłowym 7 Fr, 14 G, dł. 16, 20 cm,

w pozycji 2 z cewnikiem 2- światłowym 7 Fr, dł. 16, 20 cm, 14,18 G,

w pozycji 3 i 4 z cewnikiem 3- światłowym 7 Fr, dł. 16, 20 cm 16, 18, 18 G?

**Odpowiedź:** TAK

#### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 w pozycji 12 dopuści łyżki jednorazowe do laryngoskopu typ Miller rozmiar 0, 1 kompatybilne z uchwytyami światłowodowymi zgodnymi z normą ISO 7376 tzw. „zielony standard”?

**Odpowiedź:** TAK

#### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 dopuści system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękkiej a jednocześnie wytrzymałej cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny umiejscowiony na łączniku „T”, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, w zestawie: łącznik obrotowy, port MDI, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w rozmiarach: 10-16F/30cm (rurek tracheostomijnych) i 10-16F/57cm (rurek intubacyjnych)?

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 w pozycji 4 dopuści zestaw do punkcji opłucnej z następującymi elementami: igła Veressa, przewód, cewnik z poliuretanu w rozmiarach 9Ch lub 12Ch, skalpel, strzykawka luer lock 60ml, worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym?

**Odpowiedź:** TAK

**Dotyczy: projekt umowy**

**Pytanie nr 6**

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż wszelkie terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

**Pytanie nr 7**

Prosimy Zamawiającego o dodanie do projektu umowy §1 ust.2 sformułowania: „pod warunkiem iż Zamawiający zamówił co najmniej 80% asortymentu określonego w umowie.”

**Pytanie nr 8**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §3 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób:  
„Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy trzykrotnie przekroczy, o co najmniej pięć dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,
- b) Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy lub normy i warunki określone prawem,
- c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,
- d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,
- e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 3-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów

**Pytanie nr 9**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §7 ust. 5 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

**Pytanie nr 10**

Prosimy o modyfikację §6 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

**Odpowiedź dotyczy pytania nr 6-10:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

**Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 27**

**Pytanie do pozycji nr 2 tj.** Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar XS.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w miejsce rozmiaru końcówki donosowej „XS” końcówki w rozmiarze „S”.

Rozmiary końcówek donosowych „S, M, L” odpowiadają całemu spectrum wentylowanych dzieci. Obecnie te rozmiary są stosowane z powodzeniem w całej Polsce.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 27**

**Pytanie do pozycji nr 15, 16, 17 tj.** Paskowe mocowania układu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w miejsce paskowych mocowań pacjenta czapeczek które to były stosowane od samego początku przy aparacie Infant Flow i sprawdzały się bardzo dobrze. A obecnie są stosowane w wielu szpitalach w Polsce.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 13**

Zadanie 7. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 7, 8, 9, 10 do osobnego pakietu. Jako polski producent możemy zaoferować na prowadzenie bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji pozwoli więc na zwiększenie konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

**Pytanie nr 14**

Zadanie nr 9. Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dla rurek intubacyjnych o długości cewnika 54cm, spełniający wszystkie pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 15**

Zadanie 38. Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne wykonane z medycznego PCV, bardziej miękkiego niż polietylen, bardzo dobrze dopasowującego się do anatomii pacjenta, spełniające pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 16 - do zadania 37**

Po zapoznaniu się z SIWZ dotyczącą przedmiotowego postępowania, stwierdzamy, że przygotowane przez zamawiającego zadanie nr 37 powinno zostać podzielone z uwagi na brak powiązania filtrów infuzyjnych z cewnikami do drenażu i 3-światłowymi przedłużeniami wkłuc centralnych, na dwa odrębne zadania:

- I. Cewnik do drenażu opłucnej Fr 6
- II. 3 - światłowe przedłużenia wkłuc centralnych oraz
- III. Filtr neonatologiczny infuzyjny
- IV. Filtr neonatologiczny lipidowy.

Wyodrębnienie filtrów infuzyjnych z zadania umożliwi przedstawienie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

**Pytanie nr 17 - do zadania 37**

Ze względu na przeznaczenie filtrów neonatologicznych, prosimy Zamawiającego o dodanie posiadania krótkich linii bez DEHP o długości drenów przed i za filtrem - 3cm , o objętości wypełnienia zestawu 0,5 ml, co zmniejsza ilość leku pozostającego w przestrzeni martwej, wpływa to na podaż odpowiedniej dawki leku, w przypadku noworodków jest to cecha istotnie wpływająca na leczenie pacjentów małymi dawkami leków, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się krwi w kierunku filtra oraz specjalną zatyczkę typu Flowstop, która umożliwia wypełnienie i odpowietrzenie zestawu przed podłączeniem do linii infuzyjnej przy zachowaniu jego sterylności.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**DOTYCZY ZADANIA NR 6****Pytanie nr 18 - Poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną do długoterminowej intubacji, wykonana z PVC , z mankietem niskociśnieniowym-wysokoobjętościowym o kształcie stożka, z otworem Murphy, z modułowym systemem do odsysania z okolicy podgłośnia, ze zintegrowanym z rurką intubacyjną zamykanym złączem/portem typu męskiego do odsysania umożliwiającym podłączenie dodatkowej linii do odsysania ze złączem typu żeńskiego, sterylna w rozmiarach: 6.0 / 6.5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 19 - Poz. 2,3**

Czy Zamawiający dopuści Rurkę intubacyjną wykonaną z medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylna, w rozmiarach od 2,5 do nr 10,0 co pół.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 20 - Poz.4**

Czy Zamawiający dopuści Rurkę intubacyjną z PVC, bez mankieta, skalowana jednostronnie co 1 cm, z ciągłą linią znacznika RTG, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, z czarnym minimum 2 cm znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki (dla roz 2,0-6,5), sterylna, w rozmiarach od nr 2,0 do 7,0 co pół.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 21 - Poz.5**

Czy Zamawiający dopuści Rurkę intubacyjną zbrojoną z medycznego PVC, prosta, z mankietem niskociśnieniowym, niebieski balonik kontrolny, rozmiar podany na białym łączniku 15 mm, bez otworu Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca w Rtg, w rozmiarach od 5,0 do 9,0 co pół.

REF 10 40 04

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 22 - Poz.6**

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą o długości max.15cm z zakończeniem kątowym. Możliwość rozciągania i pamięci kształtu. Koreczki do cewnika do odsysania oraz do bronchoskopii. Sterylne lub czyste biologicznie

**Odpowiedź:** NIE ( zgodnie z treścią SIWZ w zadaniu nr 6 poz. 6 Zamawiający wymaga rurek inkubacyjnych zbrojonych)

## DOTYCZY ZADANIA NR 7

### **Pytanie nr 23 - Poz.1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy , zestaw uzupełniający do tracheostomii przezskórnej w opakowaniu zbiorczym zawierającym oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie:

- 1/ 1 rozszerzacz z żółtą tulejką-prowadnikiem
- 2/ Zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym **o zagiętej końcówce**, kaniulą punkcyjną, skalpelem, strzykawką Luer-lock i z prowadnicą Seldingera z zakończeniem "J"
- 3/ Rurka tracheotomijna z mankietem nisko-ciśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, rurka z prowadnikiem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję **z zapięciem na rzep**

ROZMIARY: 7; 8; 9

**Odpowiedź:** NIE

### **Pytanie nr 24 - Poz.3**

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheotomijna, z termowrażliwego PVC, silikonowana, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z ruchomą przezroczystą ramką mocującą o obrotowym jednoelementowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, anatomicznie ukształtowana pod kątem 90°, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankieta na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie opaska mocująca na szyję zapinana na rzep oraz cewnik do odsysania, sterylna, w rozmiarach : 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0

ROZMIARY: 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0

**Odpowiedź:** NIE

### **Pytanie nr 25 - Poz.4**

Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelowa dwuświatłowa, prawa lub lewa, z dwoma niskociśnieniowymi mankietami uszczelniającymi, bezbarwnym dotchawiczym , z bezbarwnym balonikiem kontrolnym oraz niebieskim oskrzelowym , z niebieskim balonikiem kontrolnym.

Linia Rtg na całej długości rurki, markery Rtg mankietów uszczelniających.

Mankiet uszczelniający oskrzelowy w rurce prawej o przekroju trapezoidalnym z oczkiem Murphy o długości minimum 10 mm.

Rurka wykonana z PVC, bez lateksu, z prowadnicą **ze stoperem**.

W zestawie 2 kątowe łączniki **każdy podwójnie-obrotowy**, z podwójnym uszczelnieniem umożliwiającym bronchoskopię, **przeźroczysty** łącznik Y, 2 cewniki do odsysania z kontrolą siły ssania.

Sterylnie.

Rozmiary: 26 ; 28; 35; 37; 39; 41

**Odpowiedź:** TAK

### **Pytanie nr 26 - Poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną profilowaną północną, wykonaną z PVC, bez mankieta, do intubacji przez nos, minimum 2 oznaczenia rozmiaru w tym na łączniku 15 mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie, 2 otwory Murphy, sterylna, w rozmiarach od 3,0 do nr 7,0 co pół.

**Odpowiedź:** NIE (zgodnie z treścią SIWZ w zadaniu 7 poz. 9 Zamawiający wymaga: „Prowadnica do trudnych intubacji, z wygiętym końcem jednorazowa pediatryczna”)

#### **DOTYCZY ZADANIA NR 8**

**Pytanie nr 27 - Poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną bez mankietu w rozmiarze od 3,5-10,0 co pół

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 28 - Poz.9**

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z mankiem w rozmiarze od 3,5-10,0 co pół

**Odpowiedź:** TAK

#### **DOTYCZY ZADANIA NR 9**

**Pytanie nr 29**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm dla rozmiaru 6 i 8 oraz 54 cm dla rozmiarów 10-16, z adapterem kątowym 45 stopni do dróg oddechowych, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika, system redukujący przestrzeń martwą z wkładką uszczelniającą. Cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przezroczystą komorą płuczącą z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik pozbawiony DEHP

**Odpowiedź:** NIE

#### **DOTYCZY ZADANIA NR 10**

**Pytanie nr 30 - Poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie objętości komory nebulizacyjnej 6 ml.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 31 - Poz.9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody o pojemności 640 ml

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 32 – zadanie nr 21**

Czy Zamawiający oczekuje sterylnego żelu nawilżającego do cewników, endoskopów, zgłębników, rurek lub innych instrumentów medycznych stosowanych w obrębie układu oddechowego, w zabiegach endoskopowych, ginekologii. Bez parabenów i innych substancji konserwujących. Substancje czynne: chlorowodorek lidokainy (20mg/g) i dichlorowodorek chlorheksydyny (0,5mg/g). Opakowanie: 25 jednorazowych aplikatorów po 8,5g i 12,5g żelu (aplikator harmonijkowy). Sterylizowany parą wodną.

**Odpowiedź:** Nie jest to warunek konieczny wymagany.

**Pytanie nr 33 do zadania 5 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie filtra mechanicznego bakteryjno – wirusowego o następujących parametrach: filtr mechaniczny (harmonijkowy); skuteczność filtracji bakteryjno – wirusowej >99,999%; opór przy 30L/min 1,6cm H<sub>2</sub>O; opór przy 60L/min 3,2cm H<sub>2</sub>O; przestrzeń martwa 63ml; waga 36g; minimalna objętość oddechowa 200ml; złącza 22F/15M – 22F/15M; sterylny; z portem luer – lock; przezroczysty z żółtą obwódką. Bez podania parametru hydrofobowej membrany filtrującej o powierzchni min 700cm<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 34 do zadania 5 poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje filtra elektrostatycznego sterylnego złącza proste 22M/15F-22F/15M z portem do kapno, zamykany integralnym korkiem, skuteczność filtracji bakteryjno wirusowej >99,999%, przestrzeń martwa 42ml, waga 23g, opory przepływu 2,0cmH<sub>2</sub>O przy 60l/min. oraz 0,9cm przy 30L/min, minimalna objętość oddechowa 150ml, filtr przezroczysty z kodowaniem kolorystycznym?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 35 do zadania 5 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie filtra pediatrycznego sterylnego, pakowanego pojedynczo, posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock złącza 22M/15F- 22F/15M, wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów , nie mniejsza niż 99,99%, minimalna objętość oddechowa 75ml, waga 20g, przestrzeń martwa 28ml, zwrot wilgotności 30mg H<sub>2</sub>O/L przy VT=250ml.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 36 do zadania 5 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie filtra pediatrycznego klinicznie czystego, pakowanego pojedynczo, posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock złącza 15F/15M, wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów , nie mniejsza niż 99,99%, minimalna objętość oddechowa 25ml, waga 11g, przestrzeń martwa 11ml, zwrot wilgotności 27mg H<sub>2</sub>O/L przy VT=25ml

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 37 do zadania 5 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie sterylnego filtr o trybie filtracji elektrostatycznej oraz mechanicznej o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999%, przeciwwirusowej 99,999%, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV. Przestrzeń martwa 57ml, opory przepływu 3,0cmH<sub>2</sub>O przy 60l/min. oraz 1,6cm przy 30L/min, bez podania utrata wilgotności w mgH<sub>2</sub>O przy VT=500ml jest to parametr zależny od pacjenta do którego wykorzystujemy filtr, zwrot wilgotności 32mg H<sub>2</sub>O/L jakie jest wskazane na oddziałach intensywnej terapii oraz bloku operacyjnym, medium filtracyjne hydrofobowe, minimalna objętość oddechowa VT=150ml. Waga 31 gram. Ze złączem prostym 22M/15F-22F/15M [ standard pod rurkę intubacyjną], z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock. Filtr posiada wyraźnie wyodrębnioną celulozową warstwę wymiennika ciepła i wilgoci. Okrągły z zaokrąglonymi krawędziami, przezroczysty z kodowaniem kolorystycznym. Opakowanie zbiorcze kartonik zawierający 50 filtrów.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 38 do zadania 5 poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci o następujących parametrach: złącze tlenowe, zwrot wilgotności 26mg H<sub>2</sub>O/L; opór przy przepływie 60L/min 0,7 cm H<sub>2</sub>O, przestrzeń martwa 19ml, waga 8g; standardowo wyposażony jest w port służący do odsysania oraz port do podawania tlenu. Jest on wyjątkowo prosty w obsłudze. Port do odssysania jest zakryty kłapką w związku z czym można go otworzyć bez potrzeby rozłączania produktu od rurki dotchawiczej. Rozwiązanie takie zmniejsza urazowość zabiegu i zapobiega skażeniu. Posiada standardowe, zwężane złącze żeńskie o średnicy 15 mm, służące do połączenia z rurką dotchawiczą. Sterylny. Dwa piankowe elementy HME są pewnie zamocowane [ zabezpieczone przed wypadnięciem], zapewniając integralność produktu, nawet gdy pacjent zakasze. Pomiędzy tymi elementami znajduje się otwarta przestrzeń, dzięki której możliwa jest identyfikacja płwociny przez przezroczystą obudowę. Minimalna objętość oddechowa 50ml.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 39 do zadania 10 poz. 1,2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z zadania 10 poz. 1, 2, i utworzenie odrębnego pakietu np. 10 A. Zgoda na naszą prośbę może przyczynić się do zwiększenia liczby ofert i tym samym do uzyskania lepszej ceny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

**Pytanie nr 40 do zadania 10 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje maski tlenowej dla dorosłych, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się dwa otwory (po obu jej stronach) wysokości nosa wielkości min. 4x24mm i po jednym otworze (z każdej strony maski) na wysokości ust o wielkości min. 5x20mm, w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Maski ta umożliwia podawanie tlenu o średniej koncentracji ( 35 – 45%).

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 41 do zadania 10 poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje maski tlenowej dla dzieci, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się duże otwory (po obu jej stronach), w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Maski ta umożliwia podawanie tlenu o średniej koncentracji ( 35 – 45%).

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 42 do zadania 11 poz. 1 – 2**

Prosimy o dopuszczenie w zadania 11 poz. 1 maski anestetycznej twarzowej w rozmiarze 6, tak, żebyśmy mogli zaoferować Państwu pełną gamę rozmiarów dostępną w naszej ofercie?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 43 do zadania nr 11 poz. 3 i 4**

Prosimy o sprostowanie opisu w zadaniu 11 jednorazowe urządzenie nadkrtaniowe dla dorosłych i dzieci wyposażone w nienadmuchiwany mankiet. Urządzenie wyposażone w kanał gastryczny; umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej o rozmiarze 10Fr ( dla rozmiaru maski 1,5), 12Fr (dla rozmiaru maski ;2; 2,5; 3; 4) i 14F (dla rozmiarów maski 5), rozmiar 1 bez kanału gastrycznego , zintegrowany bloker zgryzu, stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. W sposób dokładny dopasowuje się do struktur gardła i krtani zapewniając niezawodne uszczelnienie okolic około krtaniowych bez potrzeby stosowania nadmuchiwanego mankieta. Produkt sterylne , pakowany pojedynczo, opakowanie typu papier – folia. Gama rozmiarów: 1 – waga 2 – 5kg; 1,5 – waga 5 -12 kg; 2- waga 10 -25 kg; 2,5 (25 – 35kg); 3 waga 30 – 60 kg; 4 waga 50 – 90 kg; 5 waga 90+.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał następującej zmiany treści SIWZ:

**zadanie nr 11 poz. 3-4 otrzymuje nowe brzmienie:**

**III-IV Urządzenia nadkrtaniowe dla dorosłych i dzieci**

Wyposażone w: nienadmuchiwany mankiet, posiadające kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej, rozmiarach **1,5; 2; 2,2; 3; 4; 5**, w rozmiarze **1** bez kanału gastrycznego, zintegrowany bloker zgryzu i stabilizator położenia, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegając rotacji.

Opakowanie sterylne, papier-folia, pakowane pojedynczo.

**Pytanie nr 44 do zadania 20**

Czy Zamawiający wymaga, aby opisane w zadaniu 20 komplety obwodów oddechowych były pakowane wszystkie elementy w pojedyncze opakowanie zbiorcze?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby cały zestaw był spakowany w komplet.

**Pytanie nr 45 do zadania 20 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie rur o długości od 40/200cm, dodatkowa rura w rozciągnięta 150cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 46 do zadania 20 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie rur o długości od 40 /200cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 47 do zadania 20 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie rur o długości od 40 /150cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 48 do zadania 27 poz. 15, 16, 17**

Prosimy o dopuszczenie tasemek do CPAPu nFlow o uniwersalnej długości, bez podania przedziałów centymetrowych.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 49 do zadania 27 poz. 19**

Czy Zamawiający oczekuje komory nawilżacza z osłonką przeciwoparzeniową?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 50 do zadania 27**

W związku z odp. Zamawiającego do pytania konkurencji:

**Pytanie nr 10**

Czy w Zadaniu Nr 27 poz. 1 *Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow* Zamawiający wymaga, aby układ oddechowy posiadał generator wyposażony w cztery dysze przyspieszające gazy i był mocowany za pomocą zaczepu kołyskowego do paskowego mocowania (poz. 15-17) lub czapeczki (poz 8-14)?

**Odpowiedź:** TAK

prosimy o dopuszczenie układu oddechowego który posiada dwie dysze i jest mocowany za pomocą czapeczki.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 51 do zadania 28**

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego o przekroju 10 mm do respiratora Sechrist model IV-100B z systemem grzewczym na ramieniu „wdech” z kopułą nawilżacza z automatycznym poborem wody natomiast na gałęzi „wydechu” znajduje się samouszczelniająca się pułapka wodna.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 52 do zadania 29 poz. 1**

Prosimy o wydzielenie układu jednorazowego obwodu oddechowego do respiratora SLE 2000 model nawilżacza MR850, ponieważ na rynku polskim istnieją firmy, które mają układy oddechowe w swojej ofercie, ale nie posiadają filtrów do respiratorów. Zgoda na naszą prośbę przyczyni się do zwiększenia liczby oferentów.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

**Pytanie nr 53 do zadania 30**

Czy Zamawiający oczekuje, aby wraz z układem oddechowym była komora do nawilżacza kompatybilna z nawilżaczem MR850?

**Odpowiedź:** Nie jest to wymóg konieczny.

**Pytanie nr 54 do zadania 4 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający oczekuje powłoki antybakteryjnej w skład której wchodzi: chlorheksydyna oraz sulfadiazyna srebra?

**Odpowiedź:** Nie jest to wymóg konieczny.

**Pytanie nr 55 do zadania 4 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera cewnikiem, który jest pokryty powłoką antybakteryjną dwuskładnikową:

Cewnik 1 – światłowy 14Ga/ 20 cm lub 16 cm (do wyboru przez Zamawiającego)

Zestaw zawiera:

- igłę prostą 18Ga/6,35cm z strzykawką Raulersona bez strzykawki 5ml niskooporowa
- Prowadnica druciana odporna na zaginanie z końcówką "J", średnica 0,032" prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłonka ułatwiająca wprowadzenie jedną ręką;
- cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące
- zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia.
- igłę do kontroli ciśnienia
- Dodatkowo cewnik 14Ga/16cm zawiera dodatkową igłę punkcyjną w miękkiej kaniuli

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 56 do zadania 4 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera cewnikiem, który jest pokryty powłoką antybakteryjną dwuskładnikową:

Cewnik 2 – światłowy o następujących rozmiarach: 16 cm / 7 Fr / 18,14 Ga lub 20 cm / 7 Fr / 18,14 Ga lub 20 cm / 8 Fr / 14,14 Ga (do wyboru przez Zamawiającego)

Zestaw zawiera:

- igłę prostą 18Ga/6,35cm ze strzykawką Raulersona bez dodatkowej strzykawki niskooporowej
- Prowadnica druciana odporna na zaginanie z końcówką "J", średnica 0,032" prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłonka ułatwiająca wprowadzenie jedną ręką;
- cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące
- igłę do kontroli ciśnienia
- zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 57 do zadania 4 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do kaniulacji naczyń metodą Seldingera - pediatriczny bez powłoki antybakteryjnej z cewnikiem 1- światłowym 24 Ga/ dł.9 lub 12 cm do wyboru przez Zamawiającego

Zestaw do kaniulacji żył powinien zawierać:

- igła prosta 21Ga/3,81cm ze strzykawką niskooporową 3ml,
- prowadnica stalowa odporna na zaginanie z końcówką "J", rozmiar 0,018," z osłonką ułatwiającą wprowadzenie jedną ręką
- cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące
- zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia
- dodatkowo do każdego zestawu dołączana osobno pakowana strzykawka Raulersona

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zestaw o powyższej charakterystyce.

**Pytanie nr 58 do zadania 4 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do kaniulacji naczyń metodą Seldingera - pediatryczny bez powłoki antybakteryjnej z cewnikiem 1- światłowym 20 Ga/ dł.12 cm

Zestaw do kaniulacji żył powinien zawierać:

- igła prosta ze strzykawką niskoporow w zestawie,
- przewodnica odporna na zaginanie z końcówką "J", rozmiar 0,018,"z osłonka ułatwiającą wprowadzenie jedną ręką
- cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące
- zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia
- dodatkowo do każdego zestawu dołączana osobno pakowana strzykawka Raulersona

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 59 do zadania 4 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do kaniulacji naczyń metodą Seldingera - pediatryczny bez powłoki antybakteryjnej z cewnikiem 1- światłowym 18 Ga/ dł. 20 cm

Zestaw do kaniulacji żył zawiera:

- igła prosta ze strzykawką niskoprową w zestawie,
- przewodnica odporna na zaginanie z końcówką "J", rozmiar 0,018,"z osłonka ułatwiającą wprowadzenie jedną ręką
- cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące
- zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia
- dodatkowo do każdego zestawu dołączana osobno pakowana strzykawka Raulersona

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 60 do zadania 4 poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do kaniulacji naczyń metodą Seldingera - pediatryczny z dwuskładnikową powłoką antybakteryjną w skład której wchodzi chlorcheksydyna i sufiadazyna srebra z cewnikiem 2- światłowym 13 cm/4 Fr/22,22

Zestaw do kaniulacji żył zawiera:

- igła prosta ze strzykawką ,
- przewodnica nitynolowa odporna na zaginanie, z pamięcią kształtu z końcówką "J", rozmiar 0,032,"z osłonka ułatwiającą wprowadzenie jedną ręką
- cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące
- zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia
- dodatkowo do każdego zestawu dołączana osobno pakowana strzykawka Raulersona

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie nr 61 do zadania 3 poz. 1, 2, 3 i 4**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania Zadaniu 3

:w poz. 1 zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera

Z cewnikiem 1- światłowym 14 Ga/ dł. 16 lub 20 cm do wyboru przez Zamawiającego

Zestaw do kaniulacji żył zawiera:

- igłę prosta 18Ga/6,35cm ze strzykawką 5ml niskoporową
- przewodnica druciana odporna na zaginanie z końcówką "J", rozmiar 0,032"z osłonka ułatwiającą wprowadzenie jedną ręką
- cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące
- zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia

- na etykiecie podane pojemności napełniania każdego kanału oraz max. szybkość przepływu
- dodatkowo osobno pakowana strzykawka Raulersona

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zestaw o powyższej charakterystyce.

w poz. 2 zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera

z cewnikiem 2- światłowym o następujących rozmiarach: 7Fr/18,14Ga/16cm lub 20 cm; 8Fr/14, 14Ga/11cm do wyboru przez Zamawiającego

zestaw do kaniulacji żył zawiera:

- igłę prostą 18Ga/ 6,35cm z strzykawką 5ml niskooporową,
- prowadnica druciana odporna na zaginanie z końcówką "J", rozmiar 0,032"z osłonką ułatwiającą wprowadzenie jedną ręką
- cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące
- zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia
- na etykiecie podane pojemności napełniania każdego kanału oraz max. szybkość przepływu
- dodatkowo do każdego zestawu dołączana osobno pakowana strzykawka Raulersona

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zestaw o powyższej charakterystyce

w poz. 3 zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera

z cewnikiem 3- światłowym w następujących rozmiarach: 16 cm /7Fr/ 18,18,16 Ga, 20 cm /7Fr/ 18,18,16 Ga

Zestaw do kaniulacji żył zawiera:

- igłę prostą 18Ga/6,35cm ze strzykawką 5ml niskooporową,
- prowadnica druciana odporna na zaginanie z końcówką "J", rozmiar 0,032"z osłonką ułatwiającą wprowadzenie jedną ręką
- cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące
- zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia
- na etykiecie podane pojemności napełniania każdego kanału oraz max. szybkość przepływu
- dodatkowo do każdego zestawu dołączana osobno pakowana strzykawka Raulersona

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zestaw o powyższej charakterystyce

w poz. 4 zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera

z cewnikiem 3- światłowym w następujących rozmiarze 16 cm/8,5F/ 16,14,16 Ga

Zestaw do kaniulacji żył zawiera:

- igłę prostą 18Ga/6,35cm ze strzykawką niskooporową 5ml
- prowadnica druciana odporna na zaginanie z końcówką "J", rozmiar 0,032"z osłonką ułatwiającą wprowadzenie jedną ręką
- cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące
- zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia
- na etykiecie podane pojemności napełniania każdego kanału oraz max. szybkość przepływu
- dodatkowo do każdego zestawu dołączana osobno pakowana strzykawka Raulersona

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zestaw o powyższej charakterystyce

#### **Pytanie nr 62 Dotyczy pakietu 12 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie i dopuszczenie w pakiecie 12 poz. 1

Zestawu do drenażu klatki piersiowej o poniższych parametrach:

- wyskalowana komora (co 10 ml do objętości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu (łącznie pojemność 2000 ml)
- sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,

- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H<sub>2</sub>O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu
- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,
- monitor przecieku powietrza od 1 do 7
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku
- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

#### **Pytanie nr 63 Dotyczy Rozdz. IV pkt.5 SIWZ**

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

**Odpowiedź:** Pełnomocnictwo winno zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, lub kopii poświadczonej notarialnie.

#### **Pytanie nr 64 Dotyczy § 3 ust. 2a wzoru umowy**

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisu w § 4 lit. a) wzoru umowy i dodanie treści: „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 5, ust.1 umowy, **za wyjątkiem sytuacji**

**kiedy wstrzymanie dostaw jest wynikiem braku płatności ponad termin określony umową”.**

Zamawiający wprowadzając taki zapis wydłuża sobie termin płatności dostaw bez konieczności terminowej zapłaty za dostarczony sprzęt, gdyż zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym rozwiązaniem umowy i naliczeniem Dostawcy kar umownych. Z uwagi na powyższe wnosimy jak na wstępie.

#### **Pytanie nr 65 Dotyczy § 3 ust. 2e wzoru umowy**

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy o dokonanie modyfikacji ww paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu:

Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów, **po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zdarzenia ”].**

Pozostawienie ww paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron, w związku z czym wnosimy jak na wstępie.

#### **Pytanie nr 66 Dotyczy § 4 ust. 4 wzoru umowy**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 4 ust.4 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [..... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi."

Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za

13

nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

#### **Pytanie nr 67**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczenia towaru**

#### **Pytanie nr 68 Paragraf 3 ustęp 2**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy trzykrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,
- b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,
- c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,
- d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,
- e) pojawiają się istotne, powtarzające się, (co najmniej 3-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.”

**Odpowiedź dotyczy pytania nr 64-68:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlaczyn