Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 22 lipca 2020 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych, do ablacji endokawitarnej, kardiowerterów oraz zestawów do krioablacji – **znak sprawy 38/20**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1

1. Ze względu na wieloletnią współpracę w zakresie zadania prosimy o dopuszczenie elektrod spełniających wszystkie warunki SIWZ, 6 krzywizn do wyboru w tym odpowiadające krzywiznom Josephson, Cournand, Damato. Nazwy krzywizn Josephson, Cournand, Damato są nazwami własnymi jednego z producentów , posiadamy odpowiedniki pod innymi nazwami własnymi.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 2

2. Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach:
   - wersja cewnika o zbrojonej konstrukcji shaftu z miękką, atraumatyczną końcówką
   - Model typu „HALO standard" oraz typu „L"
   - shaft wzmocniony podwójnym oplotem wykonanym ze stali nierdzewnej, materiał koszulki elastyczny i giętki materiał pebax

Pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Poniżej zdjęcie proponowanej elektrody:



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

dotyczy zadania nr 3

3. Zwracam się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagane sa elektrody sterowalne czy też niesterowalne o stałej krzywiźnie ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga elektrod sterowalnych.

dotyczy projektu umowy nr 2

4. Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SIWZ – Projektu umowy nr 2 poprzez dodanie § 5 ust. 3a o następującej treści: „Wyroby przechowywane w składzie pozostają własnością Wykonawcy do momentu ich pobrania przez Zamawiającego.
5. Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SIWZ – Projektu umowy nr 2 poprzez nadanie § 2 ust. 4 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Zamawiający będzie obciążany kosztami wyrobów zdjętych z ewidencji składu, poprzez wystawienie przez Wykonawcę, na podstawie zamówienia, faktury VAT.
6. Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SIWZ – Projektu umowy nr 2 poprzez nadanie § 4 ust. 4 lit. d zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Reprezentant Wykonawcy ma prawo sprawdzić cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, w obecności osoby koordynującej funkcjonowanie składu (reprezentanta Zamawiającego) stan magazynowy składu, w tym termin ważności przechowywanych wyrobów.

Odpowiedź: (dot. pyt. 4 – 6) Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663