

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 20 marca 2017 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy elektrod elektrofizjologicznych: diagnostycznych, ablacyjnych oraz stymulatorów resynchronizujących – **znak sprawy 17/17**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1

1. Czy w zakresie **Zadania nr 1** Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej, której łącznik jest kodowany systemem kolorów? Rozwiązanie będzie realizowało w sposób tożsamy wymóg Zamawiającego postawionym w pkt. 5 pozwalając na rozróżnienie, w której jego części znajduje się każda z wprowadzonych do serca elektrod.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy zadania nr 2

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania elektrodę z dostępnymi odległościami pomiędzy pierścieniami 2/2/2, 2/5/2, 2/8/2, spełniające pozostałe parametry graniczne?

Odpowiedź: TAK.

3. Czy Zamawiający dopuści elektrodę sterowalną diagnostyczną z odległością między biegunami 2-8-2 i 2-12-2 mm spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 3

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o odległościach między pierścieniami do wyboru: 2/6/2, 2/8/2, 2/10/2.

Odpowiedź: TAK.

dotyczy zadania nr 4

5. Czy Zamawiający dopuści sterowalną elektrodę ablacyjną z odległością między biegunami 2-2-2 lub 1-4-1 mm z jednoznacznie czytelnie zdefiniowaną krzywizną elektrody?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5

6. Czy Zamawiający dopuści elektrodę sterowalną ablacyjną z odległością między biegunami 0,5-4-1 mm spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr Mariusz Pawlaczek