

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 31 marca 2015 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych oraz elektrod do ablacji endokawitarnej

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1

1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 dopuści: Elektroda diagnostyczna 4 biegunowe do badania EP z łącznikiem:
 - średnica 5Fr lub 6Fr do wyboru przez Zamawiającego,
 - długość cewnika min. 110cm,
 - trzy krzywizny do wyboru przez Zamawiającego (Josephson, Cournand, Damato),
 - końcówki nie definiowane jednoznacznie systemem kolorów,
 - pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania elektrod o powyższej charakterystyce.

2. W celu przedłożenia konkurencyjnej oferty najwyższej jakości na elektrody diagnostyczne 4-polowe, prosimy o dopuszczenie średnic do dowolnego wyboru Zamawiającego: 4Fr, 5Fr oraz 6Fr w sześciu krzywiznach do wyboru, w tym HIS oraz CS. Oferowane przez nas elektrody są atraumatyczne, utrzymujące kształt przy wielogodzinnych procedurach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania elektrod o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 2

3. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści: Elektroda diagnostyczna wielobiegunowa do zatoki wieńcowej - z łącznikiem:
 - średnica elektrody 5Fr,
 - długość elektrody min 65cm
 - pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania elektrod o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 3

4. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 dopuści: Elektroda sterowalna do ablacji endokawitarnej metodą RF o zbrojonej końcówce 4 mm z łącznikiem:
- średnica elektrody 7Fr,
 - trzy krzywizny do wyboru przez Zamawiającego (45mm, 55mm, 65mm)
 - długość elektrody min 90cm,
 - pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania elektrod o powyższej charakterystyce.

5. Prosimy o dopuszczenie elektrod do ablacji w rozmiarze 7Fr dostępnych w krzywiznach (identyfikowanych przez firmę J&J) jako A/B/C/D/E do dowolnego wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania elektrod o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 4

6. Czy Zamawiający dopuści elektrodę sterowalną do ablacji o zwiększonej przewodności cieplnej z odległością między pierścieniami 0,5-4-1 mm spełniającą wszystkie pozostałe wymagania zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania elektrod o powyższej charakterystyce.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawłaczyk