

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 28 lipca 2015 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1 poz. 1

1. Czy ze względu na fakt, że niepodzielne opakowanie handlowe producenta zawiera 40 szt klipsów, zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego pełnego opakowania (zamiast 50 szt)? Prosimy o podanie oznaczenia klipsownicy (typu) celem złożenia oferty na odpowiedni rodzaj klipsów (kwestia mocowania klipsa do klipsownicy).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jednego pełnego opakowania klipsów tj. 40 szt.. Klipsy muszą być kompatybilne z klipsownicą **Olympus HX 110QR**.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie **Formularza cenowego dot. zadania nr 1**

Zmodyfikowany formularz cenowy Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień, a formularz załączony do SIWZ traci ważność. **Oferty prosimy składać na aktualnym formularzu!**

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Krawczyk