Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 7 maja 2020 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych – znak sprawy **23/20**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 18

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w powyższym zadaniu cewnika aspiracyjnego w systemie szybkiej wymiany Rx którego pokrycie hydrofilne znajduje się na dystalnych 25 cm z cewnika, długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F – 145 cm, 1 marker oddalony od końcówki cewnika o 3 mm, 1 x strzykawka aspiracyjna z blokadą 50/60cc i 1 przedłużacz dla 6F i 7F? Pozostałe parametry ww cewnika zgodne są ze specyfikacją Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w powyższym zadaniu cewnika balonowego uwalniającego Paklitaksel którego ciśnienie nominalne wynosi 6 atm, długość użytkowa 142 cm, średnica shaftu dystalnie 2,6F, lek uwalniany z wielowarstwowej powłoki balonu w nanotechnologii TransferTech, długości balonów: 10,15,20,25,30,40 mm? Pozostałe parametry ww cewnika zgodne są ze specyfikacją Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIER[illegible]IK
Działu Zamó[illegible]ublicznych
mgr Mari[illegible] Pawlaczyk

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663