

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 08 maja 2017 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych – znak sprawy 27/17

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 8

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników przedłużających kompatybilnych z cewnikami prowadzącymi w rozmiarach 5,6,7,8 F bez wymagania cewnika o rozmiarze 5,5F?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaferowania cewników o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 11

2. Czy Zamawiający zrezygnuje z dopuszczenia portów zawierających Bisfenol A?

UZASADNIENIE: porty z osłoną wykonaną z polisulfonu, polioksymetylenu lub żywic epoksydowych zawierają Bisfenol A (BPA). BPA jest związkiem organicznym stosowanym do produkcji poliwęglanów oraz żywic epoksydowych o bardzo szerokim spektrum zastosowań, który przedostaje się do organizmu przez układ pokarmowy i oddechowy. Ostatnio przeprowadzone badania dowiodły, że Bisfenol A może być transportowany i metabolizowany również przez skórę. Na podstawie badań można sporządzić pobieżną listę dolegliwości bezpośrednio związanych z obecnością BPA w organizmie: otyłość, zaburzenia działania systemu dopaminergicznego, zaburzenia funkcjonowania hormonów tarczycy, zwiększone ryzyko zachorowania na raka, zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi, przyspieszenie wzrostu i przerzutów nerwiaka płodowego, zwiększone ryzyko zachorowania na raka prostaty, tłumienie metylacji DNA.

Odpowiedź: Zadanie dotyczące portów naczyniowych nie stawia ograniczeń w zakresie zawartości Bisfenolu A

dotyczy zadania nr 11 poz. nr 1a

3. Czy Zamawiający na podstawie art.29 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy dopuści uznać za równoważne i dopuści możliwość zaferowania portu naczyniowego o parametrach:

- waga 6g zamiast 8,6g oraz 4,55g zamiast 4,6g
- wysokość portu 12,5mm zamiast 13,2mm oraz 10,4mm zamiast 10,6mm
- średnica membrany 9,7mm dla portu niskoprofilowego
- cewnik o długości 750mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaferowania portów o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 11 poz. nr 2a

4. Czy Zamawiający na podstawie art.29 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy dopuści uznać za równoważne i dopuści możliwość zaoferowania portu naczyniowego o parametrach:

- waga 6g zamiast 8g oraz 4,55g zamiast 5g
- wysokość portu 12,5mm zamiast 12,2mm oraz 10,4mm zamiast 9,7mm
- średnica membrany 9,7mm
- cewnik o długości 750mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania portów o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 19

5. Czy Zamawiający dopuści dzierżawę zamiast bezpłatnego użyczenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk