

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 8 maja 2019 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych – znak sprawy **26/19**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 3 poz.9 oraz 5 poz. 7

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie inflatorów z zadania nr 3 poz. 9 (500 szt.) oraz zadania nr 5 poz. 7 (500 szt.) do osobnego zadania zawierającego zsumowaną ilość 1 000 szt.?

Wyodrębnienie ww. przedmiotu zamówienia pozwoli Zamawiającemu na pozyskanie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert niż w przypadku zablokowania całego zamówienia dla Wykonawców, którzy w swojej ofercie posiadają całość asortymentu i mogą tym samym dyktować wyższe ceny. Owe stanowisko utrudnia konkurencję i prowadzi do nierównego traktowania Wykonawców.

Ponadto, wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są identyczne w obu pozycjach („Inflator – zakres ciśnień 0-30 atm., podwójny system mierzenia ciśnienia w atm. oraz psi, minimalna objętość strzykawki 20ml”) w związku z powyższym utworzenie oddzielnego zadania umożliwi Zamawiającemu wygodniejszą realizację zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 3 poz.10

2. Czy zamawiający mógłby wydzielić z pakietu pozycję 10? Dzięki temu na pozostałe pozycje będziemy mogli zaproponować wyjątkowo korzystną ofertę cenową z korzyścią ekonomiczną dla Szpitala

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 4 poz.1, 2, 4

3. Czy zamawiający może wydzielić z pakietu pozycje 1,2,4 ? Dzięki temu będziemy mogli zaproponować wyjątkowo korzystną ofertę cenową z korzyścią ekonomiczną dla Szpitala

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 5 poz.4

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunków hemostatycznych Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonanych z nieoksydowanej celulozy, wzmocnionych na poziomie molekularnym, przeznaczonych do tamowania krwawień, nie wymagających mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z zadania 5 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 7

7. Czy Zamawiający oczekuje średnicy wewnętrznej minimum 0,046" dla średnicy 5F?

Odpowiedź: TAK.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w powyższym zadaniu Cewnika przedłużającego dla cewnika prowadzącego w rozmiarach 5F,6F,7F,8F? Pozostałe parametry ww przedłużacza zgodne są ze specyfikacją Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

dotyczy zadania nr 9

9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie 9 portu o następujących parametrach:
Wszczepialny sterylny port naczyniowy w kształcie delty, z zestawem wprowadzającym. Komora wykonana z radionieprzeziernego tytanu, wysokość portu 12,5mm. Średnica podstawy 26.3 mm, waga 11,8g. Otwory do przysycia portu wypełnione silikonem. W zestawie z cewnikiem poliuretanowym Chronoflex 6F/8F lub silikonowy GROSHONG 8F. Możliwość podania infuzji 5ml/sek. Wypustki na silikonowym septum umożliwiają palpacyjną identyfikację portu. Port z zestawem wprowadzającym: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, tunelizator, igła Hubera do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem.

W skład całego zestawu wchodzi:

- Port 1 szt.
- Cewnik 1 szt.
- Mocowanie cewnika do portu ze znacznikiem RTG 2 szt.
- Introduktor do metody Seldingera rozrywalny z rozszerzadłem naczyniowym 1 szt.
- Prowadnica „J” w ergonomicznej osłonce do metody Seldingera 1szt.
- Tunelizator 1 szt.
- Igła wprowadzająca 70mm do metody Seldingera 1 szt.
- Tępa kaniula do płukania cewnika 1 szt.
- Zestaw infuzyjny ze skrzydełkami do długotrwałych infuzji 1 szt.
- Igła Hubera 2 szt.
- Narzędzie hakowate do unoszenia naczynia 1 szt.
- Strzykawka 1 szt.

Zestaw zapakowany na sterylnej wyprofilowanej tacy typ „Blister”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

dotyczy zadania nr 9

10. Czy zamawiający dopuści produkt równoważny używany powszechnie w klinikach i centrach onkologii w kraju i na świecie (listy referencyjne do wglądu) tj dla zadania 1 i 2 odpowiednio port standardowy i niskoprofilowy z zestawem potrzebnym do implantacji portu niegorszym niż w Siwz . Prosimy też dookreślić czy port ma być wykonany w całości z tytanu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.


dotyczy zadania nr 18 poz.3

11. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie urządzenia do pomiarów ACT od amerykańskiego lidera w zakresie pomiarów krzepliwości z krwi pełnej i bardzo konkurencyjnej cenie i najnowszej technologii – dotyczy pozycji nr 3.

Nasze aparaty są stosowane w licznych ośrodkach kardiologii oraz elektrofizjologii i hemodynamiki w Polsce z dużym powodzeniem. Gwarantujemy pakiet szkoleń z obsługi aparatu. Prosimy o akceptację naszego aparatu, który użyczymy Państwu na czas umowy. Jest to aparat Abraso Cascade, który jest kompatybilny z kuletkami pomiarowymi.

Poniżej opis produktu:

- aparat do przyłózkowych pomiarów krzepliwości z krwi pełnej i/lub z cytrynianem - do wyboru. możliwość oznaczania ACT, PT-WB,PT-C,a-PTT, C-ACT-LR) dostosowany do potrzeb pracowni,
- kuwety pomiarowe dedykowane do aparatu - opakowania zbiorcze minimum 40 sztuk w opakowaniu, każda kuweta zapakowana osobno, 30 sztuk opakowań zbiorczych,
- dostarczanie kuwet pomiarowych zgodnie z zużyciem, dostosowane do potrzeb pracowni (data przydatności kuwet min 6 msc),
- mała objętość próbki - wystarczy 1 KROPLA,
- Przenośny charakter sprzętu - waga naszego aparatu wraz z bateriami to 0,8 kg,
- możliwość używania aparatu bez konieczności ładowania baterii do 24 godzin ,
- zasilanie sieciowe i akumulatorowe,
- możliwość skanowania próbek za pomocą kodów kreskowych,
- czułość wykrywania niskich stężeń heparyny - do 3 u/ml krwi,
- zakres pomiaru krzepnięcia 6s-850s,
- krótki czas pomiaru - do 10 minut,
- automatyczne wykonanie autotestu,
- przejrzysty, dotykowy wyświetlacz zatem nie jest potrzebna wbudowana klawiatura,
- wbudowane testy kontroli na dwóch poziomach,
- dodatkowo możliwość podłączenia urządzenia do zewnętrznego komputera (system Windows) w celu archiwizacji badań oraz wydruku. możliwość połączenia



Reszta pozycji 1,2 zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

dotyczy zadania nr 19

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w powyższym zadaniu:

a) Cewnika aspiracyjnego w systemie szybkiej wymiany Rx o następujących parametrach:

- Dostępne rozmiary cewnika - 6F, 7F
- Kompatybilny przewód - 0,014"
- Długość robocza - 145 cm
- Długość sekcji Rx - 25 cm
- Część dystalna – materiał - Pebax
- Część proksymalna – materiał - PEEK
- Zewnętrzna średnica - 0,067" (1,70mm) dla 6F, 0,078" (1,98mm) dla 7F
- Wewnętrzna średnica - 0,044" (1,12mm) dla 6F, 0,052" (1,33mm) dla 7F
- Powierzchnia światła ekstrakcji (proksymalnie) - 0,95mm² dla 6F, 1,54mm² dla 7F
- Powierzchnia światła ekstrakcji (dystalnie) - 0,93mm² dla 6F, 1,43mm² dla 7F
- Zdolność aspiracyjna - 96 cc/min dla 6F,
- Zawartość zestawu - cewnik aspiracyjny, usztywniający mandryn, kranik, przedłużacz, 2 koszyczki filtrujące, 1 x strzykawka aspiracyjna z blokadą 50/60cc

b) Cewnika balonowego uwalniającego Paklitaksel o następujących parametrach:

- Cewnik typu rapid exchange
- Balon typu semi-compliant
- Szeroka gama rozmiarów od 1,5 do 4,5 mm – 11 średnic
- Długości balonów: 10,15,20,25,30,40 mm
- Długość użytkowa 142 cm
- Ciśnienie nominalne 6 atm
- RBP 16 atm
- ABP 20 atm
- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F
- Kompatybilny z przewodem 0,014"
- Profil końcówki 0,017"
- Distal shaft 2,6 F

- Proximal shaft 2,0 F
- Uwalniana substancja – Paklitaksel
- Dawka leku 3µg/mm2
- Dwa markery elastyczne markery na powierzchni balonu.
- Okres ważności – 36 m-cy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

dotyczy projektu umowy nr 2

13. Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SIWZ, Projekt umowy nr 2 poprzez dodanie § 4 ust. 4 lit. h o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności wyrobów w składzie”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczuk