

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 22 grudnia 2020 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na zakup 2 szt. automatycznych urządzeń do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Ad. 7

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie i zaoferowanie urządzenia łączącego zalety metody tłokowej i pasowej, będącego obecnie najnowocześniejszym i najlżejszym rozwiązaniem technicznym na rynku, skutecznie używanym od kilku lat min. przez LPR, TOPR, GOPR, Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego, wojsko, w działaniach szpitalnych i w ambulansach.

Zaletą tego urządzenia jest niezależność obwodu zasilania urządzenia od akumulatora co daje możliwość prowadzenia ciągłej, nieprzerwanej resuscytacji w każdych warunkach.

Uzależnienie obwodu zasilania tak jak w wymogach SIWZ od akumulatora (który mając możliwość ładowania wewnątrz urządzenia jest częścią obwodu zasilania) może spowodować przerwy w resuscytacji jeśli taki akumulator będzie uszkodzony lub rozładowany do zera. Uniemożliwi to wtedy pracę urządzenia również z każdego innego źródła zasilania.

Oferowany przez nas aparat pozwala na płynną zmianę źródła zasilania (np. z akumulatora na zasilanie AC lub DC) bez przerywania pracy aparatu. Aparat podłączony do zasilania pracuje nieprzerwanie przez nieograniczony czas także w przypadku konieczności wymiany akumulatora lub przy całkowitym jego braku w obwodzie elektrycznym, czego nie uzyskamy posługując się ładowarką wbudowaną w aparat (czyli przy funkcji ładowania akumulatora w urządzeniu). Dostęp do zewnętrznego źródła zasilania (AC) pozwala też na doładowanie/ładowanie nawet dwóch akumulatorów jednocześnie w zewnętrznej ładowarce będącej na wyposażeniu urządzenia. Standardowe wyposażenie aparatu to 2 (dwa) akumulatory o czasie ciągłej pracy min. 45 min. każdy (w sumie min. 90 minut), co skutecznie zabezpiecza długotrwałą, niezależną od zewnętrznych źródeł zasilania pracę w terenie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.

Ad. 9

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności najnowocześniejsze, najlżejsze i kompaktowe rozwiązanie techniczne na rynku aparatów do mechanicznej kompresji klatki piersiowej pacjenta, które nie wymaga stosowania w transporcie pasów mocujących ręce pacjenta do urządzenia? Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala ustabilizować ręce pacjenta „poniżej” aparatu na brzuchu pacjenta lub wzdłuż tułowia. Takie rozwiązanie jest bardziej korzystne z racji dostępności do naczyń krwionośnych, celem stosowania wkłuć i mocowania dostępów żylnych. Konstrukcja oferowanego przez nas aparatu pozwala na efektywne i bezpieczne jego stosowanie w różnych pozycjach ułożenia ciała pacjenta i nie wymaga jednocześnie stabilizowania go na klatce piersiowej za pomocą dociskania ciężarem rąk pacjenta podtrzymujących konstrukcję stelażu aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Dawłaczyk