WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

„Salus aegroti suprema lex"

Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 04 grudnia 2015 roku

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

I N F O R M A C J A

dot. postępowania na sukcesywne dostawy akcesoriów do nawigacji optycznej SteltStation S7 firmy Medtronic

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 1 i 2 ? Czyli: Markery pasywne do nawigacji SteltStation – markery jednokrotnego użytku, średnica markera 11,5 mm, pakowane podwójnie, sterylnie w blistrze z podajnikiem. Opakowanie zawiera 12 blistrów po 1 kulce w blistrze = 12 markerów, oraz pozycji drugiej: Igła biopsyjna pasywna – jednorazowa igła biopsyjna, pakowana sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem, średnica igły w zakresie od 2,18 mm do 2,19 mm kompatybilna z prowadnikiem igły do wyznaczania trajektorii o śr. 2,2 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia i nie wyraża zgody na wydzielanie poszczególnych pozycji.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk