

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 10 listopada 2015 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. sukcesywne dostawy zestawów umożliwiających przezskórne podanie cementu do trzonów kręgów oraz implantów do stabilizacji kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego płytką tytanową

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 2

1. **Stabilizacja kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego płytką tytanową.** Czy Zamawiający dopuści stabilizację odcinka szyjnego z wykorzystaniem tytanowej płytki szyjnej dostępnej w 11 rozmiarach, w zakresie długości 24 – 93 mm?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** zaoferowania implantów o powyższej charakterystyce

2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2:

- Płytki dostępne w rozmiarach 8 – 88 mm, stopniowane co 1mm, 2mm, 3 mm oraz 4mm, opcjonalnie 12-92mm.
- Śruby długości 12, 14 i 16 mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami), opcjonalnie dostępne śruby 4 i 5 mm.
- Możliwość jedno- i wielokątowego ustawienia śrub (do 30 stopni).
- Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,0 mm.
- Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki).
- Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia.
- Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty blokady śrub.
- Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub.
- Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie implantów o powyższej charakterystyce, w tym płytek o rozmiarach 12 – 92 mm oraz śrub $\varnothing$ 4 i 5 mm.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem: NIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczuk