

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 7 maja 2018 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy odczynników do badań koagulologicznych oraz badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów, jak również odczynników do badań parametrów krytycznych do aparatów będących własnością Zamawiającego – **znak sprawy 21/18**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1

Wymagania graniczne analizatorów, których spełnienie jest bezwzględnie wymagane:

Dotyczy punktu 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 analizatorów (podstawowy i backup) o wydajności 180 analiz PT i APTT/h każdy?

Dotyczy punktu 5

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów z 500 kuwetami na pokładzie? Z podanych ilości badań do przetargu 500 kuwet wystarczy na kilka dni pracy.

Dotyczy punktu 15

3. Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający możliwość wykonywania próbek CITO w postaci 5-ciu specjalnie zdefiniowanych pozycji?
4. Czy Zamawiający dopuści analizator bez możliwości przeprogramowania statusu próbki w trakcie pracy aparatu?

Dotyczy punktu 18

5. Czy Zamawiający dopuści analizator ze stabilnością PT, APTT, Fib wynoszącą 96 godzin (4 dni) na pokładzie analizatora?

Z szacunkowej ilości oznaczeń oraz konfekcjonowania w/w odczynników wynika, że fiolka odczynnika będzie wykorzystana przez Zamawiającego bez strat odczynnikowych.

Dotyczy punktu 20

6. Czy Zamawiający dopuści ofertę z analizatorem wraz z dedykowanymi odczynnikami i aplikacjami pochodzącymi od innego producenta?

Zaoferowany zestaw (analizator + odczynniki) stanowi jednolity system. Proponowane odczynniki których jesteśmy producentem są w pełni kompatybilne z oferowanym systemem.

Odpowiedź:

Dotyczy punktu 21

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów z zapewnieniem opcje badania przedanalizycznego próbek – wykrywanie interferencji HIL wraz z określeniem ich rodzaju i szacunkowego poziomu, ale bez wykrywania mikrokrzepów?

Odpowiedź: (dot. pytań nr 1 – 7) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza zaoferowania analizatorów o powyższej charakterystyce

Parametry techniczno – eksploatacyjne (opcjonalne) podlegające ocenie w kryterium „Parametry techniczno-eksploatacyjne” dla analizatora do wykonywania badań koagulologicznych – aparat podstawowy:

Dotyczy punktu 2

8. Czy zamawiający oceni jako równoważną ofertę gdzie odczynnik do oznaczania czasu kaolinowo-kefalinowego oparty będzie o roślinne fosfolipidy i uwodnioną krzemionkę? Jakość uzyskiwanych wyników będzie identyczna.

Odpowiedź: Zamawiający dokona oceny zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Dotyczy punktu 4

9. Czy Zamawiający oceni równoważnie bądź przyzna punkty proporcjonalnie odczynnikiem o stabilności 4 tygodnie (wolne białko S) i 2 tygodnie Białko C?

Odpowiedź: Zamawiający dokona oceny zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

dot. Formularz cenowy

10. Czy Zamawiający w formularzu cenowym w Zadanie nr 1 poz 7. Białko S ma na myśli wolną formę białka S (free Protein S)?

Odpowiedź: TAK.

dotyczy zadania nr 2

Wymagania graniczne analizatorów, których spełnienie jest bezwzględnie wymagane:

Dotyczy punktu 2

11. Czy zamawiający dopuści analizatory pracujące w systemie ciągłym dokonujące jedno czasowo i w jednej próbce bezpośredniego pomiaru: pH, pCO₂, pO₂, K⁺, Na⁺, Ca ^{++zj.}, Cl, glukoza, mleczany, kooxymetria (hemoglobina całkowita i wszystkie jej frakcje) oraz posiadające możliwość wyliczania wielu parametrów w tym hematokrytu? Hematokryt jest wyliczany na podstawie mierzonej przez lampę kooxymetryczną hemoglobiny.

Dotyczy punktu 3

12. Czy zamawiający dopuści analizator, w którym liniowość oznaczanego wapnia zjonizowanego mieści się w zakresie 0,2-5mmol/L?

Dotyczy punktu 4

13. Czy zamawiający dopuści analizatory przeznaczone do pracy w trybie laboratoryjnym i oddziałowym posiadające zestawy odczynnikowe w postaci wymiennych kaset zawierających: odczynniki, sensory, elektrody, płyny kalibracyjne, kontrolne, sondę aspiracyjną, układ hydrauliczny oraz pojemnik na ścieki?

Analizator do pracy potrzebuje 3 kaset: pomiarowej, płuczaco-zlewkowej oraz automatycznej kontroli jakości. Elektrody (biosensory) są wbudowane w pakiet odczynnikowy i wymieniane razem z pakietem, co 28 dni?

Dotyczy punktu 5

14. Czy zamawiający dopuści analizatory, które przeprowadzają kontrolę jakości w sposób całkowicie automatyczny, bez ingerencji operatora w oparciu o dowolnie konfigurowalny harmonogram. Aparaty posiadają możliwość graficznego przedstawienia wyników kontroli w postaci wykresu Levey-Jenningsa?

Dotyczy punktu 10

15. Czy zamawiający dopuści analizatory, które nie wymagają żadnego dodatkowego materiału do zwalidowania nowej kasety zainstalowanej na pokładzie analizatora?

Kaseta po inicjalizacji, kalibracji i kontroli jakości (wykonywane automatycznie) jest gotowa do pracy. W razie błędu kasety jest możliwość ponownego uruchomienia kartridża.

Dotyczy punktu 11

16. Czy zamawiający dopuści analizatory, których kasety odczynnikowe oraz automatycznej kontroli jakości są przechowywane w temp. 2-8 st. C, a kasety płuczaco-zlewkowe w temp. pokojowej?

Odpowiedź: (dot. pytań nr 11 – 16) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza zaoferowania analizatorów o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 2

17. Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający oznaczenia parametru "Białko S" będzie wykonywał metodą pomiaru antygeny wolnego białka S (jest to obecnie metoda "pierwszego rzutu" zalecana do wykrywania niedoborów białka S)?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający oznaczenia parametru "Białko S" będzie wykonywał metodą pomiaru antygeny wolnego białka S

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity ze zmianami) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zespołu
mgr Mariusz Pawlaczek