

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 09 grudnia 2016 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy i zabiegach okulistycznych

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1 poz. 6, 7

1. Czy Zamawiający zamiast zestawu do bimanualnej irygacji w pkt. 6 oraz zestawu do bimanualnej aspiracji w pkt. 7 dopuści jeden zestaw do bimanualnej irygacji/aspiracji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 3 poz. 1 – 3

2. Czy Zamawiający dopuści noże nie posiadające osłonki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 3 poz. 1

3. Czy zamawiający dopuści również nóż jednorazowy 1,3mm, 2,4 bez zabezpieczenia noża w postaci całkowitej osłony noża?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści nóż MVR 1,15mm (20G)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści nóż slit 1,2mm jednostronnie ostrzony?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 3 poz. 2

6. Czy zamawiający dopuści również Nóż typu Crescent zagięty pod kątem 60 stopni bez zabezpieczenia noża w postaci całkowitej osłony noża?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści nóż slit 2,4mm jednostronnie ostrzony?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 3 poz. 3

8. Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm, zagięty pod kątem 55 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 4 poz. 1

9. Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Zadania nr 4 pozycji nr 1 do oddzielnego Zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert na te pozycję?
10. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 do oddzielnego pakietu, bądź umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w tym zakresie?
11. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 4 pozycji, 1 co pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: (dotyczy pyt. 9 – 11) Zamawiający wyraża zgodę na podział w/w zadania na dwie części i wydziela z zadania nr 4 „Roztwór błękitny”, tworząc zadanie nr 8.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

A. Formularz ofertowy

B. Formularze cenowe w zakresie modyfikowanych zadań

Zmodyfikowane formularze ofertowe i cenowe Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień, a formularze załączone do SIWZ tracą ważność. **Oferty prosimy składać na aktualnych formularzach!**

12. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 pozycji nr 1 dopuści roztwór błękitu trypanu w ampułkostrzykawkach o pojemności 1 ml?

Odpowiedź: TAK, zgodnie z zapisami SIWZ.

13. Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu 0,06% pakowany po 10 fiolek? Jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: TAK, (250:10=25)

dotyczy zadania nr 4 poz. 2

14. Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Zadania nr 4 pozycji nr 2 do oddzielnego Zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert na tę pozycję?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie strzałek do osuszania z zadania nr 4.

15. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 pozycji nr 2 dopuści sterylne strzałki do osuszania pola operacyjnego PVA wykonane z polioctanu winylu w opakowaniu handlowym zawierającym 36 sterylnych blistrów po 5 sztuk strzałek (tj. 1op=180szt)? Jeśli tak ile wówczas opakowań należy zaoferować?

16. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 pozycji nr 2 dopuści sterylne strzałki do osuszania pola operacyjnego wykonane z celulozy w opakowaniu handlowym zawierającym 40 sterylnych blistrów po 5 sztuk strzałek(tj: 200 szt/op)? Jeśli tak ile wówczas opakowań należy zaoferować?

Odpowiedź: (dot. pyt. 15, 16) Zamawiający wymaga zaoferowania strzałek do osuszania zgodnych z opisem zawartym w SIWZ. Wyraża zgodę na wycenę opakowań o podanej wyżej wielkości. Należy wycenić 1500 szt.

dotyczy zadania nr 4 poz. 3

17. Czy w Zadaniu nr 4 poz. 3 Zamawiający dopuści produkt równoważny tj. dopuści pierścien rozszerzający źrenicę w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczęwkę - górna i dolna, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia, w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5

18. Czy w Zadaniu nr 5 Zamawiający dopuści Pierścień torebkowy – wykonany z transparentnego, bezbarwnego PUMA, Pierścień dostępny w dwóch rozmiarach: 12 mm do torby o średnicy 10-12mm i 13 mm do torby o średnicy 11-13mm. Długi transparenty koniec iniektora, co najmniej 38mm z naniesioną strzałką informującą o kierunku wszczepu pierścienia? Możliwość wszczepu w obu kierunkach, w prawo i lewo tym samym iniektorem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 6

19. Czy zamawiający dopuści również soczewki kontaktowe bez mocy optycznej, miękka do noszenia przez 30 dni, średnica całkowita 14,0 mm, promień krzywizny 8,6 mm, wielkość refrakcji 0,00, grubość w centrum 0,09 mm, opakowanie 6 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zapisów projektu umowy

20. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

21. Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu sygnowania faktury VAT numerem umowy?

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 3 pkt. 2 Projektu Umowy: *„Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy (...)?*

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 pkt. 1 Projektu Umowy: *„W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów?”*

Odpowiedź: (dot. pytań 20 – 23) Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTOWY**Kryterium – Cena brutto**

Wartości wynikające z Formularza Cenowego	KRYTERIUM Cena			
	Wartość netto w PLN	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto w PLN
Zadanie nr 1				
Zadanie nr 2				
Zadanie nr 3				
Zadanie nr 4				
Zadanie nr 5				
Zadanie nr 6				
Zadanie nr 7				
Zadanie nr 8				

Kryterium –Termin płatności

1.	Termin płatności w dniach (<i>min 30 dni max 60 dni</i>)	Podać
		Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium

1.	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia	3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia
----	--	--

.....
 / miejscowość, data/ /podpis, pieczętki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na **sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy i zabiegach okulistycznych** oraz z załączonymi do niej projektami umów i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;
2. oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;
3. wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom
4. zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zmianami) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem

TAK **NIE** ,

5. oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeśli dotyczy z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych;
6. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;
7. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

.....
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczętki-osób upoważnionych/

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 8

L.p.	Nazwa artykułu (wyrobu)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5)	Wartość podatku VAT	Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7)	Producent / Nr katalogowy
1	Roztwór błękitny do wybarwienia torebki przedniej w celu uwidocznienia włókien tkanek 6mg Trypan Blue fiołka a 1ml	szt	250					
	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA							

.....
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczętki-osób upoważnionych/