

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

09 września 2019 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do zabiegów operacyjnych zaćmy i zabiegach okulistycznych oraz części zużywalnych do Autoklawu kasetowego Statim 7000 - nr sprawy 40/19.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 2:

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego zestawu do iniekcji doszkliskowej o składzie:

- obłożenie na stół – 74 x 90 cm – 1 szt.
- obłożenie na pacjenta – 50 x 60 cm z otworem na oko – 10 x 10 cm i przylecem naciętym – 1 szt.
- rozwórka metalowa Baraquer jednorazowa – 1 szt.
- metalowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5-4,0 mm – 1 szt.
- pałeczki absorbcyjne („paopierosy”) – 2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu do iniekcji doszkliskowej o składzie jak wyżej opisał wykonawca.

Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 7:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 pierścień Malyugin o wielkości 6,25 mm, niezbędny do zabiegów zaćmy, materiał: polipropylen, kształt – kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego, produkt sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pierścieni jak wyżej opisał wykonawca.

Pytanie nr 3 dot. Zadania nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oryginalne oznaczenie wyrobu medycznego piktogramami i nazwą własną w j. angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oryginalnego oznaczenia wyrobu medycznego piktogramami i nazwą własną w j. angielskim.

Pytanie nr 4 dot. Zadania nr 8:

W przypadku oferowanych sond do tonometru pojedynczy egzemplarz to opakowanie 100 szt., czy Zamawiający uzna za pojedyncze opakowanie paczkę 100 sztuk sond, w przypadku których pojedyncza sonda nie jest oznaczona, gdyż tak dostarcza je producent i nie jest technicznie wykonalne oznaczenie każdej sztuki?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako pojedyncze opakowanie paczkę 100 sztuk sond, w przypadku których pojedyncza sonda nie jest oznaczona, jeżeli tak dostarcza je producent i nie jest technicznie wykonalne oznaczenie każdej sztuki

1

Pytanie nr 5 dot. Zadania nr 8:

Czy z uwagi na fakt, że sondy do tonometru są wyrobem medycznym jednorazowego użytku, stanowiącym materiał eksploatacyjny, Zamawiający odstąpi od wymogu gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 6 dot. Zadania nr 8:

Czy Zamawiający w § 5 ust. 1 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sond do tonometru z „do 3 dni roboczych” na „do 5 dni roboczych”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 7 dot. Zadania nr 1, pkt 2:

Czy Zamawiający ma na myśli kapturek na tip lub wymiennie komorę testową?

Odpowiedź: Musi być kapturek na tip i komora testowa.

Pytanie nr 8 dot. Zadania nr 1, pkt 5:

Czy Zamawiający dopuści serwetę na pacjenta z otworem o średnicy 8 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety na pacjenta z otworem o średnicy 8 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 9 dot. Zadania nr 3:

Czy Zamawiający dopuści noże nie posiadające osłonki?

Odpowiedź: Nie.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania – do godz. 09⁰⁰ dnia 13 września 2018r.

Termin otwarcia – do godz. 09³⁰ dnia 13 września 2018r.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek