Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 06 czerwca 2017 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych – **znak sprawy 35/17**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

1. Czy Zamawiający w przypadku, gdy wykonawca oferuje wyroby sterylizowane w parze wodnej, będzie wymagał załączenia do oferty raportu walidacji procesu sterylizacji parowej? Pozwoli to Zamawiającemu na zweryfikowanie, czy producent, którego wyroby są oferowane ma zdolność do sterylizacji wyrobów tą bezpieczną metodą, zgodnie z wymaganiami normatywnymi.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jedynie dokumentów wymienionych w SIWZ

dotyczy zadania nr 3 poz. 2

2. Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'10szt. lub a'3s2t. 2 przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: TAK

3. Czy Zamawiający dopuści kompresy 12W?

Odpowiedź: NIE

dotyczy zadania nr 3 poz. 8

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy w rozmiarze 120 x 100m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: NIE.

dotyczy zadania nr 3 poz. 9

5. Czy Zamawiający dopuści gazę 90cmx100m z przeliczeniem ilości pod względem zamawianych m^2 tj. 16 op.?

Odpowiedź: Brak poz. nr 9 w tym zadaniu. W pozycji nr 8 Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 4 poz. 1

6. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 5,8 x 8 cm?

Odpowiedź: NIE.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie zawierające 50 sztuk opatrunku z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK.

dotyczy zadania nr 9 poz. 1 – 3

9. Czy na potwierdzenie składu surowcowego opaski Zamawiający będzie wymagał załączenia Kart Danych Technicznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jedynie dokumentów wymienionych w SIWZ.

dotyczy zadania nr 10 poz. 1

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek zgodnych z wymaganymi parametrami pakowanymi pojedynczo w papier powlekany w rozmiarze 15cm x 5m?

Odpowiedź: TAK.

dotyczy zadania nr 10 poz. 3 – 5

11. Czy Zamawiający wymaga opasek gipsowych o czasie wiązania 5 minut? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie jest to warunek koniecznie wymagany.

dotyczy zadania nr 12 poz. 1, 2

12. Czy Zamawiający w jednostce miary miał na myśli opakowania czy sztuki?

Odpowiedź: Opakowania.

dotyczy zadania nr 12 poz. 4

13. Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło / zimno w rozmiarze 16x26cm?

Odpowiedź: TAK.

14. Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło / zimno w rozmiarze 21x38cm?

Odpowiedź: TAK.

15. Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło / zimno w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: NIE.

dotyczy zadania nr 13 poz. 1

16. Czy Zamawiający dopuści w op. a'1 szt. z przeliczeniem ilości zamawianej?

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem dostawy w oryginalnym (fabrycznym) opakowaniu

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

dotyczy zadania nr 17 poz. 1

17. Czy Zamawiający dopuści przylepce zastępujące nici chirurgiczne w op. a'6 szt. z przeliczeniem ilości zamawianej? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku oferowania wyrobów o innej ilości w opakowaniu jednostkowym od podanej przez Zamawiającego w „Formularzu Cenowym" należy dokonać odpowiednich przeliczeń. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

dotyczy zadania nr 17 poz. 2

18. Czy Zamawiający dopuści przylepce zastępujące nici chirurgiczne w op. a'3 szt. z przeliczeniem ilości zamawianej? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku oferowania wyrobów o innej ilości w opakowaniu jednostkowym od podanej przez Zamawiającego w „Formularzu Cenowym" należy dokonać odpowiednich przeliczeń. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

19. Czy Zamawiający dopuści przylepce zastępujące nici chirurgiczne w rozmiarze 6mm x 75mm?

Odpowiedź: TAK.

dotyczy zadania nr 18 poz. 1

20. Czy Zamawiający wymaga żeby gazik był sterylny?

Odpowiedź: TAK.

21. Czy Zamawiający wymaga gazika w rozmiarze 65x30mm?

Odpowiedź: NIE, ale dopuszcza jego zaoferowanie

dotyczy zadania nr 20 poz. 1

22. Czy Zamawiający dopuści serwety zgodne z parametrami SIWZ z otworem o średnicy 8cm, pakowane po 125szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: NIE.

23. Czy Zamawiający dopuści serwetę jałowa w opakowaniu a'1 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, w rozmiarze 50x75cm o średnicy otworu 7cm?

Odpowiedź: NIE

dotyczy zadania nr 20 poz. 2

24. Czy Zamawiający dopuści serwety zgodne z parametrami SIWZ pakowane po 30szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: TAK.

25. Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu a'20 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: NIE.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

dotyczy zadania nr 21 poz. 1

26. Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'1 sztuka z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem dostawy w oryginalnym (fabrycznym) opakowaniu

27. Czy Zamawiający dopuści serwety sklasyfikowane w klasie I sterylnej?

Odpowiedź: TAK.

28. Czy Zamawiający dopuści serwetę jałowa w opakowaniu a' 1 szt. z przeliczeniem ilości zamawianej?

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem dostawy w oryginalnym (fabrycznym) opakowaniu

dotyczy zadania nr 22 poz. 1

29. Czy Zamawiający wymaga, aby podkłady ginekologiczne były sterylizowane w parze wodnej?

Odpowiedź: Nie jest to warunek koniecznie wymagany.

dotyczy zadania nr 22 poz. 2

30. Czy Zamawiający wymaga, aby podkłady ginekologiczne były wykonane z materiałów nadających się do sterylizacji w parze wodnej oraz czy oczekuje dołączenia do oferty stosownych dokumentów potwierdzających tą cechę?

Odpowiedź: Nie jest to warunek koniecznie wymagany. Zamawiający wymaga jedynie dokumentów wymienionych w SIWZ

dotyczy zadania nr 25 poz. 1

31. Czy Zamawiający dopuści podkłady o minimalnej masie podkładu 95 g oraz chłonności minimalnej na poziomie 1850 g?

Odpowiedź: TAK.

dotyczy zadania nr 26 poz. 1 – 4

32. Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

33. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków wykonanych z poliuretanu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, gdyż chodzi mu o opatrunki włókninowe

34. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze: 10x10 cm zamiast 10x8 cm w opakowaniu a' 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem lub 10x15 zamiast 8x15 cm w opakowaniu a' 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opatrunków o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 34 poz. 2

35. Czy Zamawiający dopuści kompresy o długości po rozłożenie 64 cm?

Odpowiedź: NIE.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

36. Czy Zamawiający dopuści kompres o długości całkowitej po rozłożeniu 63,40cm?

Odpowiedź: NIE.

<u>dotyczy zapisów projektu umowy</u>

37. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Za dni robocze w rozumieniu projektu umowy oraz Ustawy z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) będą uważane dni od poniedziałku do soboty.
Jednocześnie informujemy, że dostawy dokonywane w soboty nie będą odbierane.

38. Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów, (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia".

Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny, co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym."

Odpowiedź: Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak w związku z duża różnorodnością zamawianych materiałów nie jest w stanie dokładnie ocenić ilości zamówionych w trakcie trwania umowy towarów.

39. Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy."?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy z powodu nienależytego wykonywania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie prawdopodobnie zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym pozwoli uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

40. § 4 ust. 3 wzoru umowy jest niezrozumiały. W jaki sposób i w jakim momencie ma następować potwierdzanie zamówienia przez Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 wzoru umowy? Czy potwierdzanie zamówienia przez Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 wzoru umowy, może następować poprzez pokwitowanie dostarczenia zamówionego towaru?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dokonywania dostaw bez wcześniejszego złożenia zamówienia.

UWAGA!

W przypadku oferowania wyrobów o innej ilości w opakowaniu jednostkowym (za zgodą Zamawiającego) od podanej w „Formularzu Cenowym" należy dokonać odpowiednich przeliczeń. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663