

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 28 października 2016 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych oraz obłożeń jednorazowych do endoprotezoplastyki i artroskopii

Dotyczy zadania nr 1

1. **Czy zamawiający celem otrzymania najkorzystniejszej oferty wymaga:** potwierdzonej certyfikatem rejestracji w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, opcjonalnie innych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga membrany zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia

2. **Czy zamawiający celem otrzymania najkorzystniejszej oferty dopuści:** Resorbowalna membrana kolagenowa- Macierz biodegradowalna kolagenowa, wytwarzana z wieprzowego kolagenu w standaryzowanym, kontrolowanym procesie produkcji, jest sterylna i niepirogenna. Posiada strukturę dwuwarstwową. Warstwa porowata, która jest zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowotworzonej tkanki. Warstwa zwarta, która jest zwrócona w stronę szpary stawowej, spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu z ubytku koncentratu komórek macierzystych lub przeszczepionych chondrocytów. Doskonała biokompatybilność wynika ze starannej i efektywnej metody przetwarzania zgodnej ze standardami certyfikacyjnymi i normami GMP. CartiMaix jest biodegradowalna - macierz wchłania się w około 6 tygodni po implantacji. Nieregularna struktura CartiMaix, wynikająca z naturalnego pochodzenia kolagenu, umożliwia po nawilżeniu powiększenie objętości o 10-15% i idealne dopasowanie sieci włókien kolagenowych do struktury tkankowej ubytku. Mocowanie wykonywane jest za pomocą szwów, ćwieków lub kleju fibrynowego. CartiMaix jest stosowana do pokrywania ubytków chrząstek stawowych, przy różnych technikach operacyjnych:

- stymulacja chondrogeny koncentratem komórek macierzystych ze szpiku kostnego;
- przeszczep autologicznych chondrocytów;
- stymulacja szpiku kostnego za pomocą mikrozłamań;
- implantacja autologicznych chondrocytów indukowanych w macierzy.

Rozmiary: 25x30mm, 30x40mm, 40x50mm

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga membrany zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia

dotyczy zapisów projektu umowy

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia (dot. par. 2a) oraz przechowania (dot. par. 5 ust. 3), których wzory przesyłamy w załączeniu?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

4. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 7 ust. 1: „W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 5 ust. 4 lit. a lub c bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości **brutto** zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.**”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyl