Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 28 października 2020 roku

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, implantów do osteosyntezy oraz obłożeń jednorazowych do endoprotezoplastyki – **znak sprawy 63/20**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 4 poz. 1 – 13

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów z pakietu 4 poz. 1-13 wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

dotyczy zadania nr 4 poz. 21

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. nr 21- spacer?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SIWZ oraz Formularza cenowego poprzez usunięcie poz. nr 21 (spacer biodrowy). Stosownych zmian w Formularzu cenowym prosimy dokonać we własnym zakresie.

dotyczy zadania nr 11 poz. 1 – 4

3. Poz. nr 1-4 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów obłożeń o chłonności warstwy zewnętrznej min. 285%, posiadających w swoim składzie serwety na stół narzędziowy w rozmiarze 150 x 190 cm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 11 poz. 1

4. Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu kolanowego posiadającego w swoim składzie serwetę główną w rozmiarze 245 x 320 cm z otworem ø 7 cm i ø 5 cm, oraz osłonę na kable video w rozmiarze 13 x 250 cm? Pozostały skład bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 11 poz. 3

5. Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezoplastyki stawu biodrowego posiadającego w swoim składzie serwetę główną w rozmiarze 200 x 320 cm, z otworem przylepnym „U" w rozmiarze 10 x 65 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

dotyczy zadania nr 11 poz. 4

6. Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego posiadającego w swoim składzie ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 33 cm? Pozostały skład bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 13 poz. 1

7. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 13 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki rekonstrukcyjnej obojczykowej posiadającej w części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych z gwintem stożkowym dwufunkcyjnych, blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych oraz w części nasadowej 6 otworów blokowanych z gwintem stożkowym o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z zapisami SIWZ.

dotyczy zadania nr 13 poz. 2

8. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 13 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki obojczykowej z hakiem posiadającej w części trzonowej otwory blokowane z gwintem stożkowym dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych, ilość otworów 4-7?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

dotyczy zadania nr 13 poz. 3

9. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 13 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższej nasady kości ramiennej posiadającej w części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych z gwintem stożkowym dwufunkcyjnych, blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych oraz w części nasadowej 9 otworów blokowanych z gwintem stożkowym o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z zapisami SIWZ.

dotyczy zadania nr 13 poz. 4

10. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 13 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie cześci bliższej gwoździa w zakresie 0-10 mm stopniowanej co 5 mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet:
    - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (Ø 6-9 mm, dł. 150-250 mm),
    - 4 śruby blokujące w części bliższej 4,5 lub 5,0 mm i 2 w dalszej 3,5 lub 4,5 mm
    - śruba zaślepiająca

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

dotyczy zadania nr 13 poz. 5

11. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 13 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa do kości przedramienia i strzałkowej blokowanego wkrętami 2,7/2,0; 2,7 i 3,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

dotyczy zadania nr 14 poz. 1

12. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płyt DSB o długości od 48 mm dla płyty 2otw. do 336 mm dla płyty 20otw.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z zapisami SIWZ.

dotyczy zadania nr 14 poz. 1, 6

13. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. 1, 6 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o dł. całkowitej 32 mm zamiast 31mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

dotyczy zadania nr 14 poz. 2

14. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa posiadającego w dalszej części 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny niegwintowany?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

dotyczy zadania nr 14 poz. 3

15. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa posiadającego w części dalszej 1 otwór dynamiczny oraz 2 statyczne niegwintowane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

dotyczy zadania nr 14 poz. 4

16. Czy zamawiający w Zadaniu nr 14 poz.4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa udowego uniwersalnego posiadającego w części dalszej min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach zamiast 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

dotyczy zadania nr 14 poz. 5

17. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa udowego anatomicznego w części dalszej min. 3 otw. w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max.10mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 4 otw. w tym: 2 rekonstrukcyjne, 1 do blokowania statystycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Blokowanego w części bliższej przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade wkrętami o średnicy 6,5 mm. Śruby blokujące z gniazdem sześciokątnym. Implanty barwione jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie cześci bliższej gwoździa w zakresie 0-15 mm stopniowanej co 5 mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące Ø 4,5 mm lub po dwie śruby blokujące Ø 6,5 mm i Ø 4,5 mm; zaślepka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z zapisami SIWZ.

dotyczy zadania nr 14 poz. 7

18. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o 2 st. zagięciu części dalszej gwoździa. W części dalszej posiadający min. 4 otwory gwintowane i 1 dynamiczny. Gwóźdź posiadający spłaszczone trzy strony boczne powierzchnie w części dalszej zapewniających obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnienie stosowania rygli 4,5 lub 5,0mm dla wszystkich średnic gwoździa?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z zapisami SIWZ

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

dotyczy zadania nr 14 poz. 15

19. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ Rusha Ø3,2mm dł. 140-260mm, Ø 4,0mm dł. 200-360mm, Ø4,8mm dł.200-360mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

dotyczy zadania nr 28

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów z pakietu 28 wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

dotyczy zadania nr 29

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów z pakietu 29 wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

dotyczy zapisów projektu umowy

22. **§ 1, ust. 2 –** W związku z zastrzeżeniem w umowie uprawniającym zamawiającego do niezrealizowania całości zamawianego asortymentu bez jednoczesnego określenia minimum gwarantowanego wnosimy o jego wykreślenie lub o jego zmianę poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70%

    Zrezygnowanie przez Zamawiającego z określenia minimalnej wysokości realizacji umowy i przyjęcie dowolności w tym zakresie, stanowi dla potencjalnego Wykonawcy niepewność obrotu gospodarczego. W przedmiotowym postępowaniu można dostrzec dysproporcję między świadczeniami Zamawiającego i Wykonawcy, przy czym ten pierwszy przyjmuje pozycję dominującą, znacznie ograniczając prawa Wykonawcy. W owym stosunku to Wykonawca będzie ponosił znaczące ryzyko realizacji zamówienia; po pierwsze, w zakresie obowiązku zabezpieczenia realizacji umowy, a po drugie – zabezpieczenia swojej odpowiedzialności przewidzianej w umowie i w przepisach prawa. Rażąca dysproporcja między stronami, może stanowić podstawę naruszenia zasad współżycia społecznego.

Odpowiedź: Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak w związku z duża różnorodnością zamawianych materiałów nie jest w stanie dokładnie ocenić ilości zamówionych w trakcie trwania umowy towarów.

23. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w **§ 5 ust. 3** projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów: „...od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem" na „...od dnia uznania reklamacji"
24. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów **§ 3 ust. 2:** „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości **brutto niezrealizowanej części przedmiotu** umowy (...)"

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

25. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie **zapisów § 7 ust. 1:** „W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5 %** za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości brutto zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.
26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 5 projektu umowy nr 2) oraz udostępnienia (dot. § 1 ust. 6 projektu umowy nr 1), których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź: (dot. pyt. 23 – 26) Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 5 projektu umowy nr 2).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy poprzez dodanie pkt. 7 do § 5 projektu umowy nr 2 o następującej treści: *„Zamawiający zobowiązuje się pobierać ze składu konsygnacyjnego sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą 'first in/ first out'".*

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie nr 4 dot. zadania nr 14 w wyjaśnieniach z dnia 20 października 2020 roku dotyczy pozycji nr 4, a nie jak mylnie podano pozycji nr 6.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663