

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 18 luty 2020 roku

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

## INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych i kontaktowych” - nr sprawy 10/20.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 poz 1 soczewkę wewnątrzgałkową o następujących parametrach:

Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, jednoczęściowa, akrylowa, zwijalna, hydrofilna z powłoką hydrofobową, materiał kopolimer złożony z 2 HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu) i EOEMA (metakrylan 2-etoksyetylu) z chromoforem, dwuwypukłe asferyczne, dwie części haptyczne, podwójna ostra krawędź, filtr UV

Uwodnienie: 25%

Współczynnik refrakcji: 1.46

Moc optyczna: 0D to +40D (0D do +10D co 1D; +10D do +30D co 0.5D; +30D do +40D co 1D)

Średnica optyczna: 6 mm

Długość całkowita: 12.5 mm

Angulacja: 5 st

Stała A-Constant: 118.3

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 poz 2 soczewkę toryczną o następujących parametrach:

Soczewka jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna, toryczna hydrofilna z powłoką hydrofobową, materiał kopolimer złożony z 2 HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu) i EOEMA (metakrylan 2-etoksyetylu) z chromoforem, cztery części haptyczne, podwójna krawędź ostra, Filtr UV

Uwodnienie: 25%

Współczynnik refrakcji: 1.46

Moc optyczna: 0.00D do +30.00D (0 do +10D co 1D; +10.5D do +30D co 0.5D)

Średnica optyczna: 6 mm

Długość całkowita: 10.75 mm

Angulacja: 5 st

Stała A-Constant: 118.6

Moc cylindra w płaszczyźnie optycznej: 1.50D do 4.50D (co 0.5D)

Wstępnie załadowana

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie soczewki opatrunkowej o promieniu krzywizny (BC) 8.6

i średnicy 14.00 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

*Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.*

*W przypadku zaoferowania przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach załączonych do oferty powołując się na niniejsze wyjaśnienia.*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlaczek