Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 20.05.2020 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego – **znak sprawy 25/20**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1

1. Czy zamawiający wymaga, aby strzykawki dwuczęściowe wykonane były z tworzywa nie zawierającego ftalanów, a informacja na ten temat znajdował się na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki dwuczęściowe posiadały oznaczenie kolorystyczne rozmiaru strzykawki na opakowaniu jednostkowy każdej strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. 2

3. Czy zamawiający dopuści strzykawki do insuliny bez numeru katalogowego, ponieważ nie ma obowiązku aby oferowany sprzęt posiadał numer katalogowy, a oferowany przez nas asortyment nie posiada takiego numeru?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy zamawiający dopuści strzykawki bez daty sterylizacji a jedyne z datą ważności?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawkę z igłą 0,33x13?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. 3

6. Czy zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,45x12, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5

7. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych Premium z komora kroplowa wykonaną z PP o długości min 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, co gwarantuje bardzo dużą ostrość i wytrzymałość igły, zapewnia bezproblemowe podłączenie przyrządów do butelek z gumową membraną, które są obecnie używane w szpitalu , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga sprzętu zgodnego z SIWZ.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

8. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych komora kroplowa bez PVC o długości min. 50mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania oraz łącznik do dodatkowej iniekcji opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny? Chcemy zaznaczyć, że szpital korzystał już z tych przyrządów w poprzednich latach i personel nie zgłaszał żadnych zażaleń.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga sprzętu zgodnego z SIWZ.

dotyczy zadania nr 6

9. Prosimy w wyjaśnienie czy ze względu na bezpieczeństwo personelu szpitala, oferowane przyrządy do przetaczania mają być wyposażone w zacisk rolkowy, który posiada dodatkowy otwór na umieszczenie kolca igły biorczej po użyciu przyrządu? Takie rozwiązanie pozwala uniknąć przypadkowego zakłucia skażoną igła, w czasie przenoszenia, transportu odpadów medycznych.

Odpowiedź: TAK, przyrządy mają być wyposażone w zacisk rolkowy.

dotyczy zadania nr 12 poz. 1

10. Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu sterylny w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

dotyczy zadania nr 12 poz. 1, 2

11. Czy zamawiający dopuści worki do moczu sterylne z przeźroczystą tylną ścianą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

dotyczy zadania nr 12 poz. 6, 7, 8

12. Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały zmrożoną powierzchnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

dotyczy zadania nr 12 poz. 11

13. Czy zamawiający dopuści dren do odsysania dróg żółciowych T-Kher sylikonowany 38x16, Ch 10 – 20?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

14. Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 12 poz. 15

15. Czy zamawiający wymaga, aby zgłębniki posiadały zmrożoną powierzchnię?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

dotyczy zadania nr 12 poz. 16 – 18

16. Czy Zamawiający wymaga aby zgłębniki posiadały zmrożoną powierzchnię?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

dotyczy zadania nr 12 poz. 21 – 25

17. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionych do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 14 poz. 1, 2

18. Czy zamawiający wymaga aby powierzchnia cewników była zmrożona?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

dotyczy zadania nr 14 poz. 1

19. Czy zamawiający dopuści cewniki do odsysania Ch 5 – 10?

Odpowiedź: TAK.

dotyczy zadania nr 22 poz. 2

20. Czy Zamawiający dopuści zgłębnik typu PUR z końcówką zgłębnika posiadającą cztery naprzemianległe otwory boczne, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga sprzętu zgodnego z SIWZ.

dotyczy zapisów SIWZ

21. Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma", które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

    Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór środka transportu jak i za właściwe opakowanie towaru dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

22. Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór środka transportu jak i za właściwe opakowanie towaru dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

23. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką pomoc, ale nie wymaga.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

dotyczy projektu umowy

24. Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych", w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

    „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu".

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663