

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 20.05.2020 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego – **znak sprawy 25/20**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1

1. Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu nr katalogowego na zbiorczym opakowaniu typu karton. Nie każdy bowiem producent sprzętu medycznego stosuje numerację katalogową. Niektórzy producenci sprzętu stosują nazwy własne umieszczone na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co w pełni wystarcza do jednoznacznej identyfikacji wyrobu medycznego, zgodnie z Zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2016r. (Dz. U. nr 16, poz. 74), część II, pkt. 13.3. Wymóg nr katalogowych znacznie ogranicza wolną konkurencję i przeciwdziała zasadzie wolnego rynku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nr katalogowego na opakowaniu zbiorczym typu karton 100 szt. i 80 szt. i opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. 2

3. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki z wtopioną igłą w rozmiarze 0,33 x 12 mm lub 0,33 x 12,7mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki z wtopioną igłą w rozmiarze 0,3 x 12 mm lub 0,3 x 12,7mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. 1, 2, 3

5. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki 1 ml ze skalą dokładniejszą 0,01 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. 6

6. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki 10 ml ze skalą 0,5 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. 4 – 7

7. Czy Zamawiający wymaga strzykawki 2 – cz. z kontrastującym tłokiem innym niż biały/mleczny

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

1

dotyczy zadania nr 1 poz. 8, 9


8. Bardzo proszę o dopuszczenie strzykawkę wpisaną w menu pompy o długości tłoka min. 14 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

9. Proszę o dopuszczenie strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

10. Proszę o dopuszczenie strzykawkę z podwójną skalą pomiarową jak na rysunku. Dodatkowo wygrawerowana skala na tłoku strzykawki.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ.

dotyczy zadania nr 1 poz. 7

11. Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. 10, 11

12. Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki miały dwustronną (w pionie i w poziomie) skalę pomiarową dla łatwiejszego i sprawniejszego odczytu pojemności płynu w strzykawce.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. 11

13. Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki 100 ml Janetta z dwoma reduktorami Luer.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

dotyczy zadania nr 2

14. Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na pojedynczym i zbiorczym opakowaniu znajdował się numer katalogowy produktu. Nie każdy bowiem producent sprzętu medycznego stosuje numerację katalogową. Niektórzy producenci sprzętu stosują nazwy własne umieszczone na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co w pełni wystarcza do jednoznacznej identyfikacji wyrobu medycznego, zgodnie z Zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2016r. (Dz. U. nr 16, poz. 74), część II, pkt. 13.3. Wymóg nr katalogowych znacznie ogranicza wolną konkurencję i przeciwdziała zasadzie wolnego rynku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

dotyczy zadania nr 2 poz. 1

15. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawkę kompatybilnych z pompą Kwapisz, gdyż według naszej wiedzy jedyną strzykawką o poj. 20 ml wpisaną w menu pompy jest strzykawka firmy Becton Dickinson. Ogranicza to zatem wolny rynek.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga sprzętu zgodnego z zapisami SIWZ.

dotyczy zadania nr 2 poz. 2, 3

16. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek kompatybilnych z pompą Kwapisz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga sprzętu zgodnego z zapisami SIWZ.

dotyczy zadania nr 2 poz. 1

17. Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 3 poz. 5 – 8

18. Czy Zamawiający dopuści kaniule z zastawką antyzwrotną, pełniącą rolę filtra hydrofobowego. Koreczek luer lock z trzpieniem powyżej brzegu koreczka, opakowanie papier klasy medycznej. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

19. Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym, czy Zamawiający pisząc zastawka hydrofobowa ma na myśli właśnie filtr hydrofobowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający ma na myśli zatyczkę z filtrem hydrofobowy, hamującą wypływ krwi, i takiej kaniuli będzie wymagał.

20. Proszę o dopuszczenie kaniuli w opakowaniu folia-papier (od góry sztywne op. od spodu papier klasy medycznej).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga sprzętu zgodnego z zapisami SIWZ.

21. Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie typu tyvec (nierozrywalne)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga sprzętu zgodnego z zapisami SIWZ.

dotyczy zadania nr 3 poz. 9

22. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z teflonu, wyposażonej w polimerowy (plastikowy) zatrzask zabezpieczający koniec kaniuli, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi korka. Kaniula z dwoma paskami widocznymi w promieniach RTG (o powierzchni odpowiadającej czterem paskom widocznym w RTG). Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga sprzętu zgodnego z zapisami SIWZ.

dotyczy zadania nr 3

23. Bardzo proszę o odstąpienie od wymogu, aby kaniule, mandryny, korki pochodziły od jednego producenta. Taki zapis ogranicza konkrecyjność ofert i nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom. Proponujemy bowiem sprzęt uniwersalny, stosowany w wielu placówkach służby zdrowia, kompatybilny z różnym sprzętem medycznym stosowanym w szpitalach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

dotyczy zadania nr 4

24. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul wykonanych z teflonu FEP, zarówno FEP jak i PTFE to teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

25. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul wykonanych z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

26. Proszę o dopuszczenie kaniul w opakowaniu typu papier klasy medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

dotyczy zadania nr 5

27. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie: Standardowego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych – aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtra 96,8-99,3%. Przyrząd posiada:

- uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem
- Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrzniki z filtrem
- Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie
- Komora kroplowa o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu
- Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 0,1 ml)
- 15 µm filtr płynu
- Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu,
- Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
- Dren długości 180 cm
- Sterylny, apirogeny, nietoksyczny, jednorazowego użytku
- Opakowanie typu folia papier
- Wolny od ftalanów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

28. Czy Zamawiający dopuści przyrząd posiadający odpowietrznik z filtrem około 96% skuteczności filtra?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

29. Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli przyrząd z filtrem hydrofobowym na końcu drenu zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli filtr w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu oraz filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu.

dotyczy zadania nr 7 poz. 1, 2

30. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kraników z optycznym indykátorem pozycji o/z. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

31. Czy Zamawiający dopuszcza kraniki o wytrzymałości 4,5 do 5 Barów sterylizowany tlenkiem etylenu. Proponowany przez Państwa opis procesu sterylizacji wskazuje tylko jednego producenta, który spełnia oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

dotyczy zadania nr 9 poz. 2, 6, 12

32. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach rękawic o lepszym poziomie AQL 1.0, gwarantującym wyższą jakość produktu. Niższy poziom AQL - oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii. Jednocześnie zapewniamy, iż wszystkie pozostałe parametry pozostają zgodnie z SIWZ

4

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

dotyczy zadania nr 9 poz. 8

33. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic o lepszym poziomie AQL 0.65, gwarantującym wyższą jakość produktu. Niższy poziom AQL - oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii. Jednocześnie zapewniamy, iż wszystkie pozostałe parametry pozostają zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

dotyczy zadania nr 9 poz. 4

34. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic dostępnych w rozmiarach 6.0 - 9.0. Pragniemy nadmienić, iż numeracje standardowe: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5, 8.0; 8.5; 9.0 umożliwiają w pełni precyzyjne dobranie rozmiaru do kształtu i wielkości ręki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza'

35. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający opisując grubość pojedynczej ścianki 0,33 mm - miał na myśli grubość na palcu?

Odpowiedź: TAK.

dotyczy zadania nr 9 poz. 9

36. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,20-0,21 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

dotyczy zadania nr 9 poz. 12

37. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający opisując wymóg siły zrywu min. 13 N, miał na myśli siłę zrywu przed starzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli siłę zrywu przed starzeniem.

dotyczy zadania nr 9 poz. 2, 6, 8, 11, 12, 15, 16

38. W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI, wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic spełniających normy EN 374 1 (z wył. pkt 5.3.2.), 2, 3 lub normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN 16523-1, z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

dotyczy zadania nr 9 poz. 3, 10, 14

39. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z zadania nr 9 i utworzenie z nich osobnej części. Modyfikacja ta pozwoli większej liczbie wykonawców na złożenie ofert, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności postępowania

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 10

40. W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI, wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic spełniających normy EN 374 1 (z wył. pkt 5.3.2.), 2, 3 lub normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN 16523-1, z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

dotyczy zadania nr 14 poz. 3, 4

41. Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę bardziej konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 42 poz. 16 - 18

42. Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę bardziej konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

43. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie woreczka w kolorze żółtym. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 43 poz. 3

44. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek skalowanych co 0,2 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 43

45. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek, których tłok wykonany jest z polietylenu, cylinder zaś z polipropylenu. Pragniemy podkreślić, że z lekiem ma styczność tylko polipropylenowy cylinder, gdyż polietylenowy tłok oddzielony jest od leku bezlateksową gumką.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z rozszerzeniem 5-6 ml, 10-12 ml, 20-22 ml, 30-33 ml. 50-60 ml?


Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

47. Czy zamawiający dopuści strzykawki przystosowane do podawania leków cytostatycznych na podstawie oświadczenie Wykonawcy?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta.

dotyczy zadania nr 46

48. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu jak na zdjęciu poniżej:



o następujących parametrach:

- Zawór do pobierania leków z fiolek
- Pozwala na wielokrotne bezigłowe pobieranie lub dodawanie płynów do fiolek
- Składa się z dwukanałowego kolca z ABS i zaworu wykonanego z biokompatybilnego kopoliestru z silikonową membraną
- Posiada filtr powietrza 0,2 μ i odpowietrznik
- Pomaga zachować sterylność leku w fiolece
- Czas użytkowania to 7 dni lub 600 aktywacji
- Wolny od ftalanów, lateksu i części metalowych
- Korpus jest przezierny i przezroczysty co pomaga zmniejszyć ilość infekcji układu krwionośnego
- Powierzchnia zaworu jest całkowicie płaska co ułatwia dezynfekcję
- Droga przepływu jest prosta, przebiega bez zakłóceń i jest łatwa do przepłukania.
- Zaprojektowany zgodnie z normą ISO 594-1 i ISO 594-2, więc może być bezpiecznie używany z innymi końcówkami Luer.
- Przystosowany do użycia z krwią, alkoholem, lipidami, chemioterapeutykami, chloroheksydyną

Objętość wypełnienia zaworu	Objętość wypełnienia zaworu i kolca	Przepływ	Długość produktu
0,085ml	0,162ml	111,55ml/min	5,5cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek