

Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 21.05.2020 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

I N F O R M A C J A

dot. postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego – **znak sprawy 25/20**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1 poz. 6

1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz.6 dopuści skalowanie co 0,5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. 2

2. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 2 dopuści igłę 0,33mm x 13mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. 8, 9

3. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 8 i 9 dopuści powszechnie stosowane do pomp infuzyjnych strzykawki polskiej firmy Margomed?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 3 poz. 5 – 8

4. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 5-8 dopuści: Kaniulę dożylną wykonaną z PTFE z portem bocznym umiejscowionym nad skrzydełkami, z filtrem hydrofobowym z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia z dwoma paskami RTG, na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. **Rozmiar:**

- 24G 0,7x 19mm przepływ 23ml/min,
- 22G 0,9 x 25mm – przepływ 36ml/min,
- 20G 1,1 x 32mm – przepływ 60ml/min,
- 18G 1,3 x 45mm –przepływ 90ml/min,
- 16G 1,7 x 45mm –przepływ 200ml/min,
- 14G 2,1 x 45mm –przepływ 305ml/min.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania sprzętu zgodnego z SIWZ.

dotyczy zadania nr 3 poz. 9

5. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 9 dopuści: Kaniulę z metalowym lub plastikowym automatycznym zatraskiem, wykonaną z PUR, z portem górnym, 6 pasków widocznych w RTG, z bezpiecznym samodomykającym się korkiem oraz z typowym koreczkiem zabezpieczającym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 3 poz. 10

6. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz.10 dopuści koreczki luer lock z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 3 poz. 10, 11, 13

7. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz.10, 11 i 13 dopuści wycenę za op. a'100sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 7 poz. 1

8. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7 poz.1 dopuści kranik sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 9 poz. 3, 10, 14

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w/w pozycji z zadania nr 9. Pozwoli to większej liczbie wykonawców na złożenie ofert, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie poz. 3, 10, 14 z tego zadania nr 9. Odpowiednich zmian polegających na wykreślenie powyższych pozycji z Formularza Cenowego prosimy dokonać we własnym zakresie.

dotyczy zadania nr 9 poz. 1

10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o długości rękawicy min. 260-280 mm (dopasowanej do rozmiaru), o poziomie AQL max. 1,0 (po zapakowaniu), o grubości na palcu (pojedyncza ścianka) – 0,21 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych pakowanych w ekonomiczne i ekologiczne (zmniejszające ilość odpadów) opakowania, w których rękawice złożone są na pół. Długość min. 280mm. Grubość na palcu (pojedyncza ścianka) min. 0,20mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 9 poz. 2

12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o korzystniejszym poziomie AQL, t.j. 1,0, o grubości (pojedyncza ścianka) na palcu $0,14 \pm 0,01$ mm oraz o poziomie protein 23 µg/g.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 9 poz. 4

13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, o grubości pojedynczej ścianki 0,32mm, o korzystniejszym poziomie AQL, t.j. 0,65, posiadających mankiety rolowane z taśmą adhezyjną, zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy z mankieta fartucha operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o grubości pojedynczej ścianki 0,34mm, o korzystniejszym poziomie AQL, t.j. 0,65.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

dotyczy zadania nr 9 poz. 5

15. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego asortymentu: Sterylne jednorazowe rękawice chirurgiczne bezlateksowe, neoprenowe. Bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana dla łatwego nakładania. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana (idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności), wykonana z polimeru chlorobutadienowego. Kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Mankiet rolowany, wzmocniony obszarem adhezyjnym, zapobiega zwijaniu się i rozdarciu. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,23mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych o poniższym opisie: *Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, grubość na palcu 0,25 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.*

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 9 poz. 6

17. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 6 z pakietu 9 i utworzenie nowego Pakietu, np. 9 A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze niebieskim, o grubości min. 0,23mm pojedynczej ścianki na palcu oraz o sile zrywu przed starzeniem min. 19N.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

dotyczy zadania nr 9 poz. 7

19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ginekologicznych bezpudrowych o długości min. 480mm, grubości na palcach pojedyncza ścinaka min. 0,18mm, o poziomie AQL $\leq 1,5$. Poziom protein poniżej 50µg/g.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 9 poz. 8

20. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL - 1,5 (oznakowany fabrycznie na opakowaniu), grubości na palcu pojedyncza ścianka 0,09+/-0,01mm. Siła zrywu min. 6N. Opakowania 150 szt. (135 szt. dla rozm. XL), otwór dozujący ograniczony folią zapobiegający kontaminacji pozostałych rękawic podczas wyjmowania, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

dotyczy zadania nr 9 poz. 9

21. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezpudrowych o długości min. 285mm, grubości na palcu pojedyncza ścianka 0,22mm+/-0,01mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

22. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 260-285 mm, dopasowanej do rozmiaru, AQL 1,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

dotyczy zadania nr 9 poz. 10

23. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarach: S, M, L, o poziomie AQL - 1,5, o sile zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz grubości na palcu 0,10mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 9 poz. 11

24. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o AQL < 1,5, grubości na palcu min. 0,12 mm oraz sile zrywania przed starzeniem min. 8,7 N.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

dotyczy zadania nr 9 poz. 12

25. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze białym, o długości min. 265mm, grubości na palcu (pojedyncza ścianka) 0,07mm oraz sile zrywania min. 6N.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

26. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze niebieskim, o grubości na palcu (pojedyncza ścianka) 0,12mm oraz sile zrywania min. 8,7N.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

dotyczy zadania nr 9 poz. 13

27. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych pakowanych w ekonomiczne i ekologiczne (zmniejszające ilość odpadów) opakowania, w których rękawice złożone są na pół, o grubości na palcu - $0,22 \pm 0,01$ mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 9 poz. 14

28. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych w kolorze brązowym, o długości min. 300mm, o grubości na palcu pojedyncza ścianka 0,23mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

dotyczy zadania nr 9 poz. 15

29. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych w kolorze niebiesko-fioletowym, o grubości na palcu pojedyncza ścianka 0,09mm, o sile zrywu $\geq 6,5$ N przed starzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

30. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych w kolorze niebiesko-fioletowym, o grubości na palcu pojedyncza ścianka 0,08mm, o sile zrywu 6N przed starzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

31. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze fioletowym, o grubości na palcu 0,07mm oraz sile zrywania $> 6,3$ N.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 9 poz. 16

32. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze niebiesko-fioletowym, o grubości na palcu 0,09mm oraz sile zrywania min. 6,5 N.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

33. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych w kolorze niebiesko-fioletowym, o grubości na palcu pojedyncza ścianka 0,08mm, o sile zrywu 6N przed starzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

34. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych w kolorze niebiesko-fioletowym, o grubości na palcu pojedyncza ścianka 0,09mm, o sile zrywu $\geq 6,5N$ przed starzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

dotyczy zadania nr 16

35. Czy Zamawiający, mając na uwadze fakt, iż poszczególni producenci wyrobów medycznych specjalizują się w określonych typach wyrobów, wyłączy z pakietu nr 16 poz. 1-4, tworząc z nich osobny pakiet 16a, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców?

Odpowiedź: Zadanie nr 16 składa się wyłącznie z 4 pozycji.

dotyczy zadania nr 16 poz. 1 – 3

36. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 1-3 dopuści do zaoferowania wysokociśnieniowy system do drenażu ran przeźroczysty, wykonany z nietłukącego tworzywa, bez zawartości PCV, ze wskaźnikiem poziomu próżni, z płaską butelką o pojemności 200ml dla poz. 1, 400ml dla poz.2 oraz 600ml dla poz. 3, wyposażoną w czytelną wypukłą skalę (skalowanie co 10ml), taśmę mocującą, dren łączący o długości 105cm z zaciskiem, końcówką luer lock i łącznikiem do drenów 6-18CH, pakowanymi podwójnie, sterylnymi, zestaw wyposażony w dwa zaciski ślizgowe (przy butli i na drenie) oraz wieszak, podciśnienie początkowe 700mmHg (933 mbar)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 16 poz. 4

37. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 4 dopuści do zaoferowania dren typu Redon 8-16Ch, do drenażu ran pooperacyjnych, długość drenu 100 cm, wykonany z tworzywa sztucznego, sterylny, dokładna perforacja, otwory tej samej wielkości, perforacja na długości 14cm, widoczny w promieniach Rtg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek

5