

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 06 sierpnia 2015 roku

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

#### INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy stymulatorów serca, kardiowerterów – defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących, stymulatorów resynchronizujących z funkcją defibrylacji CRT-D oraz introducerów

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

#### dotyczy zadania nr 7

1. Czy Zamawiający dopuści stymulator bez możliwości bezprzewodowej łączności z programatorem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### dotyczy zadania nr 8

2. Czy Zamawiający dopuści stymulator z jednym sensorem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Treść powyższej informacji stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

Główny księgowy  
  
mgr Barbara Smitowska