

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 17 lutego 2016 roku

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu**

INFORMACJA

dot. postępowania na: „dostawę i uruchomienie niemagnetycznego wózka do przewozu pacjenta oraz niemagnetycznego wózka inwalidzkiego”

nr sprawy: 107/16

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informujemy:

Pytanie:

Lp4 , Lp5. Czy zamawiający odstąpi od wymogu systemu centralnej blokady kół I dopuści koła o średnicy 100mm , w tym dwa z blokadą? W tabeli podane są dwa parametry: centralnej blokady(Lp.5) oraz dwóch kół wyposażonych w blokadę(Lp.4) które wzajemnie się wykluczają , zatem czy zamawiający dopuści wózek z czterema kołami , w tym dwa z indywidualną blokadą?

Pozwoli to na złożenie oferty korzystnej cenowo, nie pogarszając właściwości użytkowych urządzenia. Producent wytwarza wózki tylko z indywidualną blokadą .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązania.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Hwiłyczek