

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 09-04-2019 roku

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: „*Sukcesywne dostawy elektrod oraz osprzętu do aparatów elektrochirurgicznych*” (sprawa nr 19/17)

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

#### **Pytanie nr 1 dot. Formularza Cenowego pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną szpatułę jednorazową, o długości całkowitej 15,3cm, część robocza 18 x 2mm, uchwyt 2,4mm ?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza elektrodę monopolarną szpatułę jednorazową, o długości całkowitej 15,3cm, część robocza 18 x 2mm, uchwyt 2,4mm.*

#### **Pytanie 2 dot. Formularza Cenowego Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści czyszciki do elektrod monopolarnych, jednorazowe, 50 x 50mm, o grubości 6mm.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza czyszciki do elektrod monopolarnych, jednorazowe, 50 x 50mm, o grubości 6mm.*

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) zmianę treści SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w części B ust. 8 Opis przedmiotu zamówienia **pkt. 6:**

**Jest:**


Elektroda monopolarna nóż, dł. całkowita 50-55 mm, część robocza 25 x 3,3 mm. (PRÓBKA)

**Powinno być:**

Elektroda monopolarna nóż, dł. całkowita 50-55 mm, część robocza 25 x 3,3 mm.

Powyższe zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Zmiany należy uwzględnić podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.

  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlaczek

1