

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 18 listopada 2015r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania na obsługę serwisową aparatury medycznej: sterylizatora plazmowego, ablatora i waporyzatora oraz aparatury medycznej produkcji firm Richard Wolf i Laborie (sprawa nr 50/15).

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy informujemy co następuje:

Pytanie Nr 1 dot. Zadania nr 3:

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji naprawy z max. 5 dni roboczych do 3 tygodni jak w zadaniu nr 2 od daty akceptacji kosztów naprawy ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymóg terminu 5 dni roboczych nie obowiązuje w przypadku zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane.

Pytanie Nr 2 dot. Zadania nr 3:

Czy Zamawiający zgadza się na przedstawienie kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, a jeśli aparatura dostarczana jest do serwisu Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od momentu dostarczenia aparatury do serwisu ?

1. **Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, a jeśli aparatura dostarczana jest do serwisu Wykonawcy w ciągu 2 dni roboczych od momentu dostarczenia aparatury do serwisu.

Treść powyższych wyjaśnień stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek