

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 04 grudnia 2015 roku

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**


### I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/w testów i sukcesywne dostawy szczepów wzorcowych oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji.

Zamawiający uzupełnia wyjaśnienia z dnia 01 grudnia 2015r. odnośnie odpowiedzi na pytanie nr 20 dot. Formularza Ofertowego (2), Zadanie nr 2, „Zestawienie wymaganych parametrów”, ponieważ do wyjaśnień nie załączono aktualnego formularza.

Aktualny formularz został dołączony do niniejszego pisma. *Prosimy o załączenie do oferty aktualnego Formularza Ofertowego (2)*”. Dotychczasowy formularz traci ważność.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlarczyk

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY (2)

### ZADANIE Nr 2

### ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

| <i>L.p.</i> | <i>Parametry graniczne, których spełnienie jest konieczne wymagane</i>                                                               | <i>Spełnia</i> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.          | 2.                                                                                                                                   | 3.             |
| 1.          | Analizator w pełni automatyczny ( inkubacja, odczyt w obrębie analizatora).                                                          |                |
| 2.          | Aparat umożliwiający wykonanie jednocześnie 60 badań.                                                                                |                |
| 3.          | Aparat umożliwiający wykonanie jednocześnie różnych rodzajów testów.                                                                 |                |
| 4.          | Inkubacja, odczyt oraz usunięcie zużytych testów po zakończeniu odczytu w obrębie aparatu.                                           |                |
| 5.          | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu.                                                                                            |                |
| 6.          | Możliwość dostawiania nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja o liczbie dostępnych/wolnych miejsc w aparacie). |                |
| 7.          | Aparat wyposażony w czytnik kodów paskowych.                                                                                         |                |
| 8.          | Prezentacja wyniku w kategoriach MIC i S, I, R, zgodna z EUCAST.                                                                     |                |
| 9.          | Identyfikacja drobnoustrojów na podstawie min. 40 cech biochemicznych.                                                               |                |
| 10.         | Aparat przystosowany do pracy ciągłej – całodobowej.                                                                                 |                |
| 11.         | Automatyczny odczyt testów, nie rzadziej niż co 20 min.                                                                              |                |
| 12.         | Oznaczanie identyfikacji i lekowrażliwości na oddzielnych i niezależnych testach lub łączonych testach                               |                |
| 13.         | Aparat umożliwiający wykrycie oporności typu MLSb u gronkowców.                                                                      |                |
| 14.         | Aparat umożliwiający wykrycie metycylinooporności u gronkowców.                                                                      |                |
| 15.         | Aparat umożliwiający wykrycie obniżonej wrażliwości na wankomycynę i tekoplaninę u gronkowców.                                       |                |
| 16.         | Aparat umożliwiający wykrycie mechanizmu oporności typu KPC u Gram ujemnych fermentujących pałeczek.                                 |                |
| 17.         | Aparat umożliwiający wykrycie mechanizmu oporności typu HLAR u enterokoków.                                                          |                |
| 18.         | Aparat umożliwiający wykrycie mechanizmu oporności typu VRE u enterokoków.                                                           |                |
| 19.         | Aparat umożliwiający wykrycie mechanizmu oporności typu ESBL u Gram ujemnych fermentujących pałeczek.                                |                |
| 20.         | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu w przypadku jego zmian w trakcie trwania umowy.                                        |                |
| 21.         | Bezpłatny serwis w trakcie umowy.                                                                                                    |                |

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczętki-osób upoważnionych/

2