




# WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNAŃSKA 79  
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl  
www.szpital.kalisz.ue

Kalisz, dnia 04 lipca 2014 roku

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

### INFORMACJA

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych: zestawów do nefrotomii dwustopniowej, koszyków do usuwania złogów z moczowodu, łączników do nefrostomii i do cewnika trójdrożnego, przewodnic, przewodów do cystoskopu lub resektoskopu (sprawa nr 30/14).

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy informujemy co następuje:

#### **Pytanie nr 1 dot. Zadania Nr 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii dwustopniowej w składzie:

- igła punkcyjna dwuczęściowa 18 G, dł. 20 cm, z zakończeniem typu Chiba, widoczna w USG;
- prowadnica Schullera o długości 100 cm z bezpiecznym końcem typu J;
- cewnik nefrostomijny typu Pigtail w rozmiarze CH 8, wykonany z poliuretanu, z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz ośmioma oczkami drenującymi; długość 25 cm;
- obturator/sztylet z zaokrągloną końcówką do bezpiecznego wyprostowania cewnika;
- uniwersalny łącznik do worka na mocz.

Zestaw nie zawiera żadnych rozszerzeń!

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

#### **Pytanie nr 2 dot. Zadania Nr 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyka do usuwania złogów z moczowodu o długości 85 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszyka do usuwania złogów z moczowodu o długości 85 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **Pytanie nr 3 dot. Zadania Nr 3, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do URSL o długości 145 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prowadnicy do URSL o długości 145 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **Pytanie nr 4 dot. Zadania Nr 3, poz. 3:**

Prosimy o dopuszczenie prowadnicy do URSL o średnicy 0,032", tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prowadnicy do URSL o średnicy 0,032".

#### **Pytanie nr 5 dot. Zadania Nr 3, poz. 1:**

Czy Zamawiający oczekuje aby łączniki nefrostomijne posiadały mechanizm obrotowy co zapobiega przypadkowemu zablokowaniu odpływu moczu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łączników nefrostomijnych posiadających mechanizm obrotowy.

**Pytanie nr 6 dot. zapisów SIWZ:**

Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia iż w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom zawartym w SIWZ.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlaczyk