

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 23-02-2017 roku

**Wykonawca (y) biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania na: dot. postępowania na: **dostawa i uruchomienie ciepłarek
mikrobiologicznych** nr sprawy: 103/17

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (zamawiający) informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) tj. bez stosowania ustawy Pzp na dostawa i uruchomienie ciepłarek mikrobiologicznych wybrano ofertę wykonawcy:

„IDALIA” Ireneusz Wolak Sp. J, ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
z ceną oferty brutto: 32 890,20 zł

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została odrzucona oferta wykonawcy „ALAB” Sp. z o. o. ul. Stępińska 22/30, lok. 222, 00-739 Warszawa

Uzasadnienie:

Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ ponieważ zamawiający wymagał ciepłarkę mikrobiologiczną - 4 szt. o pojemności od 100 L do 115 L (Formularz Ofertowy, tabela- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH), tymczasem z dokumentów informacyjnych złożonych wraz z ofertą, na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego wynika, że oferowana ciepłarka mikrobiologiczna szt. 4 posiada pojemności 120 L.

Wobec powyższego oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ.

Zestawienie ofert:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto
1	„ALAB” Sp. z o. o., ul. Stępińska 22/30, lok. 222, 00-739 Warszawa	30 836,10 zł
2	ALCHEM Grupa Sp. zo. o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń	33 185,40 zł
3	„IDALIA” Ireneusz Wolak Sp. ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom	32 890,20 zł


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek