

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 27-10- 2016 roku

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania na: ***Dostawa i uruchomienie lasera holmowego*** (sprawa nr 64/16)

Zgodnie z art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami.) Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (Zamawiający) uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie lasera holmowego wybrano ofertę Wykonawcy:

BIOCOR Tomasz Ostrowski
ul. Polna 6 F
58-521 Józefów Sudecki
z ceną oferty brutto: 149 904,00 zł

Zestawienie ofert, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium i łączna punktacja:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Liczba pkt w kryterium: Cena brutto	Liczba pkt w kryterium: Termin gwarancji	Liczba pkt w kryterium: Parametry techniczne	Łączna liczba pkt
1	BIOCOR Tomasz Ostrowski ul. Polna 6 F 58-521 Józefów Sudecki	60,00	20,00	20,00	100,00
2	MEDEN-INMED sp. z o .o. ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin	Oferta podlega odrzuceniu			

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zgodnie z art. 92, ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została odrzucona oferta Wykonawcy MEDEN-INMED sp. z o .o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin.


Uzasadnienie:

W SIWZ, Formularz Ofertowy tabela- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH” pkt. 3, Zamawiający wymagał, aby laser holmowy posiadał **Długość fali 2 100 nm.**

Z załączonych do oferty (potwierdzonych stosownym oświadczeniem Wykonawcy) materiałów informacyjnych, tabela Dane Techniczne wynika, że oferowany laser posiada **Długość fali 2 080 nm.**

Wobec powyższego oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ.

Zgodnie z art. 89, ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



1