

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 30 lipca 2015r.

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania na obsługę serwisową stacji uzdatniania wody (sprawa nr 30/15).

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wykreślenie z tabeli dotyczącej czynności przeglądowych stacji uzdatniania wody zapisu o treści dotyczącego *Przeglądu nr 1* „Wymiana membran w odwróconej osmozie – 4 szt.”

W związku z powyższym tabela zamieszczona w części B.2 SIWZ w pkt I. *Przeglądy* ppkt 1 otrzymuje treść jak poniżej:

SUW – Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ		
<i>Przegląd 1</i>	<i>Przegląd 2</i>	<i>Przegląd 3</i>
– Wymiana złoża w kolumnie żelazowej – 1 kpl. – Wymiana złoża w kolumnie węglowej – 2 kpl.	– Wymiana złoża w kolumnie węglowej – 2 kpl. – Chemiczne czyszczenie żywic w obu kolumnach jonowymiennych – Chemiczne czyszczenie membran w RO	– Wymiana złoża w kolumnie żelazowej – 1 kpl. – Wymiana złoża w kolumnie węglowej – 2 kpl. – Chemiczne czyszczenie żywic w obu kolumnach jonowymiennych – Chemiczne czyszczenie membran w RO
Roczny przegląd wraz z kontrolą poprawności działania urządzeń SUW: – czyszczenie i dezynfekcja zbiornika wody surowej – testowanie urządzenia sterującego kolumną filtra odzalnającego oraz sprawdzenie poprawnego działania – testowanie urządzenia sterującego kolumną filtra węglowego nr 1 oraz sprawdzenie poprawnego działania – testowanie urządzenia sterującego kolumną filtra węglowego nr 2 oraz sprawdzenie poprawnego działania – testowanie urządzenia sterującego zmiękcaczem nr 1 oraz sprawdzenie poprawnego działania – testowanie urządzenia sterującego zmiękcaczem nr 2 oraz sprawdzenie poprawnego działania – przegląd i sprawdzenie odwróconej osmozy – przegląd i kalibracja miernika przewodności – badanie jakości wody – przeprowadzenie czynności regulacyjnych – sprawdzenie pracy pompy wody surowej – wymiana wkładu osłonowego przed RO – wykonanie dezynfekcji odwróconej osmozy		

Treść powyższej zmiany stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Główny Księgowy

mgr Barbara Smitowska

1