

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 7 listopada 2019 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezyjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów – **znak sprawy 54/19**

UWAGA!!!

Zamawiający zmienia swoje wyjaśnienia do SIWZ z 29 października 2019 roku w zakresie odpowiedzi nr 17, 22, które otrzymują następujące brzmienie:

17. Prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową, rozumianą jako dokładność pomiaru SpO₂ w zakresie 70% do 100% ± 3 cyfry w spoczynku

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza czujników działających „w spoczynku”, pozostałe oferowane parametry Zamawiający akceptuje.

22. Prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową, rozumianą jako dokładność pomiaru SpO₂ w zakresie 70% do 100% ± 3 cyfry w spoczynku

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza czujników działających „w spoczynku”, pozostałe oferowane parametry Zamawiający akceptuje.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek