

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kalisz, dnia 26-07-2017 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

dot. postępowania na: „**Poprawę efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu**” Zadanie 6: Dostawa aparatury i sprzętu medycznego
nr sprawy: 37/17

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1 Zadanie 13 – Łóżeczko dziecięce – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści **łożeczko dziecięce** o parametrach równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego według poniższego opisu? Oferowane łóżko posiada parametry dobrane precyzyjnie pod kątem przeznaczenia, zapewni komfort pracy przy pacjencie oraz umożliwi prowadzenie codziennych procedur. Proponowane parametry wynikają z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i w żaden sposób nie pogarszają walorów funkcjonalno - użytkowych opisanych przez Zamawiającego.

- Leże oparte na dwóch kolumnach cylindrycznych, podstawa łóżka osłonięta tworzywową pokrywą
- Zasilanie 230V, 50/60Hz
- Długość całkowita łóżka 1805 mm
- Szerokość całkowita łóżka 960 mm
- Długość leża 1690 mm
- Szerokość leża 830 mm
- Elektryczna regulacja wysokości leża - płynna, bezstopniowa
- Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie 580 - 980 mm
- Panel sterujący funkcjami elektrycznymi z możliwością umieszczenia go pod szczytem od strony nóg
- Regulacja barierki bocznych teleskopowa. Bariereki zabezpieczone dźwignią umieszczoną w centralnej części barierki, wspomagane sprężyną gazową

- Barierki boczne zintegrowane ze szczytami głowy i nóg, w celu zapewnienia ochrony na całej długości
- Szczyt od strony głowy oraz nóg z przezroczystego tworzywa, zapewniający możliwość obserwacji pacjenta przez personel
- Segment oparcia pleców i miednicy wypełniony odejmowaną płytą z tworzywa ABS. Segment oparcia pleców posiadający ogranicznik po lewej oraz po prawej stronie głowy, zabezpieczający przed przemieszczaniem się materaca oraz o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca
- Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/-17 stopni
- Elektryczna regulacja nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-75 stopni
- Panel sterowania funkcjami łóżka wyposażony w immobiliser dezaktywujący funkcje elektryczne łóżka z koniecznością aktywowania ich przez personel medyczny (np. chip zbliżeniowy). Panel do sterowania wszystkimi funkcjami łóżka, umożliwiający elektryczne regulacje: segmentu oparcia pleców, wysokości, długości leża, funkcji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga, CPR – za pomocą jednego wyraźnie oznaczonego przycisku, pozycja „szokowa” – za pomocą jednego wyraźnie oznaczonego przycisku
- Cztery koła z centralną blokadą
- Materac dopasowany do wymiarów leża w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, wys. 10 cm
- Bezpieczne obciążenie robocze 300 kg

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 2 Zadanie 13 – Łóżko do intensywnej opieki – 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści **łożko do intensywnej opieki** o parametrach równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego według poniższego opisu? Oferowane łożko posiada parametry dobrane precyzyjnie pod kątem przeznaczenia, zapewni komfort pracy przy pacjencie oraz umożliwi prowadzenie codziennych procedur. Proponowane parametry wynikają z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i w żaden sposób nie pogarszają walorów funkcjonalno - użytkowych opisanych przez Zamawiającego.

- Łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie
- Szczyty łóżka odejmowane, tworzywowe, lekkie, stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą dwóch niezależnych dźwigni zlokalizowanych w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu
- Szczyt łóżka od strony głowy nieporuszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża
- Barierki dzielone, tworzywowe, poruszające się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej.
- Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki, wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężyną gazową
- Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawiania
- Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany wskaźnik katowy z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30°, 60° dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 10° i 20°

- Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach o przekroju prostokątnym
- Leże wypełnione czterema odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi płytami ABS, z systemem zatraskiwania. Płyty wyposażone w otwory wentylacyjne, przeziernie dla promieni RTG
- Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwignią od strony nóg pacjenta, zlokalizowaną bezpośrednio przy kołach
- Pojedyncze koła jezdne o średnicy 150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka
- Alarm dźwiękowy niezabezpieczonego hamulca. Alarm uruchamiający się po podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej
- Łóżko wyposażone w dodatkowe 5-te koło umieszczone pod leżem ułatwiające manewrowanie i przemieszczanie
- Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
 - Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda
 - Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w czytelne piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji
 - Sterownika nożnego do sterowania wysokością zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem
- Sterowanie nożne regulacji wysokości umożliwiające obsługę łóżka w sytuacjach, gdy personel nie chce używać rąk
- Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną
- Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym
- Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania
- Długość zewnętrzna łóżka – 2240 mm z możliwością przedłużania leża o 30 cm
- Szerokość zewnętrzna łóżka – 970 mm
- Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie od 420 mm do 820 mm gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka
- Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70°
- Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 47°
- Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
- Funkcja autoregresji o parametrze 16,5 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąc funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4
- Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 17° – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
- Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 17° – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
- Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
- Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego

przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg

- Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk czytelnie oznaczony
- Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
- Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór):
 - regulacji wysokości
 - regulacji części plecowej
 - regulacji części nożnej

Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka

- Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony w sterowaniu w barierkach bocznych
- Odłączenie wszelkich regulacji w sterowaniu w barierkach bocznych po ok. 60 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
- Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego
- Tworzywowa osłona podstawy łóżka
- Krążki odbojowe w każdym narożniku
- 4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej
- Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250 kg pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego
- System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia
- Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – 10 kolorów do wyboru
- Wyposażenie każdego łóżka:
 - Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej
 - Metalowe haczyki na worki urologiczne – 2 szt. po każdej stronie łóżka
 - Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180°. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 100 mm
 - Szafka przyłóżkowa
 - Wieszak kroplówki

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3 Zadanie 13 – Łóżko do intensywnej opieki – 8 szt.

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową** wyposażoną w cztery podwójne koła tworzywowe niebrudzące podłoża o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 4 Zadanie 13 – Łóżko do intensywnej opieki – 8 szt.

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową** wyposażoną w blat górny i boczny szafki wykonane z płyty meblowej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę; blaty w kolorze białym; blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu, bez relingów do przetaczania szafki?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 5 Zadanie 13 – Łóżko do intensywnej opieki – 8 szt.

Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową** z możliwością wyboru tylko koloru frontów szuflady i drzwiczek - 8 kolorów do wyboru?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 6 Zadanie 13 – Łóżko szpitalne – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne** o parametrach równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego według poniższego opisu? Oferowane łóżko posiada parametry dobrane precyzyjnie pod kątem przeznaczenia, zapewni komfort pracy przy pacjencie oraz umożliwi prowadzenie codziennych procedur. Proponowane parametry wynikają z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i w żaden sposób nie pogarszają walorów funkcjonalno - użytkowych opisanych przez Zamawiającego.

- Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy
- Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła
- Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka
- Barijerki boczne jednocześnie lakierowane, składane wzdłuż ramy leża. Barijerki opuszczane poniżej poziomu materaca. Zwolnienie blokady następujące po naciśnięciu dwóch przycisków w celach bezpieczeństwa. Mechanizm odblokowujący znajdujący się w dolnej części barijerki, w miejscu niedostępnym dla pacjenta. Montaż barierek na ramie leża, bez użycia narzędzi, za pomocą mechanizmu zaciskowego. Barijerki składające się z min. trzech metalowych poprzeczek. Barijerki wyposażone w system zapobiegający zatrzaśnięciu się palców
- Leże 4 segmentowe. Segmenty leża wypełnione płytami HPL montowanymi na stałe, dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości łóżka
- Konstrukcja łóżka zabezpieczona krążkami odbojowymi w każdym rogu. Krążki o średnicy 60 mm z elastycznego tworzywa
- 4 metalowe koła jezdne o średnicy 125 mm w tym 2 z blokadą jazdy. Wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem. Koła zamontowane za pomocą metalowego uchwyty, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy
- Regulacja kąta nachylenia segmentu pleców manualna, w zakresie 0 – 62°, wspomagana mechanizmem umieszczonym od strony nóg pacjenta
- Regulacja kąta nachylenia segmentu ud manualna, w zakresie 0 – 33°, wspomagana mechanizmem umieszczonym od strony nóg pacjenta. Osobne mechanizmy dla segmentu pleców i ud
- Segment podudzia regulowany manualnie za pomocą mechanizmu rastrowego
- Szerokość całkowita 970 mm

- Długość całkowita 2250 mm
- Wymiary leża 1980 mm x 860 mm
- Wysokość leża, mierzona od podłogi do powierzchni leża, bez materaca 555 mm
- Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Nogi łóżka wzmocnione poprzeczką
- Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki, 2 szt. od strony głowy, w tulejach tworzywowy wkład
- Bezpieczne obciążenie łóżka 230 kg
- Łóżko odporne na środki dezynfekcyjne
- Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – 10 kolorów do wyboru
- Wyposażenie łóżka:
 - Metalowe haczyki na worki urologiczne – 2 szt. po każdej stronie łóżka
 - Barrierki opisane powyżej – kpl
 - Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180°. Zamek zabezpieczony przed wnikiem płynów. Wysokość materaca 100 mm
 - Szafka trzyłożkowa
 - Wieszak kroplówki

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 7 Zadanie 13 – Łóżko szpitalne – 1 szt.

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści **szafkę przyłożkową** wyposażoną w cztery podwójne koła tworzywowe niebrudzące podłoża o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 8 Zadanie 13 – Łóżko szpitalne – 1 szt.

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści **szafkę przyłożkową** wyposażoną w blat górny i boczny szafki wykonane z płyty meblowej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę; blaty w kolorze białym; blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu, bez relingów do przetaczania szafki?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 9 Zadanie 13 – Łóżko szpitalne – 1 szt.

Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści **szafkę przyłożkową** z możliwością wyboru tylko koloru frontów szuflady i drzwiczek - 8 kolorów do wyboru?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Dotyczy: Pakiet 15- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych:

Pytanie nr 10 Poz. 2

Z uwagi na dostarczenie pacjentowi normotermicznego płynu infuzyjnego, którego temperatura jest monitorowana i utrzymywana przez podgrzewacz na poziomie 40°C ±2°C prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z automatyczną nastawą temperatury na poziomie 40°C ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 11 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zakresu natężenia przepływu od około 2ml/min. do 200ml/min.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 12 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu pomiaru i wyświetlania całkowitej objętości podanego płynu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 13 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu pomiaru i wyświetlania aktualnego przepływu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 14 Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie programowanej wstępnie temperatury pracy urządzenia na poziomie 40°C co zapewnia dostarczenie normo termicznego płynu do pacjenta.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 15 Poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania odnoszącego się do zaleceń producenta podgrzewacza płynów infuzyjnych i krwi mówiących o przeprowadzeniu profilaktycznej kontroli i testu urządzenia raz w roku oraz serwisowania raz na 5 lat bez konieczności dodatkowego systemu informacyjnego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 16 Poz.13

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej do urządzenia (statyw na 5 kołach w tym 2 koła z blokadą + wbudowana listwa zasilająca) oraz z uwagi na małą wagę całego systemu dopuszczenie urządzenia z możliwością przymocowania do stojaka na worki infuzyjne lub ustawienia na powierzchni poziomej z wyposażonym systemem wyświetlacza typu right-sight-up umożliwiającym pionowe wyświetlanie bez względu na położenie jednostki centralnej, takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu transportować urządzenie wraz z pacjentem a tym samym zaoszczędzić powierzchnię użytkową.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 17 Poz.14.

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu możliwości współpracy i rozbudowy o system do szybkich przetoczeń.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 18 Poz.15.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klasy ochronności BF umożliwiającej zgodnie z przeznaczeniem urządzenia na jego kontakt z całym ciałem pacjenta z wyjątkiem jego serca.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 19 Poz.16.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie napięcia wejściowego ustalanego automatycznie przez jednostkę sterującą w zakresie 100-240 V oraz większego niż wymagany zakresu częstotliwości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 20 Poz.17.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego wkładu z zestawem przedłużającym o 7,5 cm, przeznaczonym do przepływów do 200ml/min.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 21 Parametry

1/ Odnośnie zapisu: „Rok produkcji min. 2017” - prosimy Zamawiającego o możliwość dostarczenia urządzenia fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2016 roku

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Dot. Formularz ofertowy (13) - Zadanie 12:

Pytanie nr 22 - Lampa bezcieniowa mobilna – 7 szt. Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową mobilną z natężeniem oświetlenia na poziomie 60 000 Lux oraz żywotnością modułów LED wynoszącą 50 000 godzin ?

Jest to parametr spełniający normy w zakresie natężenia oświetlenia w lampach zabiegowych mobilnych, zapewniający odpowiednie doświetlenie pola zabiegowego. Natężenie Wymagane przez Zamawiającego odpowiada sufitowej lampie operacyjnej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 23 - Lampa operacyjna sufitowa – 4 szt. Poz. 10.

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której czasza główna (wielobok foremny) posiada wymiary 79,5 x 70,4 cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 24 - Lampa operacyjna sufitowa – 4 szt. Poz. 11.

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której czasza satelitarna (wielobok foremny) posiada wymiary 69,5 x 61,1 cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 25 - Lampa operacyjna sufitowa – 4 szt. Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją średnicy pola dla czaszy głównej w zakresie 180 – 300 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 26 - Lampa operacyjna sufitowa – 4 szt. Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją średnicy pola dla czaszy satelitarnej w zakresie 180 – 280 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 27 - Lampa operacyjna sufitowa – 4 sz

Czy Zamawiający będzie wymagał aby opisana lampa spełniała wymogi w zakresie współpracy z nawiewem laminarnym wyposażonym w system jonizacji katalitycznej (syst. oczyszczający powietrze) ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie będzie wymagał proponowanego rozwiązania.

Dotyczy: Formularz ofertowy(14) Szafka przyłóżkowa (dotyczy zadań „łóżko do intensywnej opieki – 8szt „oraz „ łóżko szpitalne – 1 szt.,„) :

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, posiadającą dwie szuflady, dolną i górną o wymiarach zgodnych z wymogami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną wyposażoną z blat boczny o konstrukcji umożliwiającej na zmianę strony położenia blatu względem łóżka przy zachowaniu pełnej funkcjonalności szafki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o z regulacją blatu bocznego w zakresie 73 – 110cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową szufladami wysuwanymi na prowadnicach ślizgowych, które są trwalsze od opisanego rozwiązania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z frontami szuflad wykonanymi z tworzywowego, wytrzymałego odlewu, każdy front posiadający uchwyt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą możliwość wyboru koloru blatu głównego i bocznego z 10 propozycji ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dotyczy: Formularz ofertowy (24) Zadanie 23 :

Pytanie nr 34 - Stół zabiegowy 2szt:

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o udźwigu pozwalającym na przeprowadzenie operacji w każdej pozycji u pacjenta o wadze do 150kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 35 - Stół zabiegowy 1szt:

W związku z wymogiem zaoferowania dwóch, całkowicie rozbieżnych napędów zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający będzie preferował napęd elektromechaniczny i tym samym będzie wymagał zaoferowania stoły z tymże napędem?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 36 - dotyczy zadania nr 25 pozycji nr 6

Czy zamawiający dopuści pincetę chirurgiczną dł. 14 cm, 1x2 ząbka twarde wkładki ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 37 - dotyczy zadania nr 25 pozycji nr 13

Czy zamawiający wymaga nożyczki chirurgiczne Standard Super cut dł. 14,5 cm, ostro-ostre, zakrzywione ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 38 - dotyczy zadania nr 25 pozycji nr 19

Czy zamawiający wymaga nożyczki, proste dł. 11,5 cm, ostro-ostre delikatne ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 39 dotyczy zadania nr 25 pozycji nr 25

Czy zamawiający dopuści Hak naczyniowy typ. Graefe dł. 14cm, fig. 2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

W przypadku zaoferowania urządzeń zgodnych z powyższymi odpowiedziami, zaoferowane parametry należy wpisać w kolumnie „Oferowane parametry” tabeli znajdującej się w Formularzu Ofertowym.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity ze zmianami) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedzi na pozostałe pytania ukażą się w późniejszym terminie.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczuk