

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 31-03-2016 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na: „dostawę maceratora”
nr sprawy: 114/16

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy przedmiotu umowy do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie ust. 6 §7 Projektu umowy. Ust. 6 przyjmuje brzmienie:

6. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 14 dni.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga bezawaryjnego zamykania pokrywy bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni? Siłowniki elektroniczne i czujniki ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było odporne na usterki elektroniki w przypadku zalania dolnej części urządzenia (np. w przypadku przypadkowego odpięcia urządzenia od sieci kanalizacyjnej skutkujące zalaniem jego wewnętrznych elementów)?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Formularzu Ofertowym (2) – zmieniony formularz został zamieszczony na końcu pisma. Dotychczasowy Formularz Ofertowy (2) traci ważność. Oferty należy składać na aktualnym formularzu.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Termin złożenia – do godz. 9⁰⁰ dnia 05 kwietnia 2016 r.

Termin otwarcia – godz. 9³⁰ dnia 05 kwietnia 2016 r.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY(2)

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno- Eksploatacyjnych

Model / Typ

Producent

Lp.	Parametry wymagane	Oferowane parametry
1.	Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp.	
2.	Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa.	
3.	Górna pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa, z uchwytem umożliwiającym otwieranie łokciem oraz uszczelniającym komorę.	
4.	Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu się bakterii na obudowie urządzenia.	
5.	Urządzenie obsługiwane ręcznie.	
6.	Bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej.	
7.	Liczne zabezpieczenia: czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu – zadziałanie któregośkolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia.	
8.	Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie.	
9.	Wymiary w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 977mm wys. x 445mm głęb. x 360 mm szer.	
10.	Odpływ kanalizacyjny – rura 38-50 mm	
11.	Waga urządzenia: bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody – 50kg	
12.	Zużycie wody na jeden cykl max. 11 litrów.	
13.	Wydajność: 1 naczynie jednorazowe dowolnego asortymentu na 1 cykl	
14.	Czas jednego cyklu maceratora max. 53 sekundy	
15.	Napięcie zasilania: 230 V	
16.	Moc silnika 485 W	
17.	Możliwość stosowania naczyń różnych producentów	
18.	Macerator odporny na usterki elektroniki w przypadku zalania dolnej części urządzenia (np. w przypadku przypadkowego odpięcia urządzenia od sieci kanalizacyjnej skutkujące zalaniem jego wewnętrznych elementów)	*

* W kolumnie „Oferowane Parametry” należy wpisać „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.

.....
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczętki-osób upoważnionych/