

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 29-03-2016 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na: „dostawę maceratora”
nr sprawy: 114/16

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby macerator posiadał min 9 noży tnąco – rozrywających? Rozwiązanie takie gwarantuje idealne rozdrobnienie naczyń jednorazowych co przekłada się na bezproblemowe użytkowanie urządzenia nawet w starszych instalacjach kanalizacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie w przypadku zacięcia noży wynikającego z przeładowania urządzenia lub niewłaściwego wsadu ponawiało trzykrotnie próbę procesu maceracji? Takie rozwiązanie znacząco redukuje ilość wezwań serwisowych oraz kosztów z nimi związanych wynikających ze złego użytkowania urządzenia.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby macerator posiadał odpływ min. 50 mm mierzony w wyjściu na komorze? Przy czym nie dopuszcza się stosowania redukcji? Takie rozwiązanie zapewnia, że urządzenie nie będzie się zapychało i blokowało rur kanalizacyjnych, które często się zdarza w rozwiązaniach z zastosowaniem redukcji, które Zamawiający opisał.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z nowocześniejszym automatycznym, bezdotykowym otwieraniem i zamykaniem pokrywy? Otwierania łokciem wymagane przez Zamawiającego jest rozwiązaniem przestarzałym jak i problematycznym w użytkowaniu w porównaniu do zaproponowanego przez nas

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o kompaktowej budowie o wymiarach nieznacznie przekraczających wymagane t.j. 900mm wys x 450mm gł x 360 szer.? Parametr ten nie świadczy o właściwościach urządzenia a jedynie wskazuje na produkt jednego producenta.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści macerator którego moc silnika nieznacznie różni się od wymaganego i wynosi 500W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza moc silnika do 500W.

W przypadku zaoferowania maceratora zgodnego z powyższymi odpowiedziami, zaoferowane parametry należy wpisać w kolumnie „Oferowane parametry” tabeli znajdującej się w Formularzu Ofertowym (2) w siwz str. 16.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek