

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

dnia 02 listopada 2020 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

**Dostawa aparatu RTG z ramieniem C w ramach realizacji zadania: „Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca w roku 2020”
– nr sprawy 68/20**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

1. Dot. Załącznika 1b l.p 80 i 81 - zapewnienie czasu naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG, jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in. przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wydłuża termin naprawy zgodnie z proponowanym i podtrzymuje wymóg dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku braku naprawy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia awarii.

- Zamawiający zmienia pkt 3.3.b) karty gwarancyjnej, tj. załącznika nr 6 do projektu umowy

Jest:

„b) usunięcia zgłoszonych wad: w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii.

Powinno być:

„ b) usunięcia zgłoszonych wad: w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii w przypadku braku konieczności wymiany części zamiennych, w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w przypadku konieczności wymiany części zamiennych.

- Zamawiający zmienia w projekcie umowy (załącznik nr 3 SIWZ) paragraf 7, pkt 6:

Jest:

„Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy dokona naprawy w terminie: do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.”

1

Powinno być:

„Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy dokona naprawy w terminie:

- a) do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w przypadku braku konieczności wymiany części zamiennych,
- b) do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w przypadku konieczności wymiany części zamiennych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek.”

- Zamawiający zmienia część B SIWZ, pkt 8 (opis przedmiotu zamówienia), IV. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, pkt 6:

Jest:

Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy dokona naprawy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek.

Powinno być:

„Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy dokona naprawy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii (w przypadku braku konieczności wymiany części zamiennych), 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii (w przypadku konieczności wymiany części zamiennych). Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek. „

- Zamawiający zmienia w formularzu ofertowym pkt 80 i 81:

Jest:

80.	Zapewnienie czasu naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii
81.	W przypadku braku naprawy w terminie 3 dni roboczych od daty zgł. awarii Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę na własny koszt, na czas naprawy gwarancyjnej, urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, jak urządzenie skierowane do naprawy wraz z uzyskaniem decyzji WPWIS zezwalającej na uruchomienie i stosowanie przedmiotowego aparatu RTG, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych. W przypadku braku naprawy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia awarii Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych wraz z uzyskaniem decyzji WPWIS zezwalającej na uruchomienie i stosowanie przedmiotowego aparatu RTG. Dostarczenie urządzenia zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z zapisu umowy: Wszelkie naprawy gwarancyjne przedmiotu umowy skutkują przedłużeniem okresu gwarancyjnego o czas naprawy i odpowiednio wydłużają okres rękojmi.

Powinno być:

80.	Zapewnienie czasu naprawy: do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w przypadku braku konieczności wymiany części zamiennych, w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w przypadku konieczności wymiany części zamiennych.
81.	W przypadku braku naprawy w terminie: 3 dni roboczych od daty zgł. awarii w przypadku braku konieczności wymiany części zamiennych lub w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w przypadku konieczności wymiany części zamiennych, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę na własny koszt, na czas naprawy gwarancyjnej, urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, jak urządzenie skierowane do naprawy wraz z uzyskaniem decyzji WPWIS zezwalającej na uruchomienie i stosowanie przedmiotowego aparatu RTG, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych. W przypadku braku naprawy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia awarii Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych wraz z uzyskaniem decyzji WPWIS zezwalającej na uruchomienie i stosowanie przedmiotowego aparatu RTG. Dostarczenie urządzenia zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z zapisu umowy: Wszelkie naprawy gwarancyjne przedmiotu umowy skutkują przedłużeniem okresu gwarancyjnego o czas naprawy i odpowiednio wydłużają okres rękojmi.

2. Dot. Załącznika 1b l.p 83 - zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotów zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.”

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamyh z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe.

3. Dot. roz. B pkt. IV p.pkt.10 SIWZ

*„W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy **ale nie dłużej niż pierwotna/podstawowa gwarancja na cały aparat**.”?*

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż sprzęt medyczny standardowo podlega różnym naprawom i interwencjom serwisowym w trakcie cyklu życia z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca wnosi o zapis, że gwarancja na sprzęt medyczny powinna być nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie elementu lub istotnej naprawie długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na sprzęt medyczny nigdy nie wygaśnaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania urządzenia.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający zmienia zapis na proponowany.

Zamawiający zmienia w projekcie umowy (załącznik nr 3 SIWZ) paragraf 7, pkt 11:

Jest:

„W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego

3

przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy."

Powinno być:

"W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy, ale nie dłużej niż pierwotna/podstawowa gwarancja na cały aparat."

4. Dot. roz. B pkt. IV p.pkt.7 SIWZ

Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z tego wymagania.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

5. Dot. §7 ust. 6 projektu umowy

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ zgodnie z odp. na pytania nr 1.

6. Dot. §7 ust. 8 projektu umowy

Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z tego wymagania.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

7. Dot. §7 ust. 9 projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji.

Mogą się zdarzyć drobne usterki które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

8. Dot. §7 ust. 11 projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki które Wykonawca będzie usuwał w

terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

9. Dot. §9 ust. 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w ustępie 3 poniższego zapisu:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Dot. §10 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie po ustępie 1 kolejnego ustępu o poniższej treści:

„Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.”?

Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmoczonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Dot. przedmiotu umowy:

Czy Zamawiający wymaga wykonania projektu osłon stałych dla pomieszczenia RTG z ramieniem C?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.

12. Dotyczy przedmiotu umowy:

Zamawiający wymaga szkoleń aplikacyjnych na nowy RTG z ramieniem C, jednak po zakończeniu rozruchu aparatu, a przed rozpoczęciem badań z pacjentami wymagane jest uzyskanie decyzji PWIS niezależnej od wykonawcy na uruchomienie pracowni i urządzenia. Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie części wymaganego szkolenia aplikacyjnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego? Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby termin szkolenia aplikacyjnego został zaplanowany przez lekarzy w warunkach normalnej pracy na pacjentach, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach załączonych do oferty powołując się na niniejsze wyjaśnienia.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek