

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97



**Fundusze
Europejskie**

Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kalisz, dnia 19-04-2017 roku

**Wykonawcy biorący
udział
w postępowaniu**

I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „poprawę efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu”

nr sprawy: 23/17

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści panel nadłóżkowy bez manometru kontrolnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza panelu nadłóżkowego bez manometru kontrolnego, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczno-chirurgiczną z systemem wysięgników montowanych do rury na bocznej ścianie konsoli.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kolumn anestezjologiczno-chirurgicznych z systemem wysięgników montowanych do rury na bocznej ścianie konsoli, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 3

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie do czego będzie użyty system wysięgników montowany nad konsolą.

Odpowiedź: Zamawiający rozumie przez system wysięgników montowanych nad konsolą:

- wysięgnik infuzyjny tzw. łamany o wytrzymałości obciążenia 20kg, długości 1280mm (+/-20mm) z drążkiem ze stali nierdzewnej długości 880mm (+/-20mm) umożliwiający płynną regulacji położenia w pionie zainstalowanego na nim kosza dla 4 butli i 4 haczyków na worki
- wysięgnik infuzyjny prosty o wytrzymałości obciążenia 30kg, długości 720mm (+/-20mm) z drążkiem ze stali nierdzewnej dla pomp infuzyjnych długości 500mm (+/-10mm)

Pytanie nr 4

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie co oznacza zwrot „system wysięgników montowanych nad konsolą” – o podanie ilości, rodzaju przypadającego na kolumnę.

Odpowiedź: Zamawiający rozumie przez system wysięgników montowanych nad konsolą:

- wysięgnik infuzyjny tzw. łamany o wytrzymałości obciążenia 20kg, długości 1280mm (+/-20mm) z drążkiem ze stali nierdzewnej długości 880mm (+/-20mm) umożliwiający płynną regulacji położenia w pionie zainstalowanego na nim kosza dla 4 butli i 4 haczyków na worki
- wysięgnik infuzyjny prosty o wytrzymałości obciążenia 30kg, długości 720mm (+/-20mm) z drążkiem ze stali nierdzewnej dla pomp infuzyjnych długości 500mm (+/-10mm)

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści półki o wymiarach 450x420mm w wyposażeniu kolumny anestezjologiczno-chirurgicznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza półki o wymiarach +/- 5-10% wielkości podanej w załączniku 12_5 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść załącznika nr 12_5 do siwz. Zmieniony załącznik został zamieszczony poniżej.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity ze zmianami) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek

**Opis wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
(postępowanie dot. modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)**

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość w szt./ kpl.	Opis asortymentu(wymagania minimalne)
1.	Panel przyłóżkowy-nadłóżkowy z zestawem gazów medycznych i gniazd elektrycznych 1- stanowiskowy	11	Wymagania: • Panel 1- stanowiskowy: max. L = 1650 mm • Powierzchnia panelu odporna na płynne środki dezynfekcyjne. • Wszystkie gniazda wykonane z materiałów antybakteryjnych. Wyposażenie: • min. 9 x gniazdo elektryczne 230 V (3 obwody po 3 gniazda w każdym) • wyłącznik oświetlenia, • oświetlenie miejscowe i nocne (moduł LED) • gniazdo teleinformatyczne (RJ45) kat 6 • bolec, gniazdo ekwipotencjalne, • min. 4 x punkt poboru gazów medycznych (9 paneli x 4 punkty poboru – 2 x tlen, 1 x próżnia, 1 x sprężone powietrze; 2 panele x 5 punktów poboru - 2 x tlen, 1 x próżnia, 1 x sprężone powietrze, 1 x podtlenek azotu), • odciąg gazów poanestetycznych CSN EN ISO 9170-2 w 2 panelach (posiadających instalację do podtlenku azotu) • 3 x manometr kontrolny • szyna medyczna, • gniazdo i manipulator systemu przywoławczego Meden-Opt, Warunki gwarancji: • Gwarancja min. 24 miesiące, Pozostałe: • Rok produkcji 2017, • Urządzenia fabrycznie nowe, • Certyfikat zgodności CE, • Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, • Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia, • Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą), • Materiały informacyjne z parametrami technicznymi

2.	Macerator	2	Wymagania: • macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej-kaczek, basenów itp. • obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa, • górna pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa, z uchwytem umożliwiającym otwieranie łokciem oraz uszczelniającą komorę, • antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu się bakterii na obudowie urządzenia, • urządzenie obsługiwane ręcznie, • bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej, • liczne zabezpieczenia: czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu- zadziałanie któregośkolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia, • komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10 mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie, • wymiary w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 977 x 445 x 360, • odpływ kanalizacyjny - rura 38-50 mm, • waga urządzenia: bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody – 50 kg, • zużycie wody na jeden cykl: max. 11 litrów, • wydajność: 1 naczynie jednorazowe dowolnego asortymentu na 1 cykl, • czas jednego cyklu maceratora: max. 53 sekundy, • napięcie zasilania: 230 V, • moc silnika: 485 W, • możliwość stosowania naczyń różnych producentów. Warunki gwarancji: • Gwarancja min. 24 miesiące, Pozostałe: • Rok produkcji 2017, • Urządzenia fabrycznie nowe, • Certyfikat zgodności CE, • Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, • Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia, • Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą), • Materiały informacyjne z parametrami technicznymi.
----	------------------	---	---

3.	Kolumna medyczna (anestezjologiczno- chirurgiczna)	2	Wymagania: • Powierzchnia panelu odporna na płynne środki dezynfekcyjne. • Wszystkie gniazda wykonane z materiałów antybakteryjnych. Kolumna anestezjologiczno- chirurgiczna posiada system mocowany do stropu, z łatwym dostępem do stref konserwacji. W przypadku konieczności naprawy zapewnia możliwość wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontowania całego systemu. Kolumna wyposażona w elektryczny system podnoszenia 2 - ramienia. Zakres podnoszenia konsoli w pionie min. 490mm (+/-20mm). Silnik wraz z mechanizmem napędzającym ruch ramienia zintegrowany wewnątrz dolnego ramienia (drugiego licząc od osi głównej). Nie dopuszcza się ze względu na konieczność łatwego czyszczenia: żadnych mechanizmów unoszących zabudowanych na przegubie pomiędzy ramionami. Konsola wyposażona w 2 znormalizowane, zintegrowane szyny medyczne przeznaczone do podwieszenia akcesoriów. Gniazda elektryczne 230V zlicowane z powierzchnią zewnętrzną konsoli. Nad konsolą zamontowane do tubusu ramiona infuzyjne. Pierwsze tzw. łamane umożliwiające zastosowanie drążka pionowego, który po przez swoją konstrukcję pozwala na natychmiastową płynną zmianę wysokości w pionie zainstalowanych na nim akcesoriów np. haczyków, koszy z płynami infuzyjnymi, drugie z drążkiem dla pomp infuzyjnych. Wyposażenie: • 2 × punkt poboru gazów medycznych , TLEN • 2 × punkt poboru gazów medycznych , PRÓŻNIA • 2 × punkt poboru gazów medycznych , SPR. POWIETRZE • 1 × punkt poboru gazów medycznych , PODTLENEK AZOTU • 1 × odciąg gazów poanestetycznych, • 4 x manometr, • 12 x gniazdo 230V (3 obwody po 4 gniazda w każdym) • bolec, gniazdo ekwipotencjalne • 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 kat. 6 • 2 × szyna medyczna 25x10 dł. 400mm (+/-10mm) o nośności min. 20kg
----	---	---	--

			• 2 x półka o wymiarach 550x400mm w tym jedna z szufladą głębokości 100mm (+/-10mm) • 1 x system wysięgników montowanych nad konsolą: - wysięgnik infuzyjny tzw. łamany o wytrzymałości obciążenia 20kg, długości 1280mm (+/-20mm) z drążkiem ze stali nierdzewnej długości 880mm (+/-20mm) umożliwiający płynną regulacji położenia w pionie zainstalowanego na nim kosza dla 4 butli i 4 haczyków na worki. - wysięgnik infuzyjny prosty o wytrzymałości obciążenia 30kg, długości 720mm (+/-20mm) z drążkiem ze stali nierdzewnej dla pomp infuzyjnych długości 500mm (+/-10mm) Warunki gwarancji: • Gwarancja min. 24 miesiące, Pozostałe • Rok produkcji 2017, • Urządzenia fabrycznie nowe, • Certyfikat zgodności CE, • Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, • Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia, • Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą), Materiały informacyjne z parametrami technicznymi.
4.	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych	32	Zlokalizowane w WC, łazienkach, dekontaminacji, szczegóły należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
5.	Lada zabudowana (konsola)	4	patrz rysunki (w zał.) –wymiary orientacyjne, wykonanie z płyt MDF laminowanych, szczegóły należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Uwagi:

1. Kolory sprzętów i mebli (jeżeli są do wyboru) należy uzgodnić z Zamawiającym.
2. Wymaganą dokumentację do każdego urządzenia lub sprzętu (certyfikaty, atesty, gwarancje, protokoły przeszkolenia personelu oraz instrukcje obsługi w języku polskim) należy przekazać protokolarnie Zamawiającemu na etapie realizacji zamówienia.