

Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

dnia 29 września 2020 roku



Rzeczpospolita
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

„Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – etap II” – część 3 – nr sprawy 58/20

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

1. Pytanie do zadania 6, formularz ofertowy (7), część A, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści diatermię chirurgiczną pracującą z częstotliwością znamionową 330 kHz?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Pytanie do zadania 6, formularz ofertowy (7), część A, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści diatermię chirurgiczną o wadze 10 kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Pytanie do zadania 6, formularz ofertowy (7), część A, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw elektrod ok. 5cm (10 szt.): igła cienka prosta, kulka kąтова, igła cienka kąтова, pętla Ø5mm, pętla Ø10mm, igła gruba kąтова, pętla, kulka prosta Ø4mm oraz elektroda artroskopowa hak 90°?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

4. Pytanie do zadania 6, formularz ofertowy (7), część A, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną silikonową 150x250mm z przewodem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Pytanie do zadania 7, formularz ofertowy (8), część I, A, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści diatermię chirurgiczną z optycznym wskaźnikiem pracy urządzenia z możliwością bezpośredniego odczytu nastawionej mocy szczytowej wraz z ikonami trybów obrazującymi efekt oddziaływania prądu na tkankę?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

6. Pytanie do zadania 7, formularz ofertowy (8), część I, A, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści moc funkcji zamykania naczyń regulowaną automatycznie w zakresie do 200W?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Pytanie do zadania 7, formularz ofertowy (8), część I, A, poz. 19,20

Czy Zamawiający dopuści funkcję automatycznego przerywania działania po skończonym procesie tylko w trybie zamykania naczyń, regulowaną automatycznie w zależności od parametrów tkanki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Pytanie do zadania 7, formularz ofertowy (8), część I, A, poz. 34

Czy Zamawiający dopuści regulację funkcji bipolarnego cięcia i koagulacji w skali maks. 3-stopniowej dla cięcia i 4-stopniowej dla koagulacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Pytanie do zadania 7, formularz ofertowy (8), część II, A, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści diatermię chirurgiczną z optycznym wskaźnikiem pracy urządzenia z możliwością bezpośredniego odczytu nastawionej mocy szczytowej wraz z ikonami trybów obrazującymi efekt oddziaływania prądu na tkankę?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

10. Pytanie do zadania 7, formularz ofertowy (8), część II, A, poz. 15,16

Czy Zamawiający dopuści funkcję automatycznego przerywania działania po skończonym procesie tylko w trybie zamykania naczyń, regulowaną automatycznie w zależności od parametrów tkanki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Pytanie do zadania nr 2, formularz ofertowy (3), Część A, poz. nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Urządzenia z wbudowanym mikser gazów z funkcją automatycznej kontroli FiO2 – wbudowany w aparat - pozwalający na sterowanie stężeniem tlenu FiO2 w zakresie 21-100% z pozycji urządzenia, z możliwością podłączenia do zewnętrznego przepływomierza tlenu znajdującego się na wyposażeniu Zamawiającego. Dopuszczenie takiego parametru nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia. Daje możliwość dodatkowego obserwowania przepływu tlenu na przepływomierzu. Pozostawienie parametru niezmienionego ma na celu ograniczenie konkurencji.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

12. Pytanie do zadania nr 2, formularz ofertowy (3), Część A, poz. nr 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Urządzenia z 2 zakresami ustawień przepływów: dzieci 2-25 l/min oraz dorośli 10-60 l/min. Parametr oferowany nie odbiega znacząco od wymaganego i mieści się w ogólnie przyjętych zaleceniach medycznych w terapii HFT

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

13. Pytanie do zadania nr 2, formularz ofertowy (3), Dot. części B pkt 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu sterylizacji aparatu za pomocą generatora ozonu, ponieważ konstrukcja oferowanego przez nas urządzenia takiej procedury nie wymaga. Cały układ oddechowy oraz komora nawilżacza znajdują się poza urządzeniem i są jednorazowe dla każdego pacjenta dlatego nie ma konieczności sterylizacji ozonem całego urządzenia (tak jak ma to miejsce w przypadku respiratorów). Rozwiązanie jest też tańsze w eksploatacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Powyższy parametry nie jest wymagany, jest punktowany.

14. Pytanie; Dotyczy zapisów projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, § 6 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy: „..., zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Pytanie; Dotyczy zapisów projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., napraw gwarancyjnych (na podstawie odrębnej umowy) oraz poda zalecaną przez producenta częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Pytanie; Dotyczy zapisów projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., z tytułu napraw gwarancyjnych i serwisowania przedmiotu umowy”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Pytanie; Dotyczy zapisów projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, § 7 ust. 4

„Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy usterki, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Pytanie; Dotyczy zapisów projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, § 7 ust. 6 oraz Karta gwarancyjna, punkt 3, 3.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii przedmiotu umowy dokona naprawy w terminie 7 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek”?

ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający zmienia dla zadań 1-12 n/w parametry ujęte w formularzach ofertowych (2)-(13):

Zapewnienie czasu naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii

Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 3 dni roboczych

na następujące:

Zapewnienie czasu naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w przypadku braku konieczności wymiany części zamiennych, do 7 dni od daty zgłoszenia awarii w przypadku konieczności wymiany części zamiennych

Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 7 dni.

- Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 7 GWARANCJA na poniższe: /(dotyczy zadań 1-13)

„§ 7

GWARANCJA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy.
3. Termin udzielonej gwarancji wynosi miesiące / zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w formularzu ofertowym/ od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. W okresie tym Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu napraw i serwisowania przedmiotu umowy.

Wzór karty gwarancyjnej stanowi Załącznik nr 6 do umowy, która po wypełnieniu stanowi integralną część umowy.

4. Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.
5. Opiekę techniczną w okresie gwarancji sprawuje autoryzowany serwis Wykonawcy.
6. Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy dokona naprawy w terminie :
 - a) do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w przypadku braku konieczności wymiany części zamiennych,
 - b) do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w przypadku konieczności wymiany części

4

zamiennych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do dokonywania naprawy w czasie maksymalnym do 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii.
8. W przypadku, gdy usunięcie wady trwa dłużej niż w terminach określonych w ust. 6 lub, gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt, na czas naprawy gwarancyjnej, urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, jak urządzenie skierowane do naprawy oraz do odbioru urządzenia a następnie dostawy go do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.
9. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w terminach określonych w ust. 6 lub niewykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacji, z wymianą części według zaleceń producenta towaru, uprawnia Zamawiającego do powierzenia wykonania odpowiednich czynności osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania odpowiednich czynności i wyznaczenia terminu.
10. Wszelkie naprawy gwarancyjne skutkują przedłużeniem okresu gwarancyjnego o czas napraw i odpowiednio wydłużają okres rękojmi."

- Zamawiający zmienia pkt 3.3.b) karty gwarancyjnej, tj. załącznika nr 6 do projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ):

Jest:

„b) usunięcia zgłoszonych wad w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii.”

Powinno być:

„ b) usunięcia zgłoszonych wad: w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii w przypadku braku konieczności wymiany części zamiennych, w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w przypadku konieczności wymiany części zamiennych. „

- Zamawiający zmienia część B SIWZ, pkt 8 (opis przedmiotu zamówienia), IV. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, pkt 6:

Jest:

„Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy dokona naprawy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek. „

Powinno być:

„Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy dokona naprawy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w przypadku braku konieczności wymiany części zamiennych, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w przypadku konieczności wymiany części zamiennych. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek. „

- Zamawiający zmienia pkt 3.3.a) karty gwarancyjnej, tj. załącznika nr 6 do projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ):

Jest:

„a) przystąpienia do dokonywania naprawy w czasie maksymalnym do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii e-mailem na adres(tzw. „czas reakcji”),

Powinno być:

„a) przystąpienia do dokonywania naprawy w czasie maksymalnym do 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii e-mailem na adres(tzw. „czas reakcji”),

- Zamawiający zmienia część B SIWZ, pkt 8 (opis przedmiotu zamówienia), IV. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, pkt 7:

Jest:

„Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do dokonywania naprawy w czasie maksymalnym do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii.”

Powinno być:

„Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do dokonywania naprawy w czasie maksymalnym do 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii.”

19. Pytanie; Dotyczy zapisów projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, § 7 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., w czasie maksymalnym do 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii”?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 18.

20. Pytanie; Dotyczy zapisów projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, § 7 ust. 8

„W przypadku, gdy usunięcie wady trwa dłużej jak w terminie określonym w ust. 6 lub gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt, na czas naprawy gwarancyjnej, urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, jak urządzenie skierowane do naprawy oraz do odbioru urządzenia a następnie dostawy go do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko”?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 18.

21. Pytanie; Dotyczy zapisów projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, § 7 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w określonym terminie określonym w ust. 6 lub niewykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacji, z wymianą części według zaleceń producenta przedmiotu umowy uprawnia Zamawiającego do powierzenia wykonania odpowiednich czynności osobom trzecim, posiadającym autoryzację Producenta, na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania odpowiednich czynności i wyznaczenia terminu. W takim przypadku, niezależnie od pokrycia kosztów wykonania odpowiednich czynności, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną przewidzianą w § 9 umowy”?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 18.

22. Pytanie; Dotyczy zapisów projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, § 7 ust. 9 oraz Karta gwarancyjna punkt 5, 5.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Przerwa w eksploatacji przedmiotu umowy łącznie z naprawą gwarancyjną wynoszącą więcej niż 5 dni roboczych przedłuża okres gwarancji o tę przerwę”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Pytanie; Dotyczy zapisów projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, § 9 ust. 1 podpunkt a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., w wysokości 0,7% niezrealizowanych dostaw/zakresów wartości brutto za każdy dzień zwłoki?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający zmienia paragraf 9 ust. 1 ppkt. a – zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 37.

24. Pytanie; Dotyczy zapisów projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, § 9 ust. 1 podpunkt b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., w wysokości 0,7% niezrealizowanych dostaw/zakresów wartości brutto za każdy dzień zwłoki”?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający zmienia paragraf 9 ust. 1 ppkt. b – zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 37.

25. Pytanie; Dotyczy zapisów projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 10% na 8%?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

26. Pytanie; Dotyczy zapisów projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu oraz wprowadzeniu go do umowy:

„Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia aparatu zastępczego”?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dodaje ust. 5 do paragrafu 9 (Kary umowne) projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) o poniższym brzmieniu:

„5. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę na własny koszt, na czas naprawy gwarancyjnej, urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, jak urządzenie skierowane do naprawy, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. b.”

27. Pytanie; Dotyczy zapisów projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ: Karta gwarancyjna, punkt nr 3, 3.2

„Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania usterek stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego, nieodpłatnego wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacji, z wymianą części według zaleceń producenta, w okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Ostatni przegląd przeprowadzony będzie w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

28. Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja?

ODPOWIEDŹ: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja.

29. Pytanie; Dotyczy zadania 11 myjnia endoskopowa, -formularz ofertowy (12) , część A, punkt 13

Czy Zamawiający dopuści myjnie endoskopową w której końcowe uzdatnianie wody polega na zastosowaniu lampy UV. To rozwiązanie zapewnia eliminację bakterii i wirusów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

30. Pytanie; Dotyczy zadania 11 myjnia endoskopowa, formularz ofertowy (12), część A, punkt 15

Czy Zamawiający dopuści myjnie endoskopową z filtrem powietrza innego typu niż HEPA?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

31. Pytanie; Dotyczy zadania 11 myjnia endoskopowa, - formularz ofertowy (12) punktu 16

Czy Zamawiający dopuści myjnie endoskopową z drukarką oraz czytnikiem pastylek chip?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

32. Pytanie; Dotyczy zadania 11 myjnia endoskopowa, - formularz ofertowy (12) punktu 18

Czy Zamawiający dopuści myjnie endoskopową o wymiarach:

Szerokość 44,5 cm

Głębokość 73,5 cm

Wysokość 100,5 cm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

33. Pytanie; Dotyczy zadania (pakietu) nr 3, formularz ofertowy (4):

Czy Zamawiający dopuści produkt, który został wyprodukowany w 2019 r? Sprzęt ten jest nowy, nieużywany i w pełni sprawny; charakteryzuje się również wszelkimi, wymaganymi przez Zamawiającego, parametrami technicznymi. Rok produkcji urządzenia nie wpływa również na zobowiązania Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza urządzenie wyprodukowane w roku 2019.

34. Pytanie, Dotyczy projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), § 7 pkt 6, GWARANCJA

Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu umowy:

Z: Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy dokona naprawy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek.

8

Na: Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy dokona naprawy w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych).

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 18.

35. Pytanie, Dotyczy projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), § 7 pkt 6, GWARANCJA

Czy Zamawiający poprzez zapis „Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do dokonywania naprawy w czasie maksymalnym do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii”, rozumie reakcję serwisu Wykonawcy, który w czasie 48 godzin skontaktuje się z Zamawiającym w kwestii umówienia wizyty serwisowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przez określenie „przystąpienie do dokonywania naprawy” rozumie podjęcie działań serwisowych przez serwisanta w siedzibie Zamawiającego bądź zabranie urządzenia do serwisu. Zamawiający wydłuża czas reakcji serwisu do 72 h - zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 18.

36. Dotyczy umowy § 7 GWARANCJA

Wykonawca zwraca uwagę na powielenie numeracji w § 7 GWARANCJA, punkty 6 i 6.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 18.

37. Dotyczy umowy § 9 KARY UMOWNE

Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu umowy:

Z: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- a) nieterminowej realizacji dostawy, instalacji, a następnie uruchomienia przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % całkowitej wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,
- b) opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % całkowitej wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,
- c) nie zrealizowania w terminie wszystkich obowiązków określonych w §2, ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % całkowitej wartości brutto umowy.

- 1. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

NA: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- a) nieterminowej realizacji dostawy, instalacji, a następnie uruchomienia przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % całkowitej wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,
- b) opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % całkowitej wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,

c) nie zrealizowania w terminie wszystkich obowiązków określonych w §2, ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % całkowitej wartości brutto umowy.

1. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości umowy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 9, ust. 1:

Jest:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) nieterminowej realizacji dostawy, instalacji, a następnie uruchomienia przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % całkowitej wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,

b) opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % całkowitej wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,

c) nie zrealizowania w terminie wszystkich obowiązków określonych w §2, ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % całkowitej wartości brutto umowy.”

Powinno być:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) nieterminowej realizacji dostawy, instalacji, a następnie uruchomienia przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto urządzenia za każdy dzień opóźnienia,

c) nie zrealizowania w terminie wszystkich obowiązków określonych w §2, ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % całkowitej wartości brutto urządzenia.

Pozostałe bez zmian.

38. Pytanie: dot. zadanie nr 1, formularz ofertowy (2):

Czy zamawiający dopuści aparat EKG:

1. Z drukarką na papier 210mm w składance z nadrukowana siatką?
2. Bez panelu dotykowego?
3. Z kolorowym wyświetlaczem LCD 7”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

39. Pytanie; dot. projektu umowy, załącznik nr 4 do SIWZ, paragraf 9, ust.1 pkt. a,b:

Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 9 ust. 1 pkt a, b, użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?

ODPOWIEDŹ: Nie.

40. Pytanie; dot. projektu umowy, załącznik nr 4 do SIWZ, paragraf 9, ust.1 pkt. b:

Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 9 ust. 1 pkt b wartości „1%” wartością „0,5%”?

ODPOWIEDŹ: Nie.

41. Pytanie; dot. projektu umowy, załącznik nr 4 do SIWZ, paragraf 9, ust.1 pkt. c:

Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 9 ust. 1 pkt c wartości „1%” wartością „0,5%”?

ODPOWIEDŹ: Nie.

42. Pytanie; dot. projektu umowy, załącznik nr 4 do SIWZ, paragraf 9:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 9 ust. 5 i 6 o treści: „5. Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako siła wyższa.” „6. Dla celów umowy "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrze, pozostające poza kontrolą stron oraz nie wiążące się z zawinionym działaniem stron, którego strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

43. pytanie dot. zadania nr 7, formularz ofertowy (8),

Czy Zamawiający dopuści 12 miesięczną gwarancję na wyposażenie? (Włącznik nożny, podwójny z przyciskiem do zmiany programu – 1 szt. (do dezynfekcji))

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

44. pytanie; Dotyczy: SIWZ, pkt B:

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem p.n. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – etap II” – część 3, zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie terminu dostawy.

W dokumentacji Zamawiającego znajdują się dwie różne daty:

- ✓ do 13.11.2020 r. – SIWZ, pkt. B, II, 1a
- ✓ do 20.11.2020 r. – SIWZ, pkt. B, 2d,
- ✓ do 20.11.2020 r. – załącznik nr 4, wzór umowy, §5
- ✓ do 20.11.2020 r. – ogłoszenie o zamówieniu

Która z powyższych dat jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ: Prawidłowy termin dostawy to: do dnia 20.11.2020 r. Zamawiający popełnił omyłkę.

Zamawiający zmienia SIWZ, pkt B. 8 (opis przedmiotu zamówienia) II Obowiązki Wykonawcy, ppkt. 1a: na poniższe:

„ II. Obowiązki wykonawcy:

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się:

a) dostarczyć, zainstalować, uruchomić urządzenie w miejscu jego użytkowania wskazanym przez Zamawiającego i oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej, umożliwiające rozpoczęcie pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). dostarczyć na własny koszt i ryzyko oraz zainstalować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego przedmiot umowy w terminie:

- do 20.11.2020 roku.”

Zamawiający usuwa z SIWZ pkt B. 8 (opis przedmiotu zamówienia) WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY o poniższym brzmieniu:

„WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie przedmiotu umowy, poprawność działania, przeszkolenie osób, o których mowa w Obowiązках Wykonawcy.
2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Data protokółarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w niniejszej umowie.
4. Protokół przekazania warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.”

45. Pytanie: dotyczy Zadanie 7, formularz ofertowy (8), - Część I i II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 7- Części I i II, sprzętu o poniższych parametrach?

Platforma elektrochirurgiczna z systemem zamykania naczyń oraz resekcją bipolarną

Parametry techniczne
1. Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną.
2. Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 47 Hz do 63Hz.
3. Urządzenie spełniające normy IEC 60601-1, edycja 2.0, 3.1; IEC 60601-2-2, edycja 4.0,5.0; IEC 60601-1-2, edycja 2.1, 3.0, 4.0 oraz IEC 60601-1-8, edycja 2.1.
4. Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-1; IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i ANSI/AAMI HF18)
5. Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC60601-1; IEC 60601-2-2 i ANSI/AAMI HF18)
6. Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu.

7. 7-calowy ekran dotykowy LCD
8. Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia.
9. System wykonujący 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki.
10. Koagulacja w systemie zamykania naczyń osiągnięta w czasie 1-4 sekund
11. Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): a) panel przedni: ○ gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego (UFP), Monopolar 1 ○ gniazdo narzędzia Monopolar 2 ○ gniazdo bipolarne ○ gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej ○ gniazdo do podłączenia elektrody biernej b) panel tylny: ○ gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 1 ○ gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 2 ○ gniazdo sterownika nożnego bipolarnego ○ gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej ○ gniazdo Ethernet (serwisowe) ○ antena WiFi (serwisowe) ○ gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG ○ zacisk uziemienia ekwipotencjalnego ○ gniazdo przewodu sieciowego
12. Tryby monopolarne: a) cięcie czyste (cut), b) cięcie mieszane (blend), c) zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinację hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (<i>koagulację</i>) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (<i>cięcie</i>) d) koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate) e) koagulacja rozpylanie (spray) f) koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoidalna o częstotliwości 434 Hz
13. Tryby bipolarne: a) Niski (moc max. 15W) b) standardowy (moc max. 40W) c) makro (moc max. 95W)

14. Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy.
15. System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulację wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu.
16. Tryb bipolarny moc max. 95 W
17. Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W
18. Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W
19. Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinację hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulację) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W
20. Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W
21. Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max. 120 W
22. System zamykania naczyń moc max. 350 W
23. Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 375 W i Koagulacja 175 W
24. Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej.
25. Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie.
26. Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień.
27. Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów.
28. Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych.
29. Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptacyjny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Oh
30. W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu.
31. Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych).
32. Wizualizacja nastawianej mocy.
33. Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie.
34. Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola.
35. Możliwość podłączenia ewakuatora dymu elektrochirurgicznego, sześć poziomów siły ssania, kompatybilnego z oferowanym generatorem.
36. Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update)
37. Komunikaty w języku polskim.

38. Skuteczność systemu zamykania naczyń potwierdzona badaniami.
39. Serwis na terenie Polski.
40. Instalacja urządzenia wliczona w cenę urządzenia.
41. Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego wliczone w cenę urządzenia.
42. Instrukcja użytkowania w języku polskim.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

46. Pytanie; dot. zadania (pakietu) nr 8, formularz ofertowy (9)

Czy ze względu na pojawiające się coraz częściej na rynku Polski urządzenia medyczne produkcji chińskiej lub koreańskiej, które nie posiadają wymaganych dokumentów i które mogą pokazywać niewiarygodne wyniki, Zamawiający wymaga aby kapnograf pracował w technologii Masimo a Oferent posiadał Autoryzowany Serwis na terenie Polski?

ODPOWIEDŹ: Tak.

47. Pytanie; dot. projektu umowy, załącznik nr 4 do SIWZ, paragraf §7 ust. 9

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący:

*„Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w określonym terminie określonym w ust. 5 lub niewykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacji, z wymianą części według zaleceń producenta przedmiotu umowy uprawnia Zamawiającego do powierzenia wykonania odpowiednich czynności osobom trzecim, **posiadającym autoryzację producenta na świadczenie usług serwisowych**, na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania odpowiednich czynności i wyznaczenia terminu”.*

Zapis powodujący, że naprawę może wykonywać podmiot do tego nieuprawniony przez producenta bez utraty gwarancji jest niewłaściwy. Żaden liczący się producent sprzętu medycznego, za którego bezpieczne funkcjonowanie ponosi odpowiedzialność zgodnie z zapisami dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42/EWG, nie uzna uprawnienia z gwarancji, w sytuacji gdy naprawy tego sprzętu dokonywać miałby bliżej nieokreślony podmiot nieuprawniony do tego przez wytwórcę.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

48. Pytanie; dot. projektu umowy, załącznik nr 4 do SIWZ, paragraf §9 ust. 1

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- a) nieterminowej realizacji dostawy, instalacji, a następnie uruchomienia przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% **wartości brutto niedostarczonego urządzenia** za każdy dzień zwłoki,*
- b) opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% **wartości brutto naprawianego urządzenia** za każdy dzień zwłoki,*
- c) nie zrealizowania w terminie wszystkich obowiązków określonych w §2, ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej wartości brutto umowy”*

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Biorąc pod uwagę, że w ramach przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony.

Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 37.

49. Pytanie: dotyczy Zadanie 3, formularz ofertowy (4), część A, Wymagania ogólne, pkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji o głębokości kompresji: w zakresie od 3 – 5,3 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

50. Pytanie: dotyczy Zadanie 9, formularz ofertowy (10), część A, pkt.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaków medycznych z uchwytem do przenoszenia oraz zamocowaną do obudowy torbą na akcesoria?

ODPOWIEDŹ: Tak..

51. Pytanie: dotyczy Zadanie 9, formularz ofertowy (10), część A, pkt.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaków medycznych o czasie pracy z akumulatora 60 min.?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

52. Pytanie: dotyczy Zadanie 9, formularz ofertowy (10), część A, pkt.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaków medycznych o zakresie regulacji 0- 86 kPa?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

53. Pytanie: dotyczy Zadanie 9, formularz ofertowy (10), część A, pkt.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaków medycznych o masie 4.5 kg?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

54. Pytanie: dotyczy Zadanie 9, formularz ofertowy (10), część A, pkt. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaków medycznych o parametrze: Typ części aplikacyjnej: BF, klasa izolacji elektrycznej: II?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

55. Pytanie; dotyczy zadania 11, formularz ofertowy (12) – Myjnia endoskopowa, część A, pkt. 22, 23

Czy Zamawiający wrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 72h, czasu naprawy do 7 dni, natomiast do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? Po przekroczeniu wyłącznie terminu 30 dni Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 18.

56. Pytanie; dotyczy zadania 13, formularz ofertowy (14) – Zamgławiacze, część A, pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny będący produktem biobójczym mający pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ofertowany środek przeznaczony jest do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia. System do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie + środek) posiada potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) – jedyną normą na świecie dotyczącą skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację).

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

57. Pytanie; dotyczy zadania 13, formularz ofertowy (14) – Zamgławiacze, część A, pkt. 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość monitorowania przebiegu procesu spoza pomieszczenia” dopuszczając urządzenie posiadające komputerową archiwizację danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB, z możliwością zapisania w systemie nazwy operatora, nazwy pomieszczenia, komentarzy?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

58. Pytanie; dotyczy zadania 13, formularz ofertowy (14) – Zamgławiacze, część A, pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zdolność dezynfekcji pomieszczeń do 142m³ – pełne spektrum działania potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) w przypadku wykonywania dezynfekcji po skażeniu, natomiast do 1000m³ w przypadku dezynfekcji profilaktycznej przy rutynowym codziennym stosowaniu?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

59. Pytanie; dotyczy zadania 13, formularz ofertowy (14) – Zamgławiacze, część A, pkt. 11, 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 300 x 342 x 494mm i niewielkiej wadze 6,2kg wyposażone w uchwyt ułatwiający przenoszenie (mobilność)?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

60. Pytanie; dotyczy zadania 13, formularz ofertowy (14) – Zamgławiacze, pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści dedykowany pojemnik środka dezynfekcyjnego o pojemności 1l?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

61. Pytanie; dotyczy zadania 13, formularz ofertowy (14) – Zamgławiacze

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

62. Pytanie; dotyczy zadania 13, formularz ofertowy (14) – Zamgławiacze

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

63. Pytanie; dotyczy zadania 13, formularz ofertowy (14) – Zamgławiacze

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość kontroli penetracji preparatu za pomocą wskaźników chemicznych, rozmieszczanych w miejscach trudno dostępnych? Takie rozwiązanie daje informację bezpośrednio po zakończonym procesie, czy dezynfekcja została przeprowadzona w sposób właściwy.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

64. Pytanie; dotyczy zadania 13, formularz ofertowy (14) – Zamgławiacze

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało potwierdzoną przez producenta możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

65. Pytanie; dotyczy projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9, pkt. 1:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- a) nieterminowej realizacji dostawy, instalacji, a następnie uruchomienia przedmiotu umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitej wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,
- b) opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitej wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,
- c) nie zrealizowania w terminie wszystkich obowiązków określonych w §2, ust. 1 umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitej wartości brutto umowy.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 37.

66. Pytanie; dotyczy zadania 13, formularz ofertowy (14) – Zamgławiacze

Czy Zamawiający wrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 72h, czasu naprawy do 7 dni, natomiast do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z

zagranicy? Po przekroczeniu wyłącznie terminu 30 dni Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 18.

67. Pytanie; dotyczy zadania 3, formularz ofertowy (4) – Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy z uwagi na konstrukcję urządzenia wyrazi zgodę na dostarczenie wielorazowych elementów bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (jedna nasadka wystarcza do 1000 misji) w ilości 2 sztuk – w rozmiarze S/M i L/XL?

ODPOWIEDŹ: Tak.

68. Pytanie; dotyczy zadania 3, formularz ofertowy (4) – Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści urządzenie, którego konstrukcja i sposób użycia nie wymaga stosowania osobnej stabilizacji głowy oraz mocowania rąk pacjenta do urządzenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

69. Pytanie; dotyczy zadania 3, formularz ofertowy (4) – Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy jako równoważny parametr do: *„Bezprzewodowa (przez sieć WIFI) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email”* uzna i przyzna punkty za bezprzewodową transmisję danych z przebiegu RKO do komputerów typu PC za pomocą karty SD?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

70. Pytanie; dotyczy zadania 3, formularz ofertowy (4) – Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy jako równoważny parametr do: *„Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnień klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnień na minutę”* uzna i przyzna punkty za programowanie trybów pracy urządzenia obejmujące prędkość uciśnień w zakresie 80-120 uciśnień na minutę, bezpośrednio w urządzeniu, nawet w trakcie prowadzonej reanimacji, dzięki czemu można na bieżąco modyfikować i dopasować parametry RKO do pacjenta?

W ocenie wykonawcy jest to parametr lepszy, bardziej przydatny w codziennym użytkowaniu urządzenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

71. Pytanie; dotyczy zadania 3, formularz ofertowy (4) – Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy jako równoważny parametr do: *„Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnień klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA”* uzna i przyzna punkty za programowanie głębokości uciśnień klatki piersiowej w zakresie 2-6 cm, zgodnie z wytycznymi19

ERC/AHA bezpośrednio w urządzeniu, nawet w trakcie prowadzonej reanimacji, dzięki czemu można na bieżąco modyfikować i dopasować parametry RKO do pacjenta?

W ocenie wykonawcy jest to parametr lepszy, bardziej przydatny w codziennym użytkowaniu urządzenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

72. Pytanie; dotyczy zadania 3, formularz ofertowy (4) – Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy jako równoważny parametr do: „Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund” uzna i przyzna punkty za programowanie długości przerwy na wentylację pacjenta w zakresie 3-8 sekund, bezpośrednio w urządzeniu, dzięki czemu można modyfikować i dopasować parametry RKO do pacjenta?

W ocenie wykonawcy jest to parametr lepszy, bardziej przydatny w codziennym użytkowaniu urządzenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

73. Pytanie; dotyczy zadania 3, formularz ofertowy (4) – Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone urządzenie posiadało możliwość regulacji częstości kompresji w pełny zakres pomiędzy 100 – 120 uciśnień na minutę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

74. Pytanie; dotyczy zadania 3, formularz ofertowy (4) – Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone urządzenie posiadało możliwość użycia na pacjentach o szerokości klatki piersiowej co najmniej 48 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

75. Pytanie; dotyczy zadania 3, formularz ofertowy (4) – Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone urządzenie posiadało płytę pod plecy przezierną dla promieni RTG?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

76. Pytanie: Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu dostawy do 60 dni od podpisania umowy, zamiast do 20.11.2020 roku? Zapis sugerujący konkretną datę może spowodować, że wykonawca, który zostanie wybrany będzie musiał dostarczyć urządzenie w np. 14 dni, jeśli procedury przetargowe się przedłużą. Takie rozwiązanie sprowadza na Wykonawców ogromne ryzyko braku możliwości dotrzymania warunków umowy.

ODPOWIEDŹ: Termin dostawy to: do 20.11.2020 r.

77. Pytanie: Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku awarii?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

78. Pytanie: Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kwot kary z 1% do 0,1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

79. Pytanie: Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 72 godzin od zgłoszenia w dni robocze? Krótszy czas podjęcia naprawy może być nie realny do osiągnięcia chociażby ze względu na konieczność dojazdu do Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 18.

80. Pytanie: Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta do 14 dni?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 18.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlańczyk

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach załączonych do oferty powołując się na niniejsze wyjaśnienia.