

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 07-06-2017 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na: „modernizację oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych II (kondygnacja 10 segment A)”
nr sprawy: 38/17

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1

1. Poz. 369 d.2.1.2

Czy Zamawiający dopuści panele nadłóżkowe, których parametry po sprawdzeniu wymagań zostały do nich dostosowane i znajdują się w tabelach poniżej ?

Lp.	OPIS
1.	Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna - urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.
2.	Panel 2-stanowiskowy o długości 300 cm.
3.	Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm
4.	Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC - zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
5.	Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów.
6.	Konstrukcja profili z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych
7.	Wyposażenie w oświetlenie elektryczne: - oświetlenie nocne w górnej części panelu - oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu.

8.	Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu.
9.	Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ścienną jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu - nie dopuszcza się gniazd nabudowanych. Konfiguracja jednego stanowiska: - 2 x gniazdo elektryczne 230 V/50 Hz - 1 x gniazdo RJ12 - 1 x przygotowanie pod system przywoławczy. Elementy dodatkowe: - 2 x gniazdo elektryczne 230 V/50 Hz
10.	Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA). Gniazda usytuowane prostopadłe do podłogi. Konfiguracja jednego stanowiska: - punkt poboru gazów med. Tlen O ₂ - 2 szt. - punkt poboru gazów med. Próżnia VAC - 2 szt.
11.	Estetyczne osłony boczne tworzywowe.
12.	Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.
13.	Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora - w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu
14.	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby
15.	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej
16.	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

2. Poz. 370 d.2.1.2

Lp.	OPIS
17.	Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna - urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.
18.	Panel 3-stanowiskowy o długości 400 cm.
19.	Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm
20.	Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC - zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.

21.	Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów.
22.	Konstrukcja profili z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział przewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych
23.	Wypożenie w oświetenie elektryczne: - oświetenie nocne w górnej części panelu - oświetenie pacjenta w dolnej części panelu.
24.	Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczone poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu.
25.	Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ścienną jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu - nie dopuszcza się gniazd nabudowanych. Konfiguracja jednego stanowiska: - 2 x gniazdo elektryczne 230 V/50 Hz - 1 x gniazdo RJ12 - 1 x przygotowanie pod system przywoławczy. Elementy dodatkowe: - 2 x gniazdo elektryczne 230 V/50 Hz
26.	Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA). Gniazda usytuowane prostopadłe do podłogi. Konfiguracja jednego stanowiska: - punkt poboru gazów med. Tlen O ₂ - 2 szt. - punkt poboru gazów med. Próżnia VAC - 2 szt.
27.	Estetyczne osłony boczne tworzywowe.
28.	Możliwość wyboru koloru motywu przewodnego dla panelu.
29.	Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora - w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu
30.	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby
31.	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej
32.	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

3. Poz. 371 d.2.1.2

Lp.	OPIS
33.	Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienne jednostka medyczna - urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.
34.	Panel 1-stanowiskowy o długości 160 cm.
35.	Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm
36.	Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC - zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
37.	Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów.
38.	Konstrukcja profili z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział przewodowania elektrycznego i teletechnicznego.
39.	Wyposażenie w oświetlenie elektryczne: - oświetlenie nocne w górnej części panelu - oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu.
40.	Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu - nie dopuszcza się gniazd nabudowanych. Konfiguracja jednego stanowiska: - 6 x gniazdo elektryczne 230 V/50 Hz - 2 x szyna sprzętowa 25 mm x 10 mm o długości 500 mm - 1 x gniazdo RJ45 kat. 6 ekr. - 1 x przygotowanie pod system przywoławczy. Elementy dodatkowe: - 2 x gniazdo elektryczne 230 V/50 Hz
41.	Estetyczne osłony boczne tworzywowe.
42.	Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.
43.	Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora - w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu
44.	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby
45.	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej
46.	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

3. Poz. 372 d.2.1.2

Lp.	OPIS
47.	Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienne jednostka medyczna - urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.
48.	Panel 2-stanowiskowy o długości 300mm.
49.	Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm
50.	Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC - zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
51.	Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów.
52.	Konstrukcja profili z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych
53.	Wyposażenie w oświetlenie elektryczne: - oświetlenie nocne w górnej części panelu - oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu.
54.	Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu.
55.	Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu - nie dopuszcza się gniazd nabudowanych. Konfiguracja jednego stanowiska: - 6 x gniazdo elektryczne 230 V/50 Hz - 2 x szyna sprzętowa 25mm x 10mm o długości 500mm - 1 x gniazdo RJ45 kat. 6 ekr. - 1 x przygotowanie pod system przywoławczy. Elementy dodatkowe: - 1 x RJ45 kat. 6 ekr. - 2 x gniazdo elektryczne 230 V/50 Hz
56.	Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi. Konfiguracja jednego stanowiska: - punkt poboru gazów med. Tlen O ₂ - 1 szt. - punkt poboru gazów med. Próżnia VAC - 1 szt.
57.	Estetyczne osłony boczne tworzywowe.
58.	Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.
59.	Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora - w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu
60.	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby
61.	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej

62.	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
-----	--

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zapisu wymagań, które zostały zamieszczone w powyższych tabelach. Jednocześnie informuje, że omawiany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z dokumentacją techniczną załączoną do siwz.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek