

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

dnia 06 listopada 2020 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

**Dostawa aparatu RTG z ramieniem C w ramach realizacji zadania: „Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca w roku 2020”
– nr sprawy 68/20**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

- PYTANIE NR 1: Dotyczy Załącznika 1b l.p 93 – menu urządzenia w języku polskim**

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada menu w języku angielskim oraz dodatkowo w postaci czytelnych i intuicyjnych piktogramów, opisanych angielskimi słowami.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Zamawiający zmienia termin dostawy przedmiotu zamówienia:
jest: dostawa do 26 listopada 2020 r.
powinno być: dostawa do 4 grudnia 2020 r.**

Wobec powyższego,

- 1) Zamawiający zmienia SIWZ część B pkt 8 ppkt. II 1a):**

Jest:

„1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się:

a) dostarczyć, zainstalować, uruchomić urządzenie w miejscu jego użytkowania wskazanym przez Zamawiającego i oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej, umożliwiającej rozpoczęcie pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). dostarczyć na własny koszt i ryzyko oraz zainstalować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego przedmiot umowy w terminie:

- do 26.11.2020 roku”

Powinno być:

„1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się:

a) dostarczyć, zainstalować, uruchomić urządzenie w miejscu jego użytkowania wskazanym przez Zamawiającego i oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej, umożliwiającej rozpoczęcie pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Dostarczyć na własny koszt i ryzyko oraz zainstalować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego przedmiot umowy w terminie:

- do 04.12.2020 roku „

2) **Zamawiający zmienia projekt umowy (załącznik nr 3 SIWZ), paragraf 5:**

Jest:

„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie w terminie do 26 listopada 2020 r.”

Powinno być:

„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie w terminie do 4 grudnia 2020 r.”

3) **Zamawiający zmienia SIWZ część B pkt 3 ppkt. D:**

Jest:

„Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

~~a) okres w miesiącach~~

~~b) okres w dniach:~~

~~c) data rozpoczęcia~~

d) data zakończenia - 26 listopada 2020 roku

~~inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia~~

Powinno być:

„Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

~~e) okres w miesiącach~~

~~f) okres w dniach:~~

~~g) data rozpoczęcia~~

h) data zakończenia - 04 grudnia 2020 roku

~~inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia~~

• Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określonego w części I SIWZ:

Jest:

1. Termin składania ofert upływa w dniu **10 listopada 2020 roku**, o godzinie 9:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10 listopada 2020 roku**, o godzinie 9:30.

Powinno być:

1. Termin składania ofert upływa w dniu **17 listopada 2020 roku**, o godzinie 9:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17 listopada 2020 roku**, o godzinie 9:30.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach załączonych do oferty powołując się na niniejsze wyjaśnienia.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczuk