

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 12-07-2016 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „dostawę stacji diagnostycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej”
nr sprawy: 41/16

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1 Dot. formularz ofertowy (2) do SIWZ - Stacja Diagnostyczna – oprogramowanie, Integracja z systemem RIS/PACS - Pkt. 5,6,7,1

Zamawiający wymaga by oferowane oprogramowanie/stacja diagnostyczna posiadała szybki dostęp do obrazów PACS – pełna integracja z systemem ExPACS. Pragniemy tym samym zapytać czy Zamawiający posiada aktywne licencje dla systemu PACS/RIS jak również aktywne usługi serwisowe, umożliwiające podłączenie stacji diagnostycznej do systemu PACS/RIS firmy Pixel Technology?. Wykonawca w ramach postępowania chciałby zaoferować nowoczesną, uniwersalną i uznaną na rynku Stację Lekarską-Diagnostyczną (przeglądarkę medyczną), posiadającą bogatą ilość funkcjonalności wykraczającą poza zapisy SIWZ. Tym samym prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej systemu ExPACS/Chazon, umożliwiającej integrację proponowanego rozwiązania z systemem ZDO Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej używanego w Szpitalu systemu ExPACS i Chazon. Zamawiający nie posiada wolnych licencji na podłączenie urządzeń do systemu PACS. Posiadana usługa wsparcia nie obejmuje konfiguracji nowych stacji diagnostycznych. Koszt podłączenia oferowanej stacji diagnostycznej do systemu PACS/RIS leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2 Dot. formularz ofertowy (2) do SIWZ - Pkt. 8

Zamawiający wymaga integracji oferowanej Stacji w zakresie wyświetlania listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji stacji diagnostycznej, które zostały wysłane do systemu ExPACS (wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powodujące jego wyświetlenie wraz z opisem badania, jeżeli wybrane badanie nie znajduje się w pamięci podręcznej systemu PACS system automatycznie przywracający badanie z wymaganej biblioteki nośników magnetycznych lub optycznych do pamięci podręcznej systemu PACS, a następnie automatycznie wyświetlający badanie w aplikacji stacji diagnostycznej). Wymagana funkcjonalność znacznie wykracza poza standardy integracji opartej o protokoły HL7, a jej realizacja jest możliwa do

spełnienia tylko przez jednego producenta Pixel Technology, co narusza przepisy wolnej konkurencji. Tym samym wnosimy o wykreślenie w/w punktu ze specyfikacji.

Odpowiedź: : Zamawiający zgodnie z siwz wymaga integracji desktopowej przeglądarki z posiadanymi systemami, a nie integracji HL 7. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego na rynku dostępne są minimum 3 przeglądarki umożliwiające osiągnięcie takiej integracji.

Pytanie nr 3 Dot. formularz ofertowy (2) do SIWZ - Pkt. 23

Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach oferowanego oprogramowania funkcji ortopedycznych. Prosimy o informację co Zamawiający ma na myśli w zakresie opisanego punktu.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje min. funkcji pomiar długości, pomiar kąta, pomiar kąta Cobba, umieszczanie komentarza do pomiarów na obrazie.

Pytanie nr 4 Dot. formularz ofertowy (2) do SIWZ - Stacja Diagnostyczna – wymagania sprzętowe Pkt. 8a (powinien być pkt. 8j)

Zamawiający wymaga by oferowane monitory diagnostyczne były wyposażone w czujnik obecności użytkownika. Wykonawca pragnie zaoferować nowoczesne, uniwersalne monitory kolorowe o lepszych parametrach niż wymagane w zakresie diagnostyki obrazowej, lecz nie posiadające czujnika obecności użytkownika. Wnosimy o możliwość dopuszczenia monitorów bez w/w funkcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitory diagnostyczne monochromatyczne bez czujnika obecności. Zamawiający nie dopuszcza monitorów diagnostycznych kolorowych.

Pytanie nr 5

Prosimy o modyfikację Formularza Cenowego oraz Formularza Ofertowego (1) umożliwiającą wpisanie dwóch stawek VAT 23% i 8% dla oferowanych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający na końcu wyjaśnień zamieścił zmieniony Formularz Cenowy. Jednocześnie informuje, że nie zmienia się treść Formularza Ofertowego (1).

W przypadku zaoferowania stacji diagnostycznej zgodnej z powyższymi odpowiedziami, zaoferowane parametry należy wpisać w kolumnie „Oferowane parametry” tabeli znajdującej się w Formularzu Ofertowym (2) w siwz str. 21 - 23.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Termin złożenia – **do godz. 9⁰⁰ dnia 18 lipca 2016 r.**

Termin otwarcia – **godz. 9³⁰ dnia 18 lipca 2016 r.**

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

L.p.	Nazwa artykułu (wyrobu)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5)	Podatek VAT (stawka i kwota)	Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7)	Producent / Nr katalogowy jeżeli posiada
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakup stacji diagnostycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej							
a)	Stacja diagnostyczna							
-	Oprogramowanie stacji diagnostycznej, monitory diagnostyczne	szt.	1					
-	Komputer z monitorem opisowym	szt.	1					
b)	Integracja z systemem PACS/RIS	szt.	1					
				Razem				

.....
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczętki-osób upoważnionych