

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 28-10-2016 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „dostawa 4 szt. lamp zabiegowych i 3 szt. stołów zabiegowych”
nr sprawy: 72/16

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1 Zadanie 1 – LAMPA ZABIEGOWA (2szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością regulacji temperatury barwowej w zakresie od 3700 do 5000°K w trzech krokach: 3700; 4500 i 5000°K dzięki zastosowaniu diod nowej generacji w dwóch odcieniach emitujących światło białe, homogenne bez tzw. „efektu tęczy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 2 Zadanie 1 – LAMPA ZABIEGOWA (2szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której oprawa wykonana jest z wysokoodpornego materiału ABS z powłoką antybakteryjną Polygiene® zwalczającą szkodliwe mikroorganizmy (bakterie, wirusy i drożdże, w tym gronkowca złocistego odpornego na metycylinę – MRSA)?

Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 3 Zadanie 1 – LAMPA ZABIEGOWA (2szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której osłona modułów świetlnych wykonana jest z tworzywa sztucznego (polipropylenu) odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantującego idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 4 Zadanie 1 – LAMPA ZABIEGOWA (2szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw CRI=95 przy zachowaniu wysokiego współczynnika odwzorowania barwy czerwonej R9=98?

Oferowany parametr tylko minimalnie różni się od wartości wymaganej i nie będzie zauważalny gołym okiem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 5 Zadanie 1 – LAMPA ZABIEGOWA (2szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o zużyciu energii max 50W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 6 Zadanie 1 – LAMPA ZABIEGOWA (2szt.)

Czy w związku z zapisem w lp. 19 Zamawiający oczekuje lampy wyposażonej w zasilacz awaryjny UPS?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zasilania awaryjnego (akumulator lub UPS).

Pytanie nr 7 Zadanie 1 – LAMPA ZABIEGOWA (2szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o żywotności źródła światła na poziomie 40 000h?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 8 Zadanie 2 – LAMPA ZABIEGOWA (2szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której czasza zawieszona jest na pojedynczym ramieniu uchylnym z możliwością obrotu w zakresie 60° w miejscu łączenia ze statywem oraz możliwością obrotu czaszy o 360° na przegubie? Aktualny opis w lp. 6 wskazuje na lampę sufitową, a nie mobilną na statywie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 9 Zadanie 2 – LAMPA ZABIEGOWA (2szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o głębokości oświetlenia (L1+L2) na poziomie 970mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 10 Zadanie 2 – LAMPA ZABIEGOWA (2szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 20 źródeł światła LED?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 11 Zadanie 2 – LAMPA ZABIEGOWA (2szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia światła w zakresie od 10 do 100% w pięciu stopniach przy pomocy panelu umieszczonego na czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 12 Zadanie 2 – LAMPA ZABIEGOWA (2szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw CRI=94?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 13 Zadanie 2 – LAMPA ZABIEGOWA (2szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy wynoszącej 195mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 14 Zadanie 2 – LAMPA ZABIEGOWA (2szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w uchwyt sterylny oraz tzw. reling brudny okalający 25% obwodu czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 15 Zadanie 3 – STÓŁ ZABIEGOWY (3szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o masie 240kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 16 Zadanie 3 – STÓŁ ZABIEGOWY (3szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o konstrukcji podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej z dodatkowymi zewnętrznymi osłonami wykonanymi z tworzywa ABS odpornego na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 17 Zadanie 3 – STÓŁ ZABIEGOWY (3szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z podstawą w kształcie pojedynczej litery Y – podstawa profilowana dla dobrego dostępu dla stóp operatorów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 18 Zadanie 3 – STÓŁ ZABIEGOWY (3szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, który z uwagi na kształt podstawy (litera Y) wyposażony jest w 3 podwójne koła o średnicy 125mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 19 Zadanie 3 – STÓŁ ZABIEGOWY (3szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją pozycji anty i Trendelenburga sterowaną za pomocą hydraulicznej pompy nożnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 20 Zadanie 3 – STÓŁ ZABIEGOWY (3szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją przechyłów bocznych sterowaną za pomocą hydraulicznej pompy nożnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 21 Zadanie 3 – STÓŁ ZABIEGOWY (3szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu pleców w zakresie -30/+65°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 22 Zadanie 3 – STÓŁ ZABIEGOWY (3szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie 28°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 23 Zadanie 3 – STÓŁ ZABIEGOWY (3szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu głowy w zakresie -40/+40° ze wspomaganiem sprężyną gazową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 24 Zadanie 3 – STÓŁ ZABIEGOWY (3szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu nóg w zakresie -85/+16° ze wspomaganiem sprężynami gazowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 25 Pytania do treści SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę godziny składania ofert z godziny 9⁰⁰ na godzinę 10⁰⁰ i przesunięcie godziny otwarcia ofert z godziny 9³⁰ na godzinę 10³⁰, aby umożliwić złożenie oferty Wykonawcy korzystającemu z usługi firmy kurierskiej?

Odpowiedź: Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert znajduje się na końcu wyjaśnień.

Pytanie nr 26 Pytania do treści Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej zapisanej w § 8 ust.1 z 0,5% do 0,1 %?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 27 Zadanie 3

Czy mając na względzie zapewnienie właściwej dezynfekcji i utrzymania w należytej czystości stołów zabiegowych, Zamawiający wymaga, aby stoły nie posiadały harmonijkowej osłony pomiędzy blatem a kolumną nośną stołu, której dezynfekcja i czyszczenie jest utrudnione z powodu posiadanych przez nią zagłębień, jak również z powodu deformowania się osłony harmonijkowej przy wywieraniu nacisku podczas ręcznego mycia i dezynfekowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 28 Dotyczy: Warunków umowy

W związku z faktem, że oferowane urządzenia produkowane są poza granicami kraju i konfigurowane pod konkretne zamówienie czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 6 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 29 Dotyczy: Warunków umowy

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar za nieterminową dostawę z 0,5% wartości zamówienia do 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 30 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z diodami świecącymi z różną intensywnością podczas regulacji natężenia światła? Nie ma to wpływu na funkcjonalność i użytkowanie lampy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 31 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z kopułą w kształcie wieloboku na bazie trójkąta o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 34x30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 32 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z czaszą zawieszoną na pojedynczym ramieniu z obrotem 360⁰ w osi ramienia oraz ok. 180⁰ w osi poziomej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 33 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 18 diod LED?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 34 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia w zakresie 41-100%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 35 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia oraz włączaniem i wyłączaniem realizowanym z dwóch różnych miejsc tuż przy czaszy lampy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 36 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową bez relingu brudnego? Wymiary oraz waga kopuły pozwalają na bezproblemowe jej manewrowanie i ustawiania w żądanej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 37 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjno-zabiegowy z kolumną i blatem wykonanym ze stali nierdzewnej oraz podstawą osłoniętą tworzywową osłoną odporną na uszkodzenia mechaniczne, jej kształt zapewnia łatwe czyszczenie i dezynfekcję?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 38 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjno-zabiegowy o masie 160kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 39 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjno-zabiegowy z podstawą zbliżoną do litery „Y”, podstawa profilowana dla zapewnienia dobrego dostępu dla stóp operatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 40 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjno-zabiegowy z podstawą dł. 985mm? Oferowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 41 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga by stół blokowany był za centralnego hamulca, który blokuje wszystkie koła? Takie rozwiązanie zapewnia najlepszą stabilność urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 42 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjno-zabiegowy z tunelem na kasetę RTG o szerokości 370mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność urządzenia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 43 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjno-zabiegowy z leżem o wymiarach 500mm bez szyn i 550mm z szynami? Oferowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (Tak).

Pytanie nr 44 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjno-zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie 780-1080mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 45 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjno-zabiegowy z regulacją pozycji flex/reflex w zakresie 225°/105°? Oferowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 46 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjno-zabiegowy z regulacją podglówka w zakresie 30°/-35°? Oferowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 47 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podglówek żelowy w postaci krążka o średnicy ok. 200mm? Oferowane rozwiązanie doskonale sprawdza się na salach operacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 48 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z kolumną ze stali nierdzewnej i osłoną podstawy wykonanej z termoformowanego tworzywa posiadającą ergonomiczny kształt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 49 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o masie 135 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 50 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy posiadający długość podstawy 1000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 51 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z blatem wyposażonym w tunel kasety RTG o szerokości 348 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 52 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy bez przechyłów bocznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 53 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie od 600 mm do 900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 54 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie 25°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 55 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją pozycji anty Trendelenburga w zakresie 25°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 56 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy bez zakresu regulacji pozycji flex/reflex?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 57 Dotyczy: Zapisów SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 20 grudnia 2016r.? W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowany termin, prosimy o określenie, o ile Zamawiający jest w stanie wydłużyć termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje termin realizacji zamówienia.

Pytanie nr 58 Dotyczy zadanie nr 1 LAMPA ZABIEGOWA (2szt.) Przeznaczenie: O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Pkt.2 Czy Zamawiający dopuści lampę o stałej 220mm co w przypadku lamp zabiegowych nie wpływa w żaden sposób na wartość użytkową oferowanej lampy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 59 Dotyczy zadanie nr 1 LAMPA ZABIEGOWA (2szt.) Przeznaczenie: O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Pkt.3 Czy Zamawiający będzie wymagał regulacji w min. 10 krokach co wpływa na poprawne dostosowania mocy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 60 Dotyczy zadanie nr 1 LAMPA ZABIEGOWA (2szt.) Przeznaczenie: O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Pkt.6 Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania soczewek o dowolnym kształcie wykonane z bezpiecznego materiału szczelnie połączonego z oprawą ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 61 Dotyczy zadanie nr 1 LAMPA ZABIEGOWA (2szt.) Przeznaczenie: O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Pkt.7 Wnosimy o uznanie za równoważne rozwiązania polegającego na takiej budowie lampy która pozwala na pozycjonowanie w sposób nie sterylny poprzez przełożenie ręki przez szczelinę pomiędzy modułami świetlnymi, oraz sterylny uchwyt w spodniej części lampy. Jest to to związanie bardziej higieniczne i łatwiejsze w utrzymaniu czystości od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 62 Dotyczy zadanie nr 1 LAMPA ZABIEGOWA (2szt.) Przeznaczenie: O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Pkt.8 Czy zamawiający będzie wymagał regulacji natężenia w zakresie 5-100%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 63 Dotyczy zadanie nr 1 LAMPA ZABIEGOWA (2szt.) Przeznaczenie: O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Pkt.11 Czy Zamawiający dopuści lampę o stałej temp. Barwowej na poziomie 4350° [K] co jest praktycznie tożsamy z punktu widzenia użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 64 Dotyczy zadanie nr 1 LAMPA ZABIEGOWA (2szt.) Przeznaczenie: O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Pkt.19 Czy zamawiający będzie wymagał możliwości podłączenia akumulatora z podtrzymaniem na min. 8h ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 65 Dotyczy zadanie nr 2 LAMPA ZABIEGOWA (2szt.) Przeznaczenie: O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

Pkt.4 Czy Zamawiający dopuści głowicę w kształcie owalu o wymiarze max 230 x 330 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 66 Dotyczy zadanie nr 2 LAMPA ZABIEGOWA (2szt.) Przeznaczenie: O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

Pkt.5 Czy dopuści lampę o obrocie czaszy o 300° w osi ramienia co nie stanowi różnicy klinicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 67 Dotyczy zadanie nr 2 LAMPA ZABIEGOWA (2szt.) Przeznaczenie: O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

Pkt.6 Czy dopuści lampę o obrocie czaszy o 300° w osi we wszystkich przegubach co nie stanowi różnicy klinicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 68 Dotyczy zadanie nr 2 LAMPA ZABIEGOWA (2szt.) Przeznaczenie: O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

Pkt.13 Czy Zamawiający z uwagi na niewielką różnicę dopuści lampę o temperaturze barwowej na poziomie 4350[K] co nie stanowi praktycznej różnicy klinicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 69 Dotyczy zadanie nr 2 LAMPA ZABIEGOWA (2szt.) Przeznaczenie: O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

Pkt.14 Czy zamawiający będzie wymagał dodatkowo dla zapewnienia jak najlepszego odwzorowania stanu tkanki pacjenta , zapewnienia współczynnika R9 >95 ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 70 Dotyczy zadanie nr 2 LAMPA ZABIEGOWA (2szt.) Przeznaczenie: O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

Pkt.16 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie lampy posiadającej sterylne uchwyt do pozycjonowania położenia rezygnując z relingu – co w przypadku lamp zabiegowych nie ma znaczenia praktycznego gdyż są to lampy niewielkich wymiarów nie wymagające nakładu siły do zmiany położenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 71 Dotyczy zadanie nr 2 LAMPA ZABIEGOWA (2szt.) Przeznaczenie: O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

Pkt.17 Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości wyposażenia zaoferowanej lampy w akumulator pozwalający na podtrzymanie ciągłości pracy przez min. 10 H ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o masie 230 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z podstawą o długości 980 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z podstawą w kształcie litery T posiadającą dobre własności jeden dzięki 3 kołom jezdny o średnicy 100 mm oraz 125 mm umieszczonym w podstawie. System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujących pewne blokowanie stołu na czas zabiegu/operacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie 750 – 1000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 76 Zadanie nr 1 – Lampa zabiegowa (2 szt.)

dot.pkt.2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją płamy świetlnej 24 - 33 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 77 Zadanie nr 1 – Lampa zabiegowa (2 szt.)

dot. pkt.4 -Czy Zmawiający dopuści lampę o konstrukcji okrągłego modułu centralnego z 8 diodami LED oraz rozmieszczonych wokół niego 3 modułach okrągłych wyposażonych po 7 diod. Konstrukcja specjanie przygotowana do nawiewu laminarnego. Lampa przewyższająca niektórymi parametrami od wymaganych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 78 Zadanie nr 1 – Lampa zabiegowa (2 szt.)

dot.pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści lampę z okrągłymi soczewkami, szczelnie połączonymi z oprawą z trwałego, odpornego na wszelkie mechaniczne czynniki, wykonane z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 79 Zadanie nr 1 – Lampa zabiegowa (2 szt.)

dot.pkt. 13 - Czy Zamawiający dopuści lampę z współczynnikiem odwoływania barwy czerwonej R9 >90 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 80 Zadanie nr 1 – Lampa zabiegowa (2 szt.)

dot.pkt.15 - Czy Zamawiający dopuści lampę z zużyciem energii 69W ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 81 Zadanie nr 1 – Lampa zabiegowa (2 szt.)

dot.pkt.19 - Prosimy o sprecyzowanie czy na dzień dostarczenia lamp powinny być wyposażone w dodatkową baterię do zasilania awaryjnego, czy też powinna posiadać możliwość rozbudowy ?

Odpowiedź: Lampa musi mieć możliwość zasilania awaryjnego (np. akumulator, UPS) na dzień dostawy.

Pytanie nr 82 Zadanie nr 2 – Lampa zabiegowa (2 szt.)

dot. pkt.4 - Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy kopuły 22 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 83 Zadanie nr 2 – Lampa zabiegowa (2 szt.)

dot.pkt.9 - Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w 15 źródeł LED ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 84 Zadanie nr 2 – Lampa zabiegowa (2 szt.)

dot.pkt.15 - Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnią plamy świetlnej 120mm lub z regulowaną średnią 220 - 310mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 85 Zadanie nr 2 – Lampa zabiegowa (2 szt.)

dot.pkt.16 - Czy Zamawiający dopuści lampę z brudnym relingiem okalającym ok. 35% czaszy lampy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

W przypadku zaoferowania urządzeń zgodnych z powyższymi odpowiedziami, zaoferowane parametry należy wpisać w kolumnie „Oferowane parametry” tabeli znajdującej się w Formularzu Ofertowym (2), w Formularzu Ofertowym (3) lub Formularzu Ofertowym (4) w siwz str. 18 - 22.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania – **do godz. 10⁰⁰ dnia 03 listopada 2016 r.**

Termin otwarcia – **godz. 10³⁰ dnia 03 listopada 2016 r.**

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawłaczyk