

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 15-06-2020 roku

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: Sukcesywne dostawy: odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych sprawa nr 32/20

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1 - dotyczy Zadania nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z elementem elastycznym o długości 17 cm +/- 1 cm i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maski chirurgiczne z elementem elastycznym o długości 17 cm +/- 1 cm i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy Zadania nr 1 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z elementem elastycznym o długości 17 cm +/- 1 cm i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

Pytanie nr 3 - dotyczy Zadania nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji z pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 1 pozycji 1 do oddzielnego zadania. Powyższa odpowiedź prowadzi do zmiany treści Formularza Ofertowego, Formularza Cenowego dot. zadania nr 1 oraz utworzenia nowego zadania nr 8 pn.: Sukcesywne dostawy masek chirurgicznych z włókniny z troczkami.

Zmodyfikowany Formularz Ofertowy oraz Formularz Cenowy dot. zadania nr 1 oraz Formularz Cenowy dla nowo utworzonego zadania nr 8 znajdują się w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ

Jednocześnie Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:

I zmiana – część B pkt.8 siwz dotycząca ilości oraz nazw zadań otrzymuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia składa się z 8 niepodzielnych zadań:

Zadanie nr 1	Sukcesywne dostawy: masek, czepków, ubrań operacyjnych, prześcieradeł oraz pościelowych kompletów medycznych
Zadanie nr 2	Sukcesywne dostawy: masek, serwet, torebek na płyny, osłon na przewody, pokrowców na aparaturę, obłożeń pola operacyjnego oraz fartuchów foliowych, ochraniaczy na buty.

Zadanie nr 3	Sukcesywne dostawy: osłon na mikroskop, pokrowców na aparaturę oraz fartuchów dla pacjenta/położnic
Zadanie nr 4	Sukcesywne dostawy sterylnych zestawów do wkluć centralnych oraz zestawów do znieczuleń lędźwiowych.
Zadanie nr 5	Sukcesywne dostawy maseczek ochronnych z filtrem typu P3
Zadanie nr 6	Sukcesywne dostawy kompletów chirurgicznych, czepków chirurgicznych
Zadanie nr 7	Sukcesywne dostawy osłon na sondę
Zadanie nr 8	Sukcesywne dostawy masek chirurgicznych z włókniny z troczkami

II zmiana – część B pkt.8 siwz dotycząca szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 otrzymuje brzmienie:

Zadanie nr 1 *Sukcesywne dostawy: masek, czepków, ubrań operacyjnych, prześcieradeł oraz pościelowych kompletów medycznych*

- Maska chirurgiczna z włókniny z gumką**
z włókniny trójwarstwowej, niesterylna, z wkładką modelującą na nos, pełnobarierowa. Wewnętrzna warstwa filtracyjna o minimalnym stopniu filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych. Maseczki zgodne z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typu II
- Czepek chirurgiczny damski**
z włókniny polipropylenowej (17g/m²), niesterylny, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny ściągnięty lekką nie uciskającą gumką (rozmiar L/55cm). Paroprzepuszczalność 4735 g/m²/24h.
- Czepek chirurgiczny męski**
z włókniny polipropylenowej (17g/m²), niesterylny. Paroprzepuszczalność 4735 g/m²/24h. Uniwersalny o kroju furażerki wykonanej z włókniny, w części górnej napotnik (długość 20,0 cm szerokość 3,5 cm), ściągnięty z tyłu gumką, (rozmiar L).
- Fartuch chirurgiczny**
sterylny, wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny (100% polipropylen spunbond/meltblow/spunbond), gramatura min.35g/m². wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze min.40g/m². Rękaw o kroju prostym szyty techniką ultradźwiękową, zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min.8,0 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny. Fartuch zawinięty w serwetkę z papieru krepowego wraz z dwoma ręcznikami do rąk. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Dostępne rozmiary M,L,XL,XXL. Parametry fartucha : zgodny z normą PN-EN13795, odporność na przenikanie cieczy na poziomie min. 49,5cm H₂O w strefie mniej krytycznej, 204cm H₂O w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na sucho – 73 N w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na mokro – 70,8 N w strefie krytycznej, Wytrzymałość na rozciąganie na sucho -43N w strefie mniej krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na sucho -98,06kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na mokro – 98,06kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na sucho – 143,64kPa w strefie mniej krytycznej.
- Fartuch endoskopowy**
sterylny, jednorazowy, wysokiego ryzyka, fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowych, wykonany z wielowarstwowej włókniny poliestrowo-celulozowej o₂

gramaturze 68g/m2 odporna na alkohol. Wzmocniony na rękach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem. Gramatura w strefie wzmocnionej 108g/m2 (laminat polipropylenowo-polietylenowy o gramaturze 40g/m2 + włóknina poliestrowo-celulozowa o gramaturze 68g/m2, odporna na alkohol). Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki z włókniny kompresowej o wymiarach 40cm x 20cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w papier krepowany. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 224cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 401kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na mokro 415kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na sucho 62,3N w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 46N w strefie krytycznej. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795. Rozmiar XXL.

6. Ubranie operacyjne

niesterylne, jednorazowego użytku, wykonane z włókniny SMS o gramaturze 45g, bluza z krótkim rękawem, wycięcie „V” pod szyją, z 3 kieszeniami, spodnie luźne z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu, rozmiary M- XXXL

7. Fartuch higieniczny

niesterylne, z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2 rękaw ze ściągaczem o długości 8cm, wiązany na troki, rozmiar XL. Minimalna wytrzymałość na zrywanie wzdłużna 30N, poprzeczna 15N

8. Fartuch chirurgiczny

sterylny, z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 (spunbond/meltblow/spunbond). Rękawy z bawełnianym mankietem (długość ściągacza 8cm). Odporność na przenikanie cieczy 49,5 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 143,64 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 121,74 kPa rozmiar L, XL.

9. Prześcieradło 90 x 160cm

niesterylne, z włókniny trójwarstwowej, tolerancja rozmiaru +/-10cm, (zamawiający dopuszcza włókninę polipropylenową).

10. Prześcieradło 80cm x 210cm

niesterylne, z włókniny jednorazowego użytku wykonane z włókniny SMS 35g.

11. Pościelowy sanitarny komplet medyczny

jednorazowy wykonany z włókniny polipropylenowej typu spunbond o gramaturze 20g/m2, paroprzepuszczalność od strony zewnętrznej 4600 g/m2/24h komplet zawiera:

- prześcieradło 160 x 210 cm
- poszwa na kołdrę 160 x 200 cm
- poszewka na poduszkę 70 x 80 cm.

III zmiana – w części B pkt.8 siwz zostaje dodany opis nowo utworzonego zadania nr 8:

1. **Maska chirurgiczna z włókniny z troczkami**
z włókniny trójwarstwowej, niesterylina, z wkładką modelującą na nos, pełnobarierowa, z troczkami do wiązania. Wewnętrzna warstwa filtracyjna o minimalnym stopniu filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych. Maseczki zgodne z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typu II,

IV zmiana – część D pkt.3 siwz otrzymuje brzmienie:

- 3 **Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, ~~usługi lub roboty budowlane~~ wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:**

- 3.1 Karty techniczne wyrobu potwierdzające: gramaturę, klasę, nieprzemakalność, odporność na rozerwania - dotyczy wyrobów określonych w zadaniu:

nr 1 poz. 1, 4, 5, 6, 8,

nr 5 poz. 1,

nr 6 poz. 1, 2,

nr 8 poz. 1

, dla których zamawiający określił: gramaturę, klasę, nieprzemakalność, odporność na rozerwania.

Zamawiający sugeruje aby wyraźnie zaznaczyć, którego produktu opis dotyczy (nr zadania, nr pozycji)

V zmiana – część H siwz dotycząca terminu składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

Termin składania – do godz. 9⁰⁰ dnia 24 czerwca 2020 r.

Termin otwarcia – godz. 9³⁰ dnia 24 czerwca 2020 r.

(Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian)

UWAGA!:

1. Dotychczasowy Formularz Cenowy dotyczący zadania nr 1 traci ważność,
2. **Ofertę bezwzględnie prosimy składać na Formularzu Ofertowym oraz Formularzu Cenowym dotyczącym zadania nr 1 po modyfikacji (załączniki do niniejszych odpowiedzi) z zastrzeżeniem, pkt 3.**
3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia na zadania, które nie uległy modyfikacji (podziałowi) może złożyć ofertę na „Formularzu Ofertowym” nie modyfikowanym

Powyższe zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczuk