

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 20 kwietnia 2018 roku

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na: sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego, sprawa (23/18)

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1 dot pkt.9 wymaganych parametrów technicznych analizatora

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora wykorzystującego bezobsługowe elektrody (Na, K, Cl, Ref.) wymieniane pojedynczo w zależności od zużycia?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2 dot. pkt. 12 wymaganych parametrów technicznych analizatora.

Czy przez „odczynniki gotowe do użycia” Zamawiający wymaga aby reagenty przed wstawieniem do analizatora nie wymagały żadnych dodatkowych czynności: mieszania, rozpuszczania czy łączenia składników?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3 dot. pkt. 18 wymaganych parametrów technicznych analizatora.

Czy przez zapis „Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora” Zamawiający rozumie taki system chłodzenia, który zapewnia optymalną temperaturę dla odczynników i który zgodny jest z instrukcją obsługi analizatora?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4 dot. § 1 pkt. 4 projektu umowy.

W związku z wymogiem zapewnienia udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości badań(wybranych przez Zamawiającego), prosimy o podanie dostawcy i numeru sprawdzianów w celu oszacowania kosztów?

Odpowiedź: Program RANDOX 10 parametrów biochemicznych

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, czy w pozycji 8 Formularza Cenowego Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do oznaczania białka C-reaktywnego (CRP)?

Odpowiedź: Tak, CRP

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, czy podana przez Zamawiającego w kolumnie 3 ilość badań zawiera już oznaczenia przewidziane na przeprowadzenie kalibracji i kontroli?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 7 dot. § 1 pkt. 7 projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby opakowania oferowanego wyrobu oznakowane były powszechnie używanymi skrótami z rozszerzeniem nazwy w języku angielskim np.: AST (Asparaginin Aminotransferase)

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 8 dot. projektu umowy

Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy?

Uzasadnienie:

Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody

Pytanie nr 9 dot. projektu umowy

Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody

Pytanie nr 10 dot. Pprojekt umowy

Par. 5 ust. 2 (1) Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 11 dot. projektu umowy

Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody

Pytanie nr 12 dot. projektu umowy

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie nr 13 dot. projektu umowy dzierżawy

Par. 2 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie nr 14 dot. projektu umowy dzierżawy

Par. 2 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego zapisu „po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy klimatyzator Wyzierżawiający przekaże Dzierżawcy nieodpłatnie

na własność” na umożliwienie nabycia przez Zamawiającego własności sprzętu poprzez sprzedaż po wartości rynkowej po zakończeniu okresu dzierżawy?

Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisami art. 155-170 k.c. przekazanie sprzętu może nastąpić w jednej z form wskazanych w tych przepisach. Niniejsze postanowienie wzoru umowy nie wskazuje formy przeniesienia własności na Zamawiającego w przyszłości i tym samym nie określa precyzyjnie obowiązku Wykonawcy w tym zakresie. Tymczasem precyzyjne określenie praw i obowiązków stron umowy cywilnoprawnej służy jej prawidłowemu wykonaniu.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje w całości z powyższego zapisu.

Pytanie nr 15 dot. projektu umowy dzierżawy

Par. 2 ust. 1 lit. e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest w stanie dokładnie wskazać liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, jednocześnie wskazuje, że nie będzie to więcej niż 3 osoby.

Pytanie nr 16 dot. projektu umowy dzierżawy

Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatnie” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 17 dot. projektu umowy dzierżawy

Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "24 godzin" na "48 godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody

Pytanie nr 18 dot. projektu umowy dzierżawy

Par. 4 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody

Pytanie nr 19 dot. projektu umowy dzierżawy

Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 20 dot. projektu umowy dzierżawy

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody

Pytanie nr 21 dot. projekt umowy dzierżawy

Par. 7 ust. 2 lit. a, lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 22 dot. projekt umowy dzierżawy

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 23

Par. 11 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia danych osobowych wyłącznie jednocześnie informuje, że w/w umowa została zmieniona i stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 24

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora pobierającego objętość próbki pacjenta mieszczącą się (w zależności od wybranego testu/panelu testó) w przedziale 3-45 ul?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora z manualnym wprowadzeniem przez inżyniera serwisowego parametrów aplikacji dla testów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora z manualnym wprowadzaniem parametrów dla używanych materiałów kontrolnych i kalibracyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora zużywającego 3,5 l wody/h pracy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do oznaczania stężenia bilirubiny opartego na metodzie wanadowej (liniowość do 51 mg/dl)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do oznaczania stężenia kreatyniny opartego na metodzie enzymatycznej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do oznaczania stężenia glukozy opartego na metodzie heksokinazowej (materiał badany: osocze, surowica, mocz, PMR)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

UWAGA!

Zamawiający informuje, że został wyznaczony nowy termin składania i otwarcia ofert

Termin składania – godzina 9:00 dnia 25 kwietnia 2018 r.

Termin otwarcia – godzina 9:30 dnia 25 kwietnia 2018 r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk

7

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu 2018 roku, w pomiędzy:

..... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP reprezentowaną przez:

-,

-,

zwaną dalej Wykonawcą

a

.....z siedzibą w wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonegoKrajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP, reprezentowaną przez:

-,

-,

zwaną dalej Zamawiającym.

łącznie zwanych „Stronami”

Mając na uwadze, że na podstawie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z dniar. (zwanej dalej Umową) zawartej przez Strony, Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego usługi a wykonywanie powołanej Umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest związane z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 t.j. ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania całości lub części swoich zadań, wynikających z niniejszej umowy, innym podmiotom.
4. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym dalszym powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z niniejszej Umowy, innym podmiotom trzecim (podpowierzenie przetwarzania danych). Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 niniejszej umowy.

§ 2

Prawa i obowiązki Stron

1. Zgodnie z art. 31 Ustawy Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych jej do przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające powierzone dane osobowe, o których mowa w art. 36 – 39 Ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania w/w przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
3. Jeżeli czynności przetwarzania wykonywane są w siedzibie Zamawiającego, uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani stosować się do przedstawionych im uprzednio do akceptacji zasad ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego.

4. Zamawiający wyznacza osoby upoważnione do kontaktu w kwestii niniejszej umowy:

1.....

2.....

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w ust. 2 w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10.00 do 16.00., po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail:.....

6. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§3

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia Umowy o udzielenie zamówienia publicznego zr.

2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Umowa nie może być wypowiedziana w okresie obowiązywania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego zr.

3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po rozwiązaniu niniejszej Umowy, do zwrotu Zamawiającemu wszelkich nośników zawierających dane osobowe powierzone do przetwarzania w związku z realizacją Umowy o udzielenie zamówienia publicznego zr. , oraz do niezwłocznego i nieodwracalnego zniszczenia wszelkich kopii dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających powierzone dane – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o wykonaniu powyższego obowiązku w formie pisemnej i doręczyć je Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
6. Wszelkie spory wynikłe ze zastosowania tej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA