

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 29-10-2015 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: Dostawa i uruchomienie skanera kaset RTG”

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

PYTANIE NR 1:

DOTYCZY: ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH

| | |
|-----|---|
| 17. | Czytnik współpracujący z posiadaną przez Zamawiającego konsolą technika Konica Minolta CS-2 |
|-----|---|

Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień oraz problemów zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie numeru wersji oprogramowania konsoli technika Konica Minolta CS-2 oraz podania numeru seryjnego komputera konsoli. Informacje te są niezbędne do oceny możliwości podłączenia nowego czytnika z 2015 roku z posiadaną stacją CS-2.

Odpowiedź: Wersja: Regius Console CS - 2 1.30R00. Nr ser. 7360WBR LMBTNHC.

Jeśli nie będzie możliwe prawidłowe podłączenie nowego czytnika CR z posiadaną konsolą technika CS-2, czy Zamawiający będzie wymagał aktualizacji oprogramowania posiadanej konsoli technika?

Odpowiedź: TAK.


PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający będzie wymagał podłączenia dostarczanego skanera do posiadanych systemów PACS i RIS?

Odpowiedź: TAK. Jednocześnie informujemy, że nowy skaner zastąpi skaner dotychczas użytkowany w ZDO, który uległ awarii i zostanie wycofany z eksploatacji. Skaner ten był podłączony do posiadanego przez Szpital systemu PACS/RIS. Nowy skaner nie będzie zatem kolejnym dodatkowym urządzeniem podłączonym do systemu PACS/RIS, a jedynie zastąpi skaner dotychczas użytkowany.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk