




WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. LUDWIKA PERZINY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNAŃSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue

Kalisz, dnia 11 lipca 2014 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 2

1. Czy wyłącza Państwo do odrębnego zadania pozycję nr 2 dot. „prowadnik endoskopowy (...)”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

2. Czy wyłącza Państwo do odrębnego zadania pozycję nr 5 oraz 6 dot. „Samorozprężalne stenty (...)”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

3. Czy dopuszczą Państwo, aby średnica stentu wynosiła tylko 10 mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: NIE.

4. Czy dopuszczą Państwo, aby średnica stentu przełykowego wynosiła 20 mm i 24 mm oraz czy dopuszczą Państwo, aby długość stentu wynosiła 14cm zamiast 15cm? Pozostałe wymagania bez zmian, zgodnie z ogłoszoną specyfikacją w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie stentu przełykowego o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 5

5. Czy wyłącza Państwo do odrębnego zadania pozycję nr 1 i 2 „Prowadnik nitinolowy (...)”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

6. Czy wyłącza Państwo do odrębnego zadania pozycję nr 23 „Szczotki czyszczące” oraz poz. nr 28 „ustniki jednorazowe”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

7. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pozycje 1-26 i 28-29 Zadania nr 5 osobno w celu zwiększenia konkurencyjności ofert?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji

8. Czy Zamawiający wydzieli, jako osobny pakiet pozycje od 13 do 28?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 2

9. Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania nr 5 dopuści zaoferowanie przewodnika o długości 450 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 3

10. Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania nr 5 dopuści zaoferowanie papilotom igłowego jednokanałowego, igłą o długości 15 mm, średnica cewnika 1,7 mm, uchwyt w komplecie, dołączany, do kanału roboczego min. 2,8 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 4

11. Czy Zamawiający w pozycji 4 Zadania nr 5 dopuści zaoferowanie balonu o średnicy cewnika 7,5F, pozostałe parametry jak w opisie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 5

12. Czy Zamawiający w pozycji 5 Zadania nr 5 dopuści zaoferowanie igły o średnicy 1,0 mm, pozostałe parametry jak w opisie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 9

13. Czy Zamawiający w pozycji 9 Zadania nr 5 dopuści zaoferowanie poszerzała o długości cewnika 195 cm, średnica 10F, pozostałe parametry jak w opisie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 13

14. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne wielorazowe, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, średnica 2,4 mm, długość 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne wielorazowe, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, średnica 2,4 mm, długość 170 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 14

16. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne wielorazowe, łyżeczki owalne z okienkiem bez igły, średnica 2,4 mm, długość 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne wielorazowe, łyżeczki owalne z okienkiem bez igły, średnica 2,4 mm, długość 170 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 15

18. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne wielorazowe, łyżeczki okrągłe z okienkiem, średnica 2,4 mm, długość 230 cm, do kanału $\geq 2,8$ mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania szczypiec kolonoskopowych zgodnych z opisem zawartym w SIWZ.

19. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne wielorazowe, łyżeczki okrągłe z okienkiem i igłą, średnica 3,4 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania szczypiec kolonoskopowych zgodnych z opisem zawartym w SIWZ.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 16

20. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne wielorazowe, łyżeczki owalne z okienkiem bez igły, średnica 2,4 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 17

21. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne wielorazowe, łyżeczki typu aligatorzki z okienkiem, średnica 2,4 mm, długość 230 cm do kanału $\geq 2,8$ mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 19

22. Czy Zamawiający w pozycji 19 Zadania nr 5 dopuści zaoferowanie chwytaka o średnicy osłonki 2,5 mm, pozostałe parametry jak w opisie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

23. Czy Zamawiający dopuści chwytak cztero-palczasty, wielorazowego użytku, średnica 2,5 mm, rozwarcie 30 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 20, 21

24. Czy Zamawiający w pozycji 20 i 21 Zadania nr 5 dopuści zaoferowanie pętli z osłonką o średnicy 2,5 mm, pozostałe parametry jak w opisie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 20

25. Czy Zamawiający dopuści pętle sześciokątne – heksagonalną ze specjalnie plecionego drutu, o regulowanej długości do 25 mm, zestaw (1 rączka + 2 pętle), średnica 2,4 mm, długość 230 cm, do kanału $\geq 2,8$ mm?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** zaoferowanie pętli o powyższej charakterystyce

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 21

26. Czy Zamawiający dopuści pętle owalną ze specjalnie plecionego drutu, o regulowanej długości do 25 mm, zestaw (1 rączka + 2 pętle), średnica 2,4 mm, długość 230 cm, do kanału $\geq 2,8$ mm?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** zaoferowanie pętli o powyższej charakterystyce

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 23

27. Czy Zamawiający w pozycji 23 Zadania nr 5 dopuści zaoferowanie szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów o długości 260 cm, jedna końcówka z główką o średnicy 3 do 5 mm, druga z główką o średnicy 6 do 4 mm, obie zakończone oliwką?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** zaoferowania szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów o powyższej charakterystyce.

28. Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek jednorazowych do czyszczenia endoskopu w zestawie 1 szt. szczotki dwustronnej do czyszczenia o długości 230 cm (średnice włosia 5 i 10 mm) oraz 1 szt. szczoteczek do czyszczenia akcesoriów i otworów na przyciski w endoskopie (średnica 10 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** zaoferowanie szczotek o powyższej charakterystyce

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 25

29. Czy Zamawiający w pozycji 25 Zadania nr 5 dopuści zaoferowanie szczotki wielorazowego użytku o długości 180 cm i średnicy 2,2 mm, średnica główki 6 mm, jednostronnej.

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** zaoferowania szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 26

30. Czy Zamawiający w pozycji 26 Zadania nr 5 dopuści zaoferowanie szczotki wielorazowego użytku o długości 230 cm i średnicy 2,2 mm, średnica główki 6 mm, jednostronnej.

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** zaoferowania szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów o powyższej charakterystyce.

31. Czy Zamawiający dopuści szczotkę wielorazową do manualnego czyszczenia kanałów endoskopu o długości 230 cm, średnica 2,4 mm, do kanału $\geq 2,8$ mm?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** zaoferowania szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 29

32. Czy Zamawiający w pozycji 29 Zadania nr 5 dopuści zaoferowanie kosza niewspółpracującego z przewodnikiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk