

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459639-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Kalisz: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
2020/S 190-459639**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 170-411729)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

Adres pocztowy: ul. Poznańska 79

Miejscowość: Kalisz

Kod NUTS: PL416 Kaliski

Kod pocztowy: 62-800

Państwo: Polska

E-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

Tel.: +48 627651397

Faks: +48 627571323

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.kalisz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatu rezonansu magnetycznego oraz aparatów RTG produkcji firmy Siemens

Numer referencyjny: 51/20

II.1.2) Główny kod CPV

50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i napraw aparatów produkcji firmy Siemens.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/09/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 170-411729

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia:

- zadanie nr 1 obejmujące obsługę serwisową angiografu Artis zee floor prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto,
- zadanie nr 2 obejmujące obsługę serwisową aparatu rezonansu magnetycznego Magnetom Spectra prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto,
- zadanie nr 3 obejmujące obsługę serwisową aparatu RTG Multix Fusion Max prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto,
- zadanie nr 4 obejmujące obsługę serwisową aparatów RTG: AXIOM Iconos R200, AXIOM Aristos MX. Siremobil Compact L, Mobilett XP Hybryd prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto.

W przypadku usług wykonywanych, będących w trakcie realizacji – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wartość usług zrealizowanych na dzień składania ofert opiewa na kwotę określoną powyżej;

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

- zadanie nr 1 – co najmniej 2 pracownikami serwisowymi, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze oraz posiadającymi min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu angiografów,
- zadanie nr 2 – co najmniej 2 pracownikami serwisowymi, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze oraz posiadającymi min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu aparatów RM,
- zadanie nr 3 i 4 – co najmniej 2 pracownikami serwisowymi, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze lub posiadającymi min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu aparatów RTG wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze oraz przeszkolonymi w zakresie serwisowania aparatury wymienionej w wykazie.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia:

— zadanie nr 1 obejmujące obsługę serwisową angiografu Artis zee floor prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto,

— zadanie nr 2 obejmujące obsługę serwisową rezonansów magnetycznych prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym min. jedna dotycząca aparatu rezonansu magnetycznego Magnetom Spectra,

— zadanie nr 3 obejmujące obsługę serwisową aparatu RTG ogólnodiagnostycznego prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto,

— zadanie nr 4 obejmujące obsługę serwisową aparatów RTG ogólnodiagnostycznych, aparatów rtg z ramieniem C oraz aparatów przyłóżkowych prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto.

W przypadku usług wykonywanych, będących w trakcie realizacji – zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wartość usług zrealizowanych na dzień składania ofert opiewa na kwotę określoną powyżej;

b) wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

— zadanie nr 1 – co najmniej 2 pracowników serwisowych, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadających certyfikaty wydane przez producenta urządzenia (lub inny niezależny podmiot specjalizujący się w prowadzeniu szkoleń serwisantów angiografów prod. Siemens, prowadzący działalność w tym zakresie w okresie min. 2 lat przed upływem terminu składania ofert) o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze oraz posiadających min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu angiografów,

— zadanie nr 2 – co najmniej 2 pracowników serwisowych, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadających certyfikaty wydane przez producenta urządzenia (lub inny niezależny podmiot specjalizujący się w prowadzeniu szkoleń serwisantów rezonansów magnetycznych prod. Siemens, prowadzący działalność w tym zakresie w okresie min. 2 lat przed upływem terminu składania ofert) o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze oraz posiadających min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu aparatów RM,

— zadanie nr 3 i 4 – co najmniej 2 pracowników serwisowych, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadających certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze lub posiadających min. 5 – letnie doświadczenie w serwisowaniu aparatów RTG wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze oraz przeszkolonych w zakresie serwisowania aparatury wymienionej w wykazie.

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 02/10/2020

Czas lokalny: 09:30

Powinno być:

Data: 12/10/2020

Czas lokalny: 09:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje: