

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 61842-2016 z dnia 2016-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalisz

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie 3 szt. ultrasonografów dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul.: Poznańskiej 79, Toruńskiej 7 oraz Poradni Onkologicznej. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego...

Termin składania ofert: 2016-03-30

Numer ogłoszenia: 68158 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 61842 - 2016 data 18.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7651397, fax. 062 7571323.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie 3 szt. ultrasonografów dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul.: Poznańskiej 79, Toruńskiej 7 oraz Poradni Onkologicznej. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający opis wymaganych parametrów techniczno-użytkowych urządzeń został określony w załączniku nr 2 SIWZ Formularz Ofertowy tabela- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH. 3. Oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe, nipowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku oraz spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-użytkowe oraz wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie...

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie 3 szt. ultrasonografów dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul.: Poznańskiej 79, Toruńskiej 7 oraz Poradni Onkologicznej. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający opis wymaganych parametrów techniczno-użytkowych urządzeń został określony w załączniku nr 2 SIWZ Formularz Ofertowy tabela- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH. 3. Oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe, nipowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 roku oraz spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-użytkowe oraz wszelkie normy i

parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie...